

# 沙雅县人民医院数字 X 线摄影系统 (DR) 等设备采购项目

## 询价文件

项目编号：HMR-ZC-2022-75

采 购 人：沙雅县人民医院

采购代理机构：新疆华玫睿项目管理有限公司

二 0 二二年十二月

# 询价文件

项 目 名 称：沙雅县人民医院数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购项目

采 购 人（公章）：沙雅县人民医院

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：王老师

电 话：15899333720

采购代理机构（公章）：新疆华玫睿项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：张恩慈

电 话：13579399515

联系 地址：阿克苏市解放中路 27 号疆南名居 5 号楼 1 单元

2022 年 12 月

## 目 录

第一章 询价公告 .....	-2-
第二章 供应商须知 .....	-8-
第三章 采购需求 .....	-20-
第四章 评标办法（最低评标价法） .....	-35-
第五章 响应文件格式 .....	-37-

# 第一章 询价公告

## 项目概况

沙雅县人民医院数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于 2022 年 12 月 23 日 16 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HMR-ZC-2022-75

项目名称：沙雅县人民医院数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购项目

采购方式：询价

预算金额（元）：1720000.00 元

最高限价（元）：1720000.00 元

采购需求：

标项名称：沙雅县人民医院数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：1720000.00 元

单位：批

简要规格描述：数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购，详见询价文件。

合同履行期限：合同签订后 60 日历天内完成供货、安装、调试、培训。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政

策的通知》财库〔2017〕141号。

(5) 投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 具有有效的三证合一的营业执照；

(2) 供应商须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

(3) 提供 2021 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的提供注册时间至文件递交截止日前供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

(4) 提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人或委托人的社保明细）；

(5) 法定代表人参加本项目时需提供法定代表人身份证明，授权委托人参加本项目时需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(6) 未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（供应商网上自行打印后加盖公章）；

(7) 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件）。

### 三、获取采购文件

时间：2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 22 日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 15:30 至 19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：政采云平台报名成功后下载

售价： 0 元/份

### 四、响应文件提交

截止时间：2022年12月23日16点00分（北京时间）

地 点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室

## 五、响应文件开启

开启时间：2022年12月23日16点00分（北京时间）

地 点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 本次公告在新疆政府采购网发布。
2. 请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：沙雅县人民医院

地 址：沙雅县波斯坦西街五号

联系方式：15899333720

### 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆华玫睿项目管理有限公司

地 址：阿克苏市解放中路27号疆南名居5号楼1单元

联系方式：13579399515

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张恩慈

电 话：13579399515

## 第二章 供应商须知

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	采购人	名 称：沙雅县人民医院 联系人：王老师 联系方式：15899333720
1.1.2	采购代理机构	名 称：新疆华政睿项目管理有限公司 联系人：张恩慈 联系方式：13579399515
1.1.3	项目名称	沙雅县人民医院数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购项目
1.1.4	项目编号	HMR-ZC-2022-75
1.1.5	项目地点	沙雅县人民医院
1.1.6	招标范围	数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购，详见询价文件
1.2.1	出资比例	100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	合同履行期限	合同签订后 60 日历天内完成供货、安装、调试、培训。
1.3.2	质量要求	合格
1.3.3	供应商资质要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。

		<p>(5) 投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>(1) 具有有效的三证合一的营业执照；</p> <p>(2) 供应商须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；</p> <p>(3) 提供 2021 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的提供注册时间至文件递交截止日前供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表）；</p> <p>(4) 提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人或委托人的社保明细）；</p> <p>(5) 法定代表人参加本项目投标时需提法定代表人身份证明，授权委托人参加本项目投标时需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书；</p> <p>(6) 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（供应商网上自行打印后加盖公章）；</p> <p>(7) 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件）。</p>
1.4.1	<b>最高限价</b>	<b>1720000.00 元，超过最高限价的报价为无效响应。</b>
1.4.2	采购方式	询价采购
1.4.3	询价有效期	<b>90 天</b>
1.4.4	响应文件份数	正本一份、副本三份
1.4.5	是否接受联合体投	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受

	标	<input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
1.4.6	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
1.5.1	响应文件的编制、内容	1、响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 2、响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件中不应涂改、行间插字或删除。 3、正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
1.5.2	响应文件的密封及装订要求	1、采用死页胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、响应文件正副本装于一个档案袋中，响应文件的封套上应写明项目名称、项目编号、供应商、地址、联系人及联系电话。响应文件外封套须加盖投标单位公章以及法定代表人签字或盖章，并确保密封完好。
1.5.3	投标截止时间	<b>截止时间为 2022 年 12 月 23 日 16 点 00 分</b>
1.5.4	递交响应文件地点	<b>阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街 15 号）一楼开标室</b>
1.5.5	开标	<b>开标时间：2022 年 12 月 23 日 16 点 00 分</b> <b>开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街 15 号）一楼开标室</b>
1.5.6	履约保证金	无
1.5.7	投标保证金	无
1.5.8	是否退还响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是

2.1	开标程序	<p>密封情况检查：由公证人员现场检查各供应商响应文件的密封情况。</p> <p>开标顺序：以递交响应文件的确认收到时间由后往前依次唱标。</p>
2.1.1	评标办法	最低评标价法
2.1.2	询价小组的组建	<p>询价小组构成<u>3</u>人，采购人代表<u>1</u>人，评审专家<u>2</u>人应当具备评标专家相应的或者类似的条件；</p> <p><input type="checkbox"/>分 组：技术组 人，经济组 人。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不分组</p> <p>评标专家确定方式：专家库随机抽取</p>
2.1.3	是否授权询价小组确定成交人	<p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，推荐的成交候选人数：3 人</p>
2.1.4	供应商代表出席开标会需带证件	<p>本次招投标活动邀请各供应商的法定代表人或委托代理人参加，到场的供应商代表需携带以下文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具备有效的三证合一的营业执照；</li> <li>2. 供应商须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；</li> <li>3. 提供 2021 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的提供注册时间至文件递交截止日前供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表）；</li> <li>4. 提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（含法人或委托人的社保明细）；</li> <li>5. 法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件；</li> <li>6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件）。</li> <li>7. 信用中国网站及中国政府采购网查询结果报告（供应商网上自行打印后加盖公章）；</li> </ol>

		<p>(1) 开标时，供应商必须提交上述证明材料，未提交或提交不全的视为验资不合格；</p> <p>(2) 询价文件中所要求的相关证明资料，应当在递交响应文件截止时间前一同带入开标场地，逾期拒绝接收。</p> <p>(3) ★以上证明材料的公证件<u>不予</u>认可。</p>
3.1	相关费用：	
3.1.1	1.代理服务费：成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格【2002】1980号文件、发改价格【2015】299号文件）向采购代理机构交纳成交服务费。	
	2.成交供应商在开标完成后向公证机关交纳公证费。	
4.1	谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
	注：供应商提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖供应商（法定名称）印章，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。	
4.2	<p>低于成本价不正当竞争预防措施：</p> <p>根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为</p>	

	无效处理。
--	-------

## 一、说明

### 1. 适用范围及资金来源

1.1 项目名称：沙雅县人民医院数字X线摄影系统（DR）等设备采购项目

1.2 资金来源：详见供应商须知附表。

### 2. 定义

2.1 采购人：沙雅县人民医院

2.2 供应商：指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织。

2.3 询价小组：询价小组是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

2.4 日期：指公历日。

2.5 时间：指北京时间。

2.6 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7 询价文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 3. 供应商的资格条件

3.1 详见详见供应商须知附表。

### 4. 合格的货物和服务

4.1 货物是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。询价文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定应当是本国货物。

4.2 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训及询价文件规定的其它服务。

4.3 属于政府采购强制采购节能产品，供应商提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请供应商打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

4.4 供应商应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.5 验收。

4.5.1 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

4.5.2 在验收时,供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料,按采购人提出的方式验收。

4.5.3 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符,采购人有权拒绝接受。

## 5. 投标费用

5.1 采购代理机构、采购人不负责供应商准备响应文件和提交响应文件所发生的任何成本或费用。

5.2 招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格【2002】1980号文件、发改价格【2015】299号文件）收取。

## 6. 联合体投标（适用于联合体投标项目）

6.1 联合体投标的供应商应当满足下列条件：

6.1.1 以联合体形式进行政府采购的,参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,联合体各方之间应当签订联合体协议,明确约定联合体各方承担的工作和义务,并将共同联合体协议连同响应文件一并提交。

6.1.2 以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.1.3 以联合体进行投标的,可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金,以一方名义提交的投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。

6.1.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.1.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 二、询价文件

### 7. 询价文件的组成

7.1 询价文件包括：

7.1.1 询价公告；

7.1.2 供应商须知；

7.1.3 采购需求；

7.1.4 评标办法；

7.1.5 响应文件格式。

7.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照询价文件要求提交全部资料或者响应文件没有对询价文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

### 8. 询价文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改的。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 3 日前，以书面形式通知所有获取询价文件的潜在供应商；不足 3 日的，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。并在采购部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在询价文件要求提交响应文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有询价文件收受人，并在自筹部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3 询价文件的澄清或者修改内容作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当询价文件、询价文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三、响应文件的编制

### 9. 响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非询价文件在技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 10. 响应文件的组成

10.1 供应商编写的响应文件应按照询价文件内响应文件格式的要求编制响应文件。

**响应文件格式：详见第五章 响应文件格式。**

10.2 响应文件的构成应符合法律、法规及询价文件的要求。

## 11. 响应文件格式

供应商提交的响应文件应当按照询价文件的响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）进行编制。

## 12. ★响应文件的编制、数量和签署

12.1 供应商应提交响应文件：正本一份、副本三份。

12.2 响应文件正本均需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权代表签字或盖章。每份响应文件应当标明“正本”、“副本”的字样，若正本与副本不符，以正本为准。

12.3 如供应商对询价文件多个包组进行投标的，其响应文件可按每个包组的要求编制和提交。

12.4 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章才有效。

12.5 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

12.6 传真或电传的响应文件将拒绝接收。

12.7 响应文件需加盖骑缝章，每本响应文件骑缝章不得少于 3 个。

12.8 未按询价采购文件要求签署盖章的响应文件视为无效投标。

### 13. 投标报价说明

13.1 本次招标，供应商必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

13.2 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用(含询价文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

13.3 投标报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13.4 供应商的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5 成交后开出的所有发票必须与成交供应商的名称一致。

13.6 供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效投标。

13.7 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

13.7.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知—财库[2020]46号

13.7.2 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库[2014]68号

13.7.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号

13.7.4 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

13.8 对满足中小微企业执行财库【2020】46号文件的规定，且在响应文件中提交了《中小企业声明函》对其价格给予10%-20%的比例扣除（本项目扣除比例为10%），其评标价为按规定比例扣除后的价格。

13.9 对满足《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，且在响应文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，对其价格给予10%-20%的比例扣除（本项目扣除比例为10%），其评标价为按规定比例扣除后的价格。

13.10 对满足《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号文件的规定，且供应商在响应文件中提供对所投标产品属于清单内产品的证明资料的（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等），（本项目扣除比例为10%），其评标价为按规定比例扣除后的价格。

（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部联合最新发布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

13.11 对满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的，且在响应文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》，对其价格给予10%-20%的比例扣除（本项目扣除比例为10%），其评标价为按规定比例扣除后的价格。

13.12 不符合下列要求的除外：

（1）不符合谈判文件规定格式要求提供声明函及证明材料的。

（2）不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知—财库[2020]46号文件的规定企业的产品价格不予扣除。

（3）不符合谈判文件规定格式要求并未提供《残疾人福利性单位声明函》的。

（4）不符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的不予扣除。

（5）不符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定的且未提供属于监狱企业的证明文件的不予扣除。

（6）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号规定的不予扣除。

#### 14. 投标货币

供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

#### 15. ★响应文件有效期

15.1 响应文件应根据供应商须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

15.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据供应商须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 16. 投标保证金

16.1 供应商应按照询价文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

16.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为供应商的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

16.3 采购人与成交人签订合同后 5 个工作日内，向未成交的供应商和成交人退还投标保证金及银行同期存款利息。

16.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

16.4.1 供应商在询价文件规定的投标有效期内撤回其投标的。

16.4.2 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的。

16.4.3 将成交项目转让给他人，或者在响应文件未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

## 四、响应文件的提交

### 17. 响应文件的标记和密封

17.1 供应商应将响应文件的正本、副本装于一个档案袋，电子版响应文件分别单独封装件，并在密封袋的封口处加盖供应商公章。

17.2 在响应文件密封袋上均应标明以下内容：

(1) 项目名称：；

(2) 项目编号：；

(3) 供应商名称、法定代表人、地址、联系人、联系电话：；

(3) 年月日时分开标，此时间之前不得启封；

17.3 如供应商的响应文件未按照询价文件规定标记和密封的，采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。

## **18. 投标截止时间**

18.1 供应商应在询价文件规定的截止日期和时间前，将响应文件送达到指定地点。

18.2 采购代理机构可按照询价文件规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的提交响应文件截止时间为准。

## **19. 迟交的响应文件**

供应商在投标截止时间之后提交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

## **20. 响应文件的补充、修改与撤回**

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知采购代理机构。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做出任何的补充和修改。

20.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按询价文件要求的签署、盖章，作为响应文件的组成部分。并按照询价文件规定密封和标记的要求提交，并在响应文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3 在提交响应文件截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

# **五、开标与评标及定标**

## **21. 开标**

21.1 采购代理机构按照询价文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

21.2 按询价文件规定提交撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

### **21.3 开标程序**

21.3.1 开标会由采购代理机构主持，供应商的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。供应商的法定代表人或经其正式授权代表未参加开标会的，其投标将被拒绝。

21.3.2 响应文件的密封情况由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；或者由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况。

21.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和响应文件的其他主要内容。

21.3.4 开标时，响应文件中投标报价表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以投标报价表为准。

21.4 采购代理机构对开标全过程进行记录，开标记录由各供应商代表签字确认，并存档备查。

## **22. 询价小组与评标方法**

22.1 询价小组。

22.1.1 本次招标依法组建询价小组。

22.1.2 询价小组将按照询价文件确定的评标方法进行评审。对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

22.1.3 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

22.1.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

22.1.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

22.1.3.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.1.3.4 就该采购项目询价文件征询过意见的。

22.2 评标原则和评标方法

22.2.1 评标原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。询价小组将按照规定只对通过初步评审的响应文件进行评审和比较。

22.2.2 评标方法：本次招标的评标方法采用最低评标价法。

## **23. 响应文件的评审**

23.1 响应文件初步评审。

23.1.1 形式性检查。询价小组依据评标办法，对响应文件中的供应商名称、响应文件格式等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

23.1.2 资格性检查。询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的营业执照、信誉等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

23.1.3 响应性检查。询价小组依据询价文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

23.2 响应文件的澄清。

23.2.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。根据供应商须知第23.2.2条规定，凡属于询价小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

23.2.2 响应文件计算错误的修正

23.2.2.1 询价小组将对确定为实质上响应询价文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.2.2.2 响应文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2.2.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将不予退还，并不影响评标工作。

## 六、合同授予

### 24. 合同授予标准

根据询价小组的评审结果，采购人按照评审报告推荐的成交候选人中按顺序

依法确定成交供应商。

## 25. 采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在确定成交供应商之前，有权依据询价小组的评审报告拒绝不合格的投标。

## 26. 发布成交结果

26.1 采购人在指定媒介发布成交结果公告，公告期为 1 个工作日。

26.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

# 七、合同签订和履行

## 27. 合同的签订

27.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起 30 日内，按照询价文件和成交供应商的响应文件承诺签订合同，但不得超出询价文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应当自合同签订之日起 7 个工作日内，应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和采购代理机构备案。

27.3 成交供应商不能把成交项目分包给其他单位实施。

## 28. 履约保证金

28.1 成交供应商向采购人提交履约保证金，履约保证金可以采用银行转账形式缴交。

28.2 若成交供应商不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

# 八、询问、质疑、投诉

## 29. 询问

供应商对政府采购活动事项（询价文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在 3 个工作日内

对供应商依法提出的询问作出答复。

### **30. 质疑**

供应商认为询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

31.1 询价文件在指定的政府采购信息发布媒体上公告 3 个工作日，供应商认为询价文件的内容损害其权益的，可以在询价文件公告期限届满之日起 5 个工作日内提出质疑。

31.2 供应商认为采购过程中和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。

### **31. 投诉**

供应商对采购代理机构或采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向自筹部门投诉。

## **九、其他**

### **32. 适用法律**

采购代理机构、采购人及供应商进行的本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

### **33. 询价文件解释权**

本询价文件解释权属采购人或采购代理机构。

### 第三章 采购清单及技术参数

#### 一、项目概况

应沙雅县人民医院的需要，需进行数字 X 线摄影系统（DR）等设备采购。

#### 二、配置清单及技术参数

序号	设备名称	参数	数量
1	数字化 X 射线摄影系统(DR)	<p>一、总体要求：</p> <p>1. 设备用途：数字化 X 线摄影系统（DR），采用无线数字化 DR 平板探测器成像系统，可以实现一机多用，可以完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、多角度的全面数字 X 线摄影检查，以满足医院放射科放射诊断需求。</p> <p>2. 设备要求：为保证设备在临床使用中机器的稳定性、及图像清晰度。</p> <p>二、产品技术参数指标：</p> <p>（一）X 线高压发生器</p> <p>1. 最大输出功率：<math>\geq 65\text{kW}</math>，最高频率：<math>\geq 440\text{kHz}</math>；</p> <p>2. 摄影管电压输出范围：<math>\geq 40-150\text{kV}</math>；</p> <p>3. 最大输出管电流：<math>\geq 800\text{mA}</math>；</p> <p>4. ★电流时间积可调范围：最大电流时间积<math>\geq 1000\text{mAs}</math>，最小电流时间积<math>\geq 0.4\text{mAs}</math>；</p> <p>5. ★曝光时间可调范围：<math>\geq 1\text{ms}\sim 10\text{s}</math>；</p> <p>6. 摄影曝光控制功能：具有多种曝光形式选择；</p> <p>7. 具有 AEC 电离室自动曝光控制功能；</p> <p>8. 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。</p> <p>（二）X 射线球管</p> <p>1. 焦点尺寸：小焦点<math>\leq 0.6\text{mm}</math>，大焦点<math>\leq 1.2\text{mm}</math>；</p> <p>2. 焦点功率：小焦点：<math>\geq 30\text{KW}</math>，大焦点：<math>\geq 78\text{KW}</math>；</p> <p>3. 阳极热容量：<math>\geq 300\text{KHU}</math>；</p> <p>4. 管套热容量：<math>\geq 1.2\text{MHU}</math>；</p> <p>5. 旋转阳极转速：<math>\geq 9700\text{转/分}</math>；</p> <p>6. X 射线球管为知名品牌。</p>	1

		<p>(三) 限束器</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动缩光器，可根据检查类型，自动设置照射野，也可手调节；</li> <li>2. 光照亮度：<math>\geq 180</math> 勒克斯@100cm；</li> <li>3. 等效总滤过：<math>\geq 1.0\text{mm Al}</math>；</li> <li>4. 具备激光定位指示线，提供证明材料；</li> <li>5. 具备高清摄像头，用于监测患者摆位；</li> </ol> <p>(四) 无线数字化平板探测器</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成像介质：数字化平板探测器（Flat Panel Detector），非 CCD 结构；</li> <li>2. 探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板；</li> <li>3. 探测器成像面积：<math>\geq 42.5 \times 42.5\text{cm}</math>；</li> <li>4. ★探测器像素尺寸：<math>\leq 139 \mu\text{m}</math>；</li> <li>5. 探测器灰阶：<math>\geq 16\text{bit}</math>；</li> <li>6. 最大空间分辨率：<math>\geq 3.6 \text{ LP/mm}</math>；</li> <li>7. 探测器像素：<math>\geq 3072 \times 3072</math>；</li> <li>8. 图像采集显示时间：预览：<math>\leq 3</math> 秒；成像：<math>\leq 5</math> 秒；</li> <li>9. 平板探测器在线充电技术，采用直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计（提供实物照片）；</li> <li>10. 数据传输、控制模式：探测器与系统之间可以通过无线和有线方式进行数据传输及控制，具有热插拔技术；</li> <li>11. ★无线平板探测器供电技术为非锂电池，提供平板探测器制造商盖章证明文件。；</li> <li>12. 平板探测器重量：<math>\leq 4\text{kg}</math>；</li> <li>13. 探测器自然冷却，无需外置冷却装置；</li> </ol>	
--	--	---	--

		<p>14. ★ 配备 2 块型号规格完全相同的数字化无线平板探测器，保证立位卧位拍摄影像链一致。</p> <p>(五) 立式胸片摄影架</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平板中心离地垂直升降范围：<math>\geq 150\text{cm}</math>；</li> <li>2. ★胸片架中心距地最低距离：<math>\leq 34\text{cm}</math>；</li> <li>3. 平板 Bucky 绕中心轴垂直面旋转角度：<math>-20-90</math>度；</li> <li>4. 采用辅助扶手装置：安装胸部后前位双侧扶手，方便病人站立拍摄胸片；</li> <li>5. 探测器上下运动方式：电动和手动 2 种方式，并能隔室控制高度；</li> <li>6. 可拔插式滤线栅：栅密度：<math>\geq 40\text{L/cm}</math>，栅比：<math>\geq 8: 1</math>，提供证明材料；</li> <li>7. 自动曝光控制：具备 3 野电离室自动曝光控制装置，非平板探测器 AEC；</li> <li>8. 平板探测器有线连接装置：在立式摄影架具有 X 射线片盒带通讯线插头吸合机构，使平板探测器插入后可以自动插拔通讯线插头，自动从无线模式转换成有线连接模式；</li> <li>9. ★为便于摆位，立柱与探测器的连接部位必须位于探测器后方的中心，不接受侧方连接的结构；</li> <li>10. 具有平板在线充电指示灯，提供证明材料。</li> </ol> <p>(六) 悬吊式 X 线管组件支架</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机架结构：井字型悬吊天轨吊架，手电一体全平衡稳定，设备运动过程中平稳无异响；</li> <li>2. X 射线源组件沿天轨横向移动行程：<math>\geq 1.9\text{m}</math>；</li> <li>3. X 射线源组件沿天轨纵向移动行程：<math>\geq 3.1\text{m}</math>；</li> <li>4. ★X 射线源组件垂直升降范围：<math>\geq 1.8\text{m}</math>；</li> <li>5. X 射线源组件垂直旋转范围：<math>\geq -150^\circ \sim +</math></li> </ol>	
--	--	--	--

		<p>180°</p> <p>6. X 射线源组件水平旋转范围： <math>\geq \pm 135^\circ</math> ；</p> <p>7. X 射线源组件运行速度：升降： <math>\geq 19\text{cm/s}</math>；旋转：<math>\geq 22^\circ / \text{s}</math>；</p> <p>8. ★球管与平板之间均实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动；</p> <p>9. 天轨吊架配置“坦克链式”走线 ；</p> <p>（七）球管端近台操作系统</p> <p>1. 电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效）；</p> <p>2. 尺寸： &gt;9.5 英寸；</p> <p>3. 可实时显示球管旋转角度、SID、光野尺寸等参数；</p> <p>4. 具有发生器曝光参数调节功能，可调：kV、mA、ms、mAs；</p> <p>5. 可以调节控制限束器的照射野大小；</p> <p>6. 具有摆位引导图，提供产品彩页或图片证明；</p> <p>7. 智能故障预判平台（提供中文解决方案，非代码）提供证明材料。</p> <p>（八）自动化功能</p> <p>1. 可以实现一键定位功能，系统自动算取最佳最安全路径到达指定预设位，无线反复设置；</p> <p>2. ★系统预设摆位： <math>\geq 200</math>，可根据 APR 协议自动调整 SID，球管高度和角度，探测器高度，光野大小，通过遥控器实现自动摆位；</p> <p>3. 能实现球管和摄影床下探测器的一键对中；</p> <p>4. 能实现球管和胸片架上探测器的一键对中；</p> <p>（九）摄影床</p> <p>1. 摄影床结构：固定摄影床，床面可以四向活动；</p> <p>2. 摄影床尺寸： <math>\geq 220\text{cm} \times 84\text{cm}</math>；</p>	
--	--	---	--

		<p>3. 床面高度：<math>\leq 68\text{cm}</math>；</p> <p>5. 床面纵向移动距离：<math>\geq 100\text{ cm}</math>；</p> <p>6. 床面横向移动距离：<math>\geq 24\text{ cm}</math>；</p> <p>7. 平板 Bucky 纵向移动范围：<math>\geq 50\text{cm}</math>，手动电动一体；</p> <p>8. 可拔插式滤线栅，栅密度：<math>\geq 40\text{lp/cm}</math>，栅比 <math>\geq 10: 1</math>，提供证明材料；</p> <p>9. 自动曝光控制：具备三野电离室自动曝光控制装置，非软件式 AEC；</p> <p>10. 床体承重：<math>\geq 250\text{kg}</math>；</p> <p>11. 平板探测器有线连接装置：在摄影床中具有 X 射线片盒带通讯线触点吸合机构，使平板探测器插入后可以自动联通过讯线触点，自动从无线模式转换成有线连接模式；</p> <p>12. 为防止误踩操作，床面运动控制开关采用内踢式设计，非脚踏式开关。</p> <p>（十）无线遥控装置</p> <p>1. 通讯模式：无线载波通讯，非红外；</p> <p>2. 功能实现：胸片架运动控制，限束器铅叶控制、光野指示灯控制，立式/卧式位复位按键，对中、摆位功能按键；</p> <p>3. 电池类型：锂电池；</p> <p>4. 充电方式：无线电磁感应式。</p> <p>（十一）DR 图像采集处理系统</p> <p>1. 采用菜单驱动和鼠标操作的窗口式操作系统；</p> <p>2. 系统控制与信息管理、图像采集处理一体化设计；</p> <p>3. 操作系统：中文 Windows 系统；</p> <p>4. 主机：CPU 3.4 Ghz 及以上，内存：<math>\geq 16\text{G}</math>，硬</p>	
--	--	--	--

		<p>盘：≥1TB；</p> <p>5. 显示器尺寸 23.8 英寸或以上，分辨率：≥1920×1080；</p> <p>6. 图像处理功能：病人资料的显示，图像缩放功能，反色，旋转，窗宽/窗位调节，动态范围调节，图像反转，感兴趣区图像调整，均衡处理，图像排版功能，胶片打印功能；</p> <p>7. 支持灰度处理与 LUT 调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区；</p> <p>8. 具备具有区域剂量计算（DAP）和显示功能功能，提供证明材料；</p> <p>9. 具备婴幼儿专用低剂量摄影模式，根据年龄自动匹配拍摄协议（提供软件功能证明材料）；</p> <p>10. 具备尘肺病专用检查模块；</p> <p>11. 图像工作站界面可同步显示平板探测器所在的位置（胸片架位和摄影床位），电池电量，无线信号强度，提供软件功能证明材料；</p> <p>12. 图像工作站界面可同步显示球管热容量，提供软件功能证明材料；</p> <p>13. 具备患者不同状态显示与排序；</p> <p>14. 原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能，提供相关功能证明材料；</p> <p>15. 网络连接：具备 DICOM3.0 协议接口，通过以太网输出 DICOM-3.0 格式图像，有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能，worklist、PACS、HIS、RIS 无缝链接。</p> <p>（十二）计算机视觉辅助摆位曝光系统</p>	
--	--	--	--

		<p>1. ★患者影像可以实时显示在工作站屏幕上，供技师摆位参考，提供软件截图证明材料；</p> <p>2. 系统可自动提示 AEC 患者覆盖位置，提供证明材料；</p> <p>3. 系统可自动提示平板探测器边缘位置，提供证明材料；</p> <p>4. ★可以实时在工作站屏幕患者影像上显示光野范围，并用鼠标进行调节，提供证明材料；</p> <p>5. 可以实时在工作站屏幕患者影像上显示长骨全景拼接范围，并用鼠标进行调节，提供证明材料。</p> <p>（十三）长骨全景功能</p> <p>1. 为原厂软件，非第三方；</p> <p>2. 全自动自动实现图像采集，全自动采集、拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室；</p> <p>3. 立位最大拼接范围：≥140cm；</p> <p>4. 卧位最大拼接范围：≥90cm；</p> <p>5. ★具备立位和卧位图像全长拼接功能，图像采集过程中，球管距地高度不发生改变，自动旋转拍摄；</p> <p>6. 具备患者站立位拍摄辅助支架；</p> <p>7. 站立位拍摄辅助支架承重：≥200kg。</p> <p>（十四）附属配置要求：</p> <p>1. 台式电脑 2 台（连接安装医院 PACS 用户端），负责与医院 PACS 系统连通并承担相关费用，承担控评及验收所有费用。</p> <p>2. 打印机 4 台（1 台带复印扫描功能），DR 系统操作台桌椅 1 套、办公桌 3 张、椅子 4 把；</p> <p>3. 整机质保 24 个月，需设有售后服务机构和售后服务人员，质保期内提供 7x24 小时服务，质保期</p>	
--	--	---	--

		<p>内提供每 6 个月 1 次维护保养服务并提供维保工作记录单；</p> <p>4. 中标单位中标后需根据医院实际环境制定设备安装, 施工图纸, 提供现场操作技术培训及简单故障处理方法, 保证使用人员正常操作使用设备的各种功能。</p>	
2	<p>磁共振专用无磁转运担架车 (无磁移动推车)</p>	<p>一、用途要求: 主体材质为高强度航空铝材料, 整体不含磁性, 在高强度 0.3 高斯线范围内不被磁吸并且不影响磁共振扫描, 适用于医院 MRI1.5T 及以上核磁共振使用。</p> <p>二、技术要求:</p> <p>1. 承重: <math>\geq 170\text{KG}</math> (高强度承重增加安全系数)</p> <p>2. 净重: <math>\leq 40\text{Kg}</math> (最适宜的净重有利于推动的稳定性)</p> <p>3. 包装尺寸: <math>\geq</math> (长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高) 1955mm<math>\times</math>600mm<math>\times</math>920mm</p> <p>4. ★升降最高位: (长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高) 1949mm<math>\times</math>560mm<math>\times</math>890mm 升降最低位: (长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高) 1949mm<math>\times</math>560mm<math>\times</math>550mm</p> <p>5. 靠背最大倾角: 120 度 (有利于消化液倒流或其它不利于平躺的病人使用, 增加病人舒适度)</p> <p>6. 床面强度: 凹变量为 34mm, 残余凹度 2mm</p> <p>7. 配有床垫枕头: 外形尺寸 1900*500*50mm</p> <p>8. 车面采用泡沫软垫, 使病人躺卧舒服, 软垫与车面可以分离</p> <p>9. ★配备无磁蓝色软担架, 担架四周有扶手</p> <p>10. ★脚轮使用无磁脚轮, 直径 127mm, 脚轮与推车装配牢固</p>	1

		<p>11. ★生产厂家具有无磁专利证书；提供无磁检测报告且报告内容承重<math>\geq 170\text{kg}</math></p> <p>12. 床体两侧设有航空铝立式挡体护栏，有防夹手功能，确保病人的安全。</p>	
3	磁共振专用无磁轮椅	<p>一、用途要求：主题材质镁铝合金无磁轮椅，整体不含磁性，适用于医院 MRI1.5T 及以上核磁共振使用。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 承重：<math>\geq 100\text{KG}</math>；</p> <p>2. 静态稳定性（纵向前倾）<math>\geq 10^\circ</math>，静态稳定性（纵向后倾）<math>\geq 10^\circ</math>，静态稳定性（侧倾）<math>\geq 15^\circ</math>；</p> <p>3. 驻坡性能<math>\geq 8^\circ</math>；</p> <p>4. 滑行偏移量<math>\leq 350\text{mm}</math>；</p> <p>5. 最小回转半径<math>\leq 850\text{mm}</math>；</p> <p>6. 最小换向宽度<math>\leq 1500\text{mm}</math>；</p> <p>7. 行驶制动性能<math>\leq 1.5\text{m}</math>；</p> <p>8. 驻坡制动器疲劳强度：不应有位移或制动性变化；</p> <p>9. ★整体采用镁铝合金材质，整体不含磁性；</p> <p>10. ★轮子采用 7 寸实心前轮，24 寸镁合金大轮；</p> <p>11. ★轮椅把手可折叠，扶手高度可升降；</p> <p>12. ★提供无磁检测报告。</p>	1

### ★三、商务要求

1. 合同履行期限：合同签订后 60 日历天内完成供货。
2. 服务地点：沙雅县人民医院。
3. 质保期：整机质保 2 年。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

## 第四章 评标办法（最低评标价法）

评标办法前附表

条款号		评审标准
2.2.1	资格性审查	提供有效的三证合一的营业执照
		具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》
		提供 2021 年度经审计的财务报告或成立不足一年企业提供财务报表（至少包含资产负债表）
		提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（含法人或委托代理人的社保明细）
		提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
		提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（自行承诺）。
		“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果
2.2.2	符合性审查	响应文件格式符合询价文件要求
		响应文件的签名盖章符合询价文件要求
		投标有效期符合询价文件要求
		合同履行期符合询价文件要求
		质量目标符合询价文件要求
		按照询价文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项

### 一、评标办法

采用的评标方式:最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即在全部满足询价通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交供应商或推荐成交候选人的评审方法。

### 二、评标方法及程序：

（一）代理公司：新疆华政睿项目管理有限公司

(二) 询价小组组成：有关专家 3 人

(三) 监督机构：

(四) 评审程序

#### 1 初步评审

1.1 询价小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。询价小组依据本章“评标办法前附表”规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 不按询价小组要求澄清、说明或补正的。

(3) 报价函中投标报价与工程量汇总价不一致时响应文件作废标处理。

(4) 提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

(5) 供应商在开标时资格审查时递交的法人授权委托书原件，其内容应与资格预审、响应文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。

(6) 询价小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

(7) 供应商附有招标人不能接受的条件。

(8) 响应文件偏离询价文件实质性要求和条件的。

(9) 一个供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

1.3 投标报价有算术错误的，询价小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 第五章 响应文件格式

响应文件的外包装封面格式：

\*\*\*\*

项目

# 响 应 文 件

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

供应商地址：

联系人：                    联系电话：

年  月  日

在  年  月  日  时  分之前不得启封

响应文件封面

\*\*\*\*\* 项目

---

# 响应文件

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 目录

- 一、报价函及投标报价表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、供应商基本情况表
- 五、技术参数、规格偏离表
- 六、商务条款偏离表
- 七、售后服务承诺书
- 八、政府采购诚信承诺书
- 九、声明函

## 一、报价函及投标报价表

### (一) 报价函

\_\_\_\_\_ (采购人名称):

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) 询价文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) \_\_\_\_\_元 (¥ \_\_\_\_\_) 的投标总报价, 按合同约定实施并完成货物、运输、安装、检验及相关服务。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 随同本报价函提交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写) \_\_\_\_\_元 (¥\_\_\_\_\_ )。

4. 如我方成交:

(1) 我方承诺在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

5. 我方在此声明, 所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

地址:

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 投标报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

金额单位：人

民币/元

序号	项目名称	单位	单价	合价（元）	合同履行期限 （日历天）
1					
投标总报价人民币（小写）					
投标总报价人民币（大写）					

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：

- 1、请严格按此“投标报价一览表”格式填写，投标人报价时应仔细阅读采购文件报价要求并自行考虑市场风险以及价格合理性。
- 2、合价之和即为投标总报价，合价依据为分项价格表计算得出。
- 3、投标报价一览表中投标总报价应与投标函一致。

### (三) 报价明细表

序号	产品名称	规格型号	单价	数量	总价	备注 (产地)	可附 图片
总计							

(此表可延长)

**注：1.** 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：

年 龄：\_\_\_\_\_ 职务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

### 三、法定代表人授权委托书

（采购人），（采购代理机构）：

本人\_\_\_\_\_（居民身份证编号：\_\_\_\_\_）系\_\_\_\_\_（公司名称）的法定代表人，兹委托\_\_\_\_\_（居民身份证编号：\_\_\_\_\_）为我单位的委托代理人，代表我单位就\_\_\_\_\_（项目名称）签署响应文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（名称）  
（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签名）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（附法人身份证及委托代理人身份证复印件）

#### 四、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
企业资质等级			企业人员			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账 号						
经营范围						
备 注						

注：本表后应附企业法人营业执照、资质等资格审查所需相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）

## 附件1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明材料

注：1. 提供有效的营业执照复印件装订在响应文件内（盖公章）

2. 提供近一年的财务审计报告或成立不足一年企业提供财务报表（至少包含资产负债表）复印件装订在响应文件内（盖公章）

3. 提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（含法人或委托人的社保明细）复印件装订在投标文件内（盖公章）

## 附件2 信用中国网站及中国政府采购网查询结果报告

注：供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录”中的（供应商自行在网站查询打印后加盖公章）

附件3 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函（格式自拟）。

注：

1、供应商应一一对应上述附件1至附件3及其顺序依次提供要求的证明材料。

2、未按上述附件1至附件3提供资格证明材料者，将视为无效投标。

## 五、技术参数、规格偏离表

序号	文件要求技术参数、规格	投标技术参数、规格	偏离/不偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
.....				

**注：**1、应与文件要求逐条对应填写，供应商应据实填写技术参数及规格，不可直接复制粘贴采购文件要求，否则视为不响应。

2、本表如填写不完，可以续页。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、商务条款偏离表

序号	询价文件的 商务条款	响应文件的 商务条款	偏离/不偏离	说明
1				
2				
3				
.....				

**注：**1、应与文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、商务条款包含：供货期、投标有效期、响应文件份数、质保期、售后服务等。

4、供应商应据实填写，不可直接复制粘贴采购文件要求，否则视为不响应。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、售后服务承诺书

(供应商自行承诺, 格式自拟)

承诺单位: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 八、政府采购诚信承诺书

\_\_\_\_\_(采购人)\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_(采购代理机构)\_\_\_\_\_:

我公司\_\_\_\_\_ (供应商名称) 已详细阅读了\_\_\_\_\_项目 (项目编号: \_\_\_\_\_) 采购文件, 自愿参加本次报价, 现就有关事项做出郑重承诺如下:

一、诚信报价, 材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效, 保证不出借或者借用其他企业资质, 不以他人名义报价, 不弄虚作假;

二、遵纪守法, 公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格, 不排挤其他供应商, 不损害采购人的合法权益; 不向询价小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后, 将按照规定及时与采购人签订政府采购合同, 不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议; 严格履行政府采购合同, 不降低合同约定的产品质量和服务, 不得擅自变更、中止、终止合同, 或者拒绝履行合同义务;

若有违反以上承诺内容的行为, 我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚; 如已中标的, 自动放弃中标资格, 并承担全部法律责任; 给采购人造成损失的, 依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章):

法定代表人(签字):

年 月 日

## 九、声明函

### (一) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**说明：**1、供应商参加政府采购时，提供虚假中小企业申明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

采购文件中明确的所属行业：工业。

(二) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**说明：**填写本声明函时应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

(三) 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**说明：**填写本声明函时应仔细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），供应商不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。