

公开招标文件

(货物、服务类)

项目名称：伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目
(一标段)

项目编号：ZDJD2022-GK-012

新疆重道敬德招标咨询有限公司

2022年11月

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一章 投标邀请 | 5 |
| 一、项目概况 | 5 |
| 二、投标人参加政府采购活动应当具备下列条件： | 5 |
| 三、投标人的资格审查要求： | 6 |
| 四、获取招标文件及投标事宜： | 7 |
| 五、开标时间与地点： | 7 |
| 六、采购人及联系方式： | 7 |
| 七、采购代理机构信息 | 7 |
| 八、其他： | 7 |
| 九、公告期限： | 8 |
| 十、报名时提供： | 8 |
| 第二章 招标文件前附表 | 8 |
| 第三章 投标人须知 | 15 |
| 一、说明 | 15 |
| 二、招标文件 | 19 |
| 三、投标文件 | 19 |
| 四、投标文件的提交 | 23 |
| 五、开标与评标 | 23 |
| 六、中标公告与中标通知书 | 28 |
| 七、质疑 | 29 |
| 八、合同签订 | 29 |
| 第四章 采购合同 | 31 |
| 第五章 综合评审方法 | 36 |
| 第六章 采购内容与要求 | 38 |
| 第七章 投标文件格式与要求 | 42 |
| 一、投标文件封面 | 43 |
| 二、资格证明文件封面 | 44 |
| 三、营业执照 | 45 |
| 四、法定代表人身份证明 | 46 |
| 五、法定代表人授权委托书 | 47 |
| 六、投标人基本情况 | 48 |
| 七、反商业贿赂承诺书 | 50 |
| 八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明 | 51 |
| 九、投标函 | 52 |
| 十、开标一览表 | 54 |
| 十一、业绩资料 | 55 |
| 十二、商务响应/偏离表 | 56 |
| 十三、其他证明文件（如需要） | 57 |
| 十四、分项价格表 | 58 |
| 十五、供货一览表 | 60 |
| 十六、拟投入主要设备（如需要） | 61 |
| 十七、技术响应/偏离表 | 62 |
| 十八、售后服务情况表 | 64 |
| 十九、项目负责人（如需要） | 65 |
| 二十、拟投入本项目的主要成员表（如需要） | 66 |
| 二十一、重大违法记录的声明函 | 67 |
| 二十二、中小企业声明函（如需要） | 68 |
| 二十三、残疾人福利性单位声明函（如需要） | 70 |
| 二十四、节能环保产品（如需要） | 71 |
| 二十五、其他文件（如需要） | 72 |

新疆重道敬德招标咨询有限公司关于伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目（一标段）公开招标公告

项目概况：

伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目（一标段）潜在投标人应在伊宁市经济合作区北京路 2568 号金茂新天地综合楼 B 座 1802 室获取招标文件，并于 2022 年 12 月 6 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZDJD2022-GK-012

项目名称：伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目（一标段）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：800000

最高限价（元）：800000

采购需求：购置管式炉设备、磁力搅拌器、恒温恒湿箱、光学平台、电子天平、球磨机、激光器、台式电脑、低温等离子体发生及诊断系统（含低温等离子体发生不锈钢真空腔室、残余气体分析设备、分子泵、朗缪尔探针和驱动）等设备。

合同履行期限：合同签订后，60 天内安装调试使用正常

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、投标人有效的法人营业执照正本（或副本）；
- 3、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；
- 4、法定代表人身份证或授权代表身份证；
- 5、会计师事务所出具的 2020 年或 2021 年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限 2021 年 1 月 1 日后成立的企业）
- 6、凡拟参加本次招标项目的投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供以上网站页面截图并加盖单位公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印；

三、获取招标文件

时间：2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 23 日，每天上午 10:00 至 13:30，下午 15:30 至 19:00（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）

地点：伊宁市经济合作区北京路 2568 号金茂新天地综合楼 B 座 1802 室

方式：现场获取或邮箱获取。因疫情不能到现场获取招标文件的投标企业可将相关资料原件盖章后扫描以 PDF 文档形式发送至 598812551@qq.com 邮箱，并提交材料真实性承诺书、联系人及联系方式。如因疫情原因无法加盖公章及法人章，可将有关材料先行提供，待本地区疫情解封后将公章及法人章加盖齐全并重新提供。

售价（元）：200 元

四、投标文件递交

截止时间：2022 年 12 月 6 日 11:00（北京时间）

地点：伊宁市经济合作区北京路 2568 号金茂新天地综合楼 B 座 1802 室

五、开标时间

开标时间：2022年12月6日 11:00（北京时间）

地 点：伊宁市经济合作区北京路 2568 号金茂新天地综合楼 B 座 1802 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

获取文件需提供：

(1) 有效的营业执照；

(2) 凡 拟 参 加 本 次 招 标 项 目 的 投 标 人 未 被 “ 信 用 中 国 ”
(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 列入失信
被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，
提供以上网站页面截图并加盖单位公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止
日内从上述网站中打印

(3) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件和法定代表人身份证复
印件、委托代理人的身份证；

注：招标文件售出后一概不退

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：伊犁师范大学

地 址：伊宁市解放西路448号

联 系 人：王老师

联系方式：0999-8141261

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆重道敬德招标咨询有限公司

地 址：伊宁市经济合作区北京路 2568 号金茂新天地综合楼 B 座 1802 室

项目联系人：田蕴蕾

联 系 方 式：0999--8888306、18699930518

第一章 投标邀请

新疆重道敬德招标咨询有限公司受伊犁师范大学的委托,对伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目(一标段)(项目编号:ZDJD2022-GK-012)进行公开招标方式采购,欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目概况:

伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目(一标段)购置管式炉设备、磁力搅拌器、恒温恒湿箱、光学平台、电子天平、球磨机、激光器、台式电脑、低温等离子体发生及诊断系统(含低温等离子体发生不锈钢真空腔室、残余气体分析设备、分子泵、朗缪尔探针和驱动)等设备。

| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 预算金额 (万元) |
|-----------------|-------------------------------|----|--------------|
| ZDJD2022-GK-012 | 伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目(一标段) | 批 | 80 |

二、投标人参加政府采购活动应当具备下列条件:

- 1、具有独立承担民事责任的能力;
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录;
- 6、落实政府采购政策需满足的要求:
 - (1) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号文);
 - (2) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号);
 - (3) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号文), (中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等)。
- 7、其他说明:

- (1) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；
 - (2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；
 - (3) 法人参加的需提供：法定代表人身份证（原件）、法定代表人资格证明书（原件）；
 - (4) 法人授权委托人参加的需提供：授权委托人身份证（原件）、法人代表授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件加盖公章。
 - (5) 本项目不接受联合体投标。
- 8、法律、行政法规规定的其他条件。

三、投标人的资格审查要求：

| 伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目（一标段） (ZJD2022-GK-012) | |
|--|--|
| 序号 | 审查内容 |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
| 2 | 投标人有效的法人营业执照正本（或副本）（原件）； |
| 3 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件）； |
| 4 | 法定代表人身份证或授权代表身份证（原件）； |
| 5 | 开标一览表（原件）； |
| 6 | 投标保证金：（提供收据原件）； |
| 7 | 反商业贿赂承诺书（原件）； |
| 8 | 凡拟参加本次招标项目的投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供以上网站页面截图并加盖单位公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印 |
| 9 | 会计师事务所出具的2020年或2021年度财务审计报告或提供银行出具的资信证明（资信证明仅限2021年1月1日后成立的企业） |

以上资料未做特殊说明的均须提供原件或法律公证部门出具的公证书原件，若缺项或不合为无效投标。

四、获取招标文件及投标事宜：

1、获取本项目招标文件的时间：2022年11月16日至2022年11月23日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取本项目招标文件的地点：伊宁市经济合作区北京路2568号金茂新天地综合楼B座1802室

3、获取本项目招标文件的方式：现场获取或邮箱获取。因疫情不能到现场获取招标文件的投标企业可将相关资料原件盖章后扫描以PDF文档形式发送至598812551@qq.com邮箱，并提交材料真实性承诺书、联系人及联系方式。如因疫情原因无法加盖公章及法人章，可将有关材料先行提供，待本地区疫情解封后将公章及法人章加盖齐全并重新提供。

4、招标文件售价（元）：200元。

5、招标文件售后，一概不退。

6、投标人若对招标文件有疑问需要澄清的，应于投标文件递交截止时间15日以前，以书面形式向招标代理机构提出质疑；招标代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

五、开标时间与地点：

1、提交投标文件截止时间：2022年12月6日11:00（北京时间）

2、保证金到账截止时间（投标截止时间）：2022年12月6日11:00（北京时间）。

3、开标时间：2022年12月6日11:00（北京时间）。

3、开标地点：伊宁市经济合作区北京路2568号金茂新天地综合楼B座1802室。

六、采购人及联系方式：

采购人名称：伊犁师范大学

采购人地址：伊宁市解放西路448号

联系人：王老师

联系电话：0999-8141261

七、采购代理机构信息

名称：新疆重道敬德招标咨询有限公司

地址：伊宁市经济合作区北京路2568号金茂新天地综合楼B座1802室

项目联系人：田蕴蕾

联系方式：0999--8888306、18699930518

八、其他：

以上日期、时间均为公历、北京时间。

九、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

十、获取文件时提供：

获取文件需提供：

(1) 有效的营业执照；

(2) 凡拟参加本次招标项目的投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供以上网站页面截图并加盖单位公章，网页打印件须自公告发布之日起至截止日内从上述网站中打印

(3) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件和法定代表人身份证复印件、委托代理人的身份证；

注：招标文件售出后一概不退

第二章 招标文件前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
|----|------------|--|
| 1 | 项目概况 | <p>项 目 名 称：伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目（一标段）</p> <p>项 目 编 号：ZDJD2022-GK-012</p> <p>项目总预算金额：800000 元</p> <p>采 购 人：伊犁师范大学</p> |
| 2 | 招标代理机构 | <p>名 称：新疆重道敬德招标咨询有限公司</p> <p>地 址：伊宁市经济合作区北京路 2568 号金茂新天地综合楼 B 座 1802 室。</p> <p>项目联系人：田蕴蕾</p> <p>联 系 方 式：0999--8888306、18699930518</p> |
| 3 | 投标人的资格审查要求 | <p>按第一章“三、投标人的资格审查要求”提供资格审查资料。</p> <p>所有资格审查资料除身份证外，其他资料一律密封，并随投标文件一并提交，未密封或未随投标文件一并提交的资料不予接收。</p> |
| 4 | 信用信息查询 | <p>根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。</p> |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 6 | 投标文件的编制与提交 | <p>投标文件的数量：一式 5 份，正本 1 份、副本 4 份，密封包装。</p> <p>资格审查资料的数量：1 份（单独密封）</p> <p>开标一览表的数量：1 份（单独密封）</p> <p>电子版响应文件：1 份(纸质响应文件加盖公章的扫描件，以 U 盘或光盘形式提交，单独密封)</p> <p>（注：纸质版文件装订形式：不得采用活页、拉杆等方式，必须采用胶装）</p> <p>于开标当日 11:00 之前提交至开标现场，逾期拒收，将视为放弃投标。</p> |
| 7 | 投标文件的签字和签章 | <p>所有要求法定代表人和其委托代理人签字或印章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或印章。</p> <p>投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章。</p> |
| 8 | 纸质投标文件封套或外包装上应载明的内容 | <p style="text-align: center;">投标文件</p> <p>项目名称：_____</p> <p>项目编号：_____</p> <p>投标人名称：_____（签章）</p> <p>投标人地址：_____</p> <p>项目联系人：_____</p> <p>联系电话：_____</p> |
| <p>在所有封签处标注“请勿在 年 月 日 时 00 分（北京时间）之前启封”字样（上述时间为提交投标文件的截止时间）</p> | | |
| 9 | 标前答疑会 | 否 |
| 10 | 开标 | <p>开标时间：2022 年 12 月 6 日 11:00（北京时间）</p> <p>开标地点：伊宁市经济合作区北京路 2568 号金茂新天地综合楼 B 座 1802 室。</p> |
| 11 | 唱标 | 以《开标一览表》为准，未提供的，将视为投标无效。 |
| 12 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起 90 日。 |

| | | |
|----|-----------|---|
| 13 | 原件提交要求 | 招标文件中要求“原件备查”的，原件资料需要独立密封，并随纸质投标文件一并提交，未按要求执行的，不予接收。 |
| 14 | 评标方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 明标 <input checked="" type="radio"/> 暗标（编制投标文件时技术文件中请勿出现投标人名称或签章） |
| 15 | 是否可以兼中兼得 | <input checked="" type="checkbox"/> 否（同一投标人只能中一个标段，如果同一投标人同时在多个标段排名第一，则按其所投标段顺序确定中标标段。） |
| 16 | 交货完工期/质保期 | 交货完工期：合同签订后，60 天内安装调试使用正常。 质保期：3 年。 |
| 17 | 说明 | 本招标文件中提到的日期、时间均为公历、北京时间。 |
| 18 | 样品提供的规定 | <input type="checkbox"/> 要求提供 样品提供时间： 至 样品提供地点： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 |
| 19 | 现场勘查的规定 | <input type="checkbox"/> 要求现场勘查 现场勘查时间： 至 现场勘查地点： 现场勘查联系人： 联系方式： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求现场勘查 |
| 20 | 采购进口产品 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 21 | 联合体投标 | <input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受 |
| 22 | 签署合同时间 | 中标通知书发出后 30 日内，中标人与采购人签署《政府采购合同》 |

| | | |
|--|----------|---|
| 23 | 招标代理服务费 | 根据国家现行收费政策计算本项目招标代理费为：1、执行国家现行收费标准，以中标金额为计算依据，采用差额定率累进计费方式计算；向中标投标人收取代理服务费。2、参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定，不足3000元按照3000元计取。 |
| 24 | 扶持小微优惠政策 | <input checked="" type="checkbox"/> 选择 <input type="checkbox"/> 不选择 |
| <p>1.货物、服务类采购项目，以对小微企业报价给予10%的扣除后的价格参加评审，经济标基准值以下浮后（如有）的最低价为准，经济标满分为止。</p> <p>2.提供《中小企业声明函》；并填写以下附表。</p> | | |

附表一：本项目所投中型企业产品清单

| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 产品所在页码 | 备注 |
|---------|------|-------|--------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| 产品总价(元) | | | | |

注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；

2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表二：本项目所投小微企业产品清单

| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 产品所在页码 | 备注 |
|---------|------|-------|--------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| 产品总价(元) | | | | |

注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；

2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表三：本项目所投残疾人福利性单位产品清单

| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 产品所在页码 | 备注 |
|---------|------|-------|--------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| 产品总价(元) | | | | |

注：1、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

第三章 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

本招标文件适用于投标邀请中所述采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、联系人及电话见招标文件前附表。

2.2 “采购代理机构”是指集中采购机构以外，受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。本招标文件中采购代理机构是指新疆重道敬德招标咨询有限公司。

2.3 “投标人”是指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人；“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象（招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、物业、保安、保洁以及其他类似的义务）。

3. 投标人的资格审查要求

3.1 投标人的资格审查要求：

投标人应按第一章“三、投标人的资格审查要求”提供资格审查资料，须真实、有效，如发现虚假资料，取消其投标资格，同时对其进行严肃处理。

3.2 投标人存在下列情形之一的，不得参加本项目采购活动：

(1) 与采购人或本招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2) 在参加本项目政府采购活动前3年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担。

4.2 收费标准

收费标准参考国家发改委发改价格【2011】534号文件的标准计算，发改办价格[2003]857号、国家计委计价格[2002]1980号等文件规定，向中标投标人收取代理服务费。

招标代理服务收费标准(费率)

(发改价格【2011】534号、发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号)

| 服务类型中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

例：货物招标中标金额 630 万的代理服务费计算（单位：万元）

$$100 \times 1.5\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (630 - 500) \times 0.8\% = 6.9 \text{ 万}$$

代理服务费也可实行市场调节价，由代理机构、采购人和中标人另行商定。

5. 授权委托

投标人代表若不是投标人的法定代表人，应持有法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6. 联合体投标

6.1 除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2 投标人以联合体形式投标，除应符合本章第 3 款规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

(2) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3) 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7. 采购进口产品

7.1 政府采购应当采购本国货物和服务。但有下列情形之一的除外：

- (1) 需要采购的货物或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；
- (2) 为在中国国外使用而进行采购的；
- (3) 其他法律、行政法规另有规定的。

所称本国货物和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

7.2 本章第 7.1 款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国产品参与投标竞争。

8. 投标保证金

8.1 按有关规定，投标保证金数额为预算金额的 1%。投标人应在保证金到账截止时间前交纳保证金，并作为其响应的一部分。投标保证金是为了招标代理机构和采购人免遭因投标人行为蒙受损失而设立的。

8.2 投标保证金到账截止时间与开标时间一致。投标保证金须从投标人/投标人账户转出（基本户或一般户均可），不得由他人账户代交。保证金交纳须按项目名称进行交纳。投标人为联合体的，可由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

8.3 开标时，对于未按要求交纳投标保证金的，将视为非实质性响应而予以拒绝，投标无效。

8.4 投标保证金有效期

同投标有效期。

8.5 退还投标保证金

8.5.1 退还时间

中标投标人与采购人签订采购合同后申请退还，未中标投标人在中标公示期满后申请退还，新疆重道敬德招标咨询有限公司在受理日起五个工作日内退还。

8.5.2 退还方式

投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

8.5.3 提交资料

未成交供应商退还投标保证金时需提供投标保证金电汇、网银等非现金形式缴纳凭证（凭证备注栏清晰注明用途及本次采购项目简称）还须携带以下资料：

- 1、开户许可证或基本存款账户信息复印件
- 2、收据（格式参照收据模板）
- 3、中标服务费打款凭证（打印回单）
- 4、投标保证金打款凭证（打印回单）

中标供应商退还保证金时需提供与采购人签订的合同原件一份及盖章扫描生成的 PDF 格式电子版合同。

8.5.4 发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
- （2）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
- （4）投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；
- （5）中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
- （6）打架斗殴，扰乱开标现场秩序；
- （7）法律法规及采购文件规定的其他情形。

9. 招标文件的理解

投标人应认真阅读、审查招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，保证其完全理解招标文件内容。投标人在投标截止时间后，不得存在误解和遗漏，要求更改已提交的投标文件。投标人的投标报价被认为已包括本项目招标范围内的全部内容。如果漏项被认为分摊到其他子目中，将不予重新计价；如果计算错误，在项目结束后，也将不予调整。如果投标人未按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其投标可以被拒绝，由此带来的风险由投标人自行承担。

10. 项目变更程序

项目如有变更，应由采购人向招标代理机构提出书面变更申请，申请的内容：

- （1）申请变更的理由；
- （2）变更的内容，资金或其他。

变更申请须经招标代理机构同意，报市财政局相关部门审批后方能变更，否则变更无效，由此引起的纠纷招标代理机构不承担任何责任。

11. 廉洁自律承诺要求

11.1 招标代理机构工作人员保证不接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不收受礼品、现金、有价证券等，不向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

11.2 所有投标人必须填写反商业贿赂承诺书（不填将视为无效投标）。

二、招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 本招标文件（共七章）及本章第 15 款对招标文件所作的澄清或修改文件，均属于招标文件的组成部分。

12.2 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

13. 招标文件的提供

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。具体提供期限见招标文件第一章。

13.2 投标人应及时获取招标文件，并按规定要求完成投标。

13.3 招标文件的提供期限截止时，确认投标的投标人少于三家，招标代理机构可以延长招标文件的提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限，遵守本章第 15 款关于招标文件修改的规定。

14. 偏离

本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和一般商务和技术条款（参数）偏离。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少十五日前，以更正公告形式发布于交易平台，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

15.2 如果澄清或者修改文件发出的时间距投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

15.3 如果招标文件的澄清或者修改文件的内容与之前发布的招标文件等材料中相关内容冲突，请投标人执行招标文件澄清或者修改文件的内容，之前发布的招标文件等材料中相关内容自动废止。

16. 推迟投标截止时间和开标时间

招标代理机构可以视采购具体情况推迟投标截止时间和开标时间，将变更后的时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件

17. 投标文件（包含电子投标文件和纸质投标文件）的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

18. 投标文件的编制

18.1 纸质投标文件的编制：以不褪色的 A4 纸双面打印生成纸质投标文件，并胶订成册。（正本 1 份、副本 4 份，密封包装）

电子版投标文件的编制：（1 份）纸质版投标文件加盖公章的扫描件，以 U 盘或光盘形式提交，（单独密封）

资格证明文件的编制：按第一章“三、投标人的资格审查要求”提供资格审查资料（单独密封）

18.2 开标、评标、授标均以标段为单位，投标人根据自身实力可对多个标段进行投标。若投标人参与多个标段时，应分别编制投标文件、分别密封包装，并按第二章的要求在所有的密封袋上清楚标明相关信息，并加盖投标人公章（或投标专用章）。

18.3 投标人应当对招标文件的要求和条件做出明确响应。

18.4 投标人可以根据招标文件要求，结合现有技术的发展对招标文件中“采购内容与要求”的设计方案、产品规格型号进行修正，提出更好的建议和设计方案，但该修正必须遵循“在保障投资的前提下，性能就高不就低”的原则，否则视其修正为无效修正。

19. 投标文件的签署

19.1 纸质投标文件的签署

19.1.1 应按招标文件要求对纸质投标文件进行签署、签章，未按要求进行签署、签章的，评标时将视为无效投标文件。

19.1.2 投标文件中的任何插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人（或授权代表）签字确认，否则其改动无效。

19.2 电子版投标文件的签署

19.2.1 电子投标文件具有法律效力，若投标文件内容与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。

19.2.2 电子版投标文件的提交：纸质投标文件加盖公章的扫描件，以 U 盘或光盘形式提交。

20. 投标语言

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均使用中文。

21. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

22. 投标报价

22.1 投标人应按招标文件规定的要求及责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

22.2 投标人应按《开标一览表》和《供货一览表》（或《分项价格表》）的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价，总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

22.3 除招标文件另有规定外，投标人对本项目每个标段只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。投标文件要按招标文件的要求标明单价、总价。单价与总价不符者，适应单价的原则。总价应用数字和文字两种形式分别表示，数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

22.4 投标人的投标报价不得超过项目预算金额（含标段预算金额）或者最高限价，否则，在评标时将视为无效投标。本项目预算金额为最高限价。

22.5 投标报价即为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更（除不可抗力因素）。任何包含价格调整要求和附加条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

22.6 采购内容与要求的安装、调试和培训的费用应包含在投标报价中。

22.7 投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用应由投标人自行承担。

22.8 投标文件报价出现前后不一致的，按照本章第 31.5.4 款规定修正。

22.9 分项价格表应包含以下内容：

- （1）产品报价应按照厂家所提供的产品标准配置和选件分类按规格型号进行报价。
- （2）技术招标文件中特别要求的备件价格。
- （3）运输费、保险费、税费和产品运抵交货地点所产生的其他费用。
- （4）售后服务费。

23. 投标文件的内容

23.1 资格证明文件

23.1.1 资格证明文件包含但不仅限于第一章要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

23.1.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方具有同类资质的资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将视为无效投标。

23.1.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

- （1）未按招标文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的；
- （2）资格证明文件不在有效期内或未按有关规定年审合格的。

23.2 商务文件

商务文件内容包括资质证明、工作业绩、技术实力等反映投标人的项目实施能力的文件。主要包括：

- (1) 开标一览表；
- (2) 业绩资料；
- (3) 资质证明文件（如果需要）；
- (4) 其他证明文件（如果需要）。

23.3 技术文件

技术文件主要反映招标文件要求的有关技术方案、技术规格以及所提供详细技术指标等内容。技术文件内容主要包括：

- (1) 项目概况及特点；
- (2) 技术方案（或服务方案）及设计图纸（如果需要）；
- (3) 技术规格（或服务细则）；
- (4) 供货一览表（或分项报价表）；
- (5) 产品说明书；
- (6) 技术培训；
- (7) 供货及质保承诺（或完工及服务期承诺）；
- (8) 项目负责人和技术负责人名单简历及相关证书；
- (9) 项目管理人员明细表和分工；
- (10) 该项目劳动力配置情况；
- (11) 其他证明文件（如果需要）。

24. 投标文件实质响应招标文件

24.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

24.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

24.3 商务、技术偏离表应对照招标文件所有商务、技术要求逐条详细填写响应内容，不得简单以“均响应”、“完全响应”等同等含义文字代替商务、技术要求的描述，否则评标委员会将判定其未响应。投标人如有涉及商务、技术内容的投标优惠应当在商务、技术偏离表中填写。

24.4 招标文件前附表规定投标人需要提供样品的，有以下情形之一的，在评标时将不予评分。

- (1) 未按招标文件前附表规定的时间、地点提供样品的；

(2) 提供的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。

25. 投标有效期

投标有效期见“第一章 招标文件前附表”，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的提交

26. 纸质投标文件的提交

26.1 投标文件、资格审查资料均应独立密封包装提交，封套或外包装上应加盖投标人公章（或投标专用章）。

26.2 封套或外包装上应载明的内容见“第二章 招标文件前附表”。

26.3 应按照“第二章 招标文件前附表”规定的时间提交至指定的地点。任何单位和个人不得在开标前开启已提交的投标文件。

26.4 逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件为无效文件，将被拒绝接收。

26.5 招标文件中要求“原件备查”的，按照“第二章 招标文件前附表”规定执行。

27. 电子版投标文件的提交

纸质投标文件加盖公章的扫描件，以 U 盘或光盘形式提交，（单独密封）

28. 投标文件的修改和撤回

28.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前可以撤回投标文件，也可以撤回并修改后重新提交。在投标截止时间之后，投标人撤回投标文件的，其保证金将不予退还。

28.2 无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。

29. 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (7) 相关法律、法规规定的其他形式。

五、开标与评标

30. 开标

由招标代理机构按招标文件规定的时间和地点主持招标会，参会人员由招标代理机构工作人员（主持人、记录人）、监标人员（采购人代表）、以及投标人组成。

30.1 开标时，出现下列情形之一的，招标代理机构不予受理，不得进入评标：

- （1）纸质投标文件未按照招标文件的要求予以密封或未按照要求递交的；
- （2）电子投标文件未按招标文件要求提交的；
- （3）未按招标文件内容执行的或其他违反法律、法规的情形。

30.2 开标程序

30.2.1 主持人宣读开标规程。

30.2.2 资格审查：根据法律法规和招标文件的规定，监标人及招标代理机构工作人员对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并现场宣布审查结果。

30.2.3 唱标：主持人当众宣读投标人的名称、投标报价，供货期及质保期或完工期及服务期等招标代理机构认为合适的其他详细内容。

30.2.5 确认结果：与会各方代表现场签名确认开标结果。

31. 评标

31.1 评标委员会

评标由依法组建的奇数人数组成的评标委员会负责。评标依法进行，任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

31.2 评标原则

- （1）评标过程中应遵循公开、公平、公正、择优的原则；
- （2）评标应同时维护采购人和投标人的利益；
- （3）资格审查合格的投标人，中标机会均等；
- （4）评标人员应独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- （5）评标人员不得私自泄露评标内容；
- （6）评标采取质量、性能、价格、服务综合评比。

31.3 评标方法

评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

31.4 投标文件的初步评审

31.4.1 符合性审查。评标委员会将对进入评审阶段的投标文件进行审查，依据招标文件的规定，

针对投标文件的有效性、完整性和响应程度按照以下对照表逐项列出全部偏差，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

符合性审查对照表

| 伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目（一标段） (ZDJD2022-GK-012) | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|------|---|----|
| 序号 | 审查内容 | 审查因素 | 是否符合 | | 说明 |
| | | | 是 | 否 | |
| 1 | 投标文件签署 | 投标文件按招标文件的规定签章或签名 | | | |
| 2 | 投标文件编制要求 | 按照招标文件要求提交投标文件，字迹清晰 | | | |
| 3 | 投标有效期 | 符合招标文件前附表的规定 | | | |
| 4 | 投标报价唯一 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价 | | | |
| 5 | 交货完工期及质保期 | 满足招标文件的要求 | | | |
| 6 | 不能接受的条件 | 投标文件中无采购人不能接受的条件 | | | |
| 7 | 违法投标行为 | 无招标文件 29 款中的任一情形 | | | |
| 8 | 其他要求 | 符合法律法规和招标文件规定的其他实质性条款 | | | |

下列情况属于重大偏差：

- (1) 不完全满足资格审查条件；
- (2) 投标文件未按招标文件的规定签章或签名；
- (3) 投标文件附有采购人不能接受的条件；
- (4) 投标文件载明的生产、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。如：

- ① 未按照招标文件要求提交投标文件，字迹模糊不清；
- ② 投标有效期不足；
- ③ 对同一项目报有两个或多个报价、报价超过预算金额或者最高限价；
- ④ 报价不合理，存在重大漏项、笔误；
- ⑤ 供货期及质保期或完工期及服务期不满足招标文件的要求。

(6) 投标范围小于招标文件规定的招标范围，缺漏招标文件要求的内容；

(7) 纸质投标文件与电子投标文件内容不一致。

投标文件如有上述重大偏差之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，为无效投标，不再进入以后的评标程序。

细微偏差是指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

评标委员会根据上述评审标准，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评审阶段。

评标委员会判定投标文件是否实质性响应只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

31.4.2 如有下列情形之一，评标委员会应予以废标，并将理由通知所有投标人。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算金额的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 法律法规规定的其他情形

31.4.3 多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：

(1) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2) 非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前

(1) 规定处理。

31.5 澄清有关问题

31.5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者更正。

31.5.2 评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清，评标委员会将不予接受。

31.5.3 投标人的澄清、说明或者更正应当采用文字形式，并根据要求进行签章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的投标范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.5.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正后的报价进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

31.5.5 有效的文字澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

31.6 综合评审

31.6.1 评标委员会应按照招标文件规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.6.2 评标时，评标委员会各成员应当对每一份投标文件进行独立评价、计分。

31.6.3 经济标评审：

(1) 经济标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其经济得分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

经济标得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

(2) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

(3) 涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，使其投标报价可能低于个别成本、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其视为无效投标。

31.6.4 商务、技术标评审：

评标委员会各成员依据评审因素的量化指标及评审原则，对投标文件进行评审打分。

31.6.5 综合得分：

经济标得分与商务、技术标得分的总和为投标人的综合得分。计算综合得分时，如有小数，保留两位小数。综合得分最高者为推荐中标人，若出现几家投标人综合得分相同的情况，报价最低者为推荐中标人。

31.6.6 评标委员会若发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人及招标代理机构沟通并作书面记录。采购人及招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

31.7 推荐中标候选人名单

31.7.1 评标委员会经过初步评审、综合评审后，须按照“真实、公正、可行”的原则，通过审查分析对实质性响应招标文件要求的投标人的投标情况编写评标报告，按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格由低到高顺序）推荐前 3 名为中标候选人。

31.7.2 由评标委员会推荐的前 3 名中标候选人中确定中标人。确定中标人的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

六、中标公告与中标通知书

32. 中标公告

确定中标人之日起 1 个工作日内，招标代理机构在财政部门指定的网站上发布中标结果。

33. 中标通知书

33.1 中标公告的公示期满后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，宣告其投标已被接受。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.2 《中标通知书》发出后，采购人不得擅自改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.3 公示期满后 10 个工作日内，中标人未领取《中标通知书》，将视为中标人放弃中标资格，招标代理机构可直接调整中标结果。

七、质疑

34. 提出质疑的投标人应当是直接参与本次采购活动的投标人。
35. 投标人提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
36. 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。
37. 前款投标人“应知其权益受到损害之日”是指：
- (1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 - (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - (3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
38. 投标人提出质疑的，应提供质疑函和必要的证明材料。
39. 质疑函应当包括以下内容：
- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 - (2) 质疑项目的名称、编号；
 - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
 - (4) 事实依据；
 - (5) 必要的法律依据；
 - (6) 提出质疑的日期。
40. 质疑函应当由投标人法定代表人或其授权代表（附法定代表人授权委托书）签名并加盖公章。
41. 采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
42. 质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、合同签订

43.主要条款

采购人或采购代理机构根据采购服务项目特点自行拟定包含但不仅限于以下内容：

服务周期：

质量标准及验收办法：

付款方式:

考核评标体系:

服务周期清算办法:

.....

44. 签订合同

44.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起 30 日内，依据招标文件和中标人的投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

44.2 合同签订时，采购人和中标人必须以评标委员会确认的投标文件为依据，采购人不得与中标人私自协商变更投标文件“供货一览表”中的设备，降低产品性能，骗取财政性资金。若因系统建设需要，不得不更改产品的品牌及配置，必须经相关部门审核同意后方可变更，否则变更无效。

44.3 合同自签订之日起三个工作日内，中标人应向采购人提供一份详细的工作时间表。

九、其他规定

45. 本招标文件的解释权归新疆重道敬德招标咨询有限公司所有。

第四章 采购合同

合同编号：

采 购 合 同

项目名称：_____

采 购 合 同

甲方：伊犁师范大学

法定代表人：

职务：

地址：伊宁市解放西路 448 号

乙方：

法定代表人：

职务：

地址：

由_____2022 年_月_日组织的招标文件编号_____的项目。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款：

一、货物名称_____（详见设备明细表）

二、报价币种、合同总价

1、合同总金额¥_____元，人民币大写：_____元整，合同总金额中包含货物购置价及其运输保管、税金、保险、组装、针对本项目安装的电力设施的施工、调试、培训、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

合同签订后，在甲方办理完毕资金支付手续后支付给乙方合同总价的 30%做为预付款；交货安装调试完毕，正常使用 1 个月验收合格后支付到合同总价的 95%；预留 5%做为质量保证金，在质保期满 1 年且经使用单位再次验收合格，由甲方办理资金拨付手续后支付。

四、交货完工期：

合同签订后，60 个日历日内。

五、交货地点

甲方指定的地点：_____

六、质量要求和售后服务

1、乙方提供的货物必须是符合国家有关标准，未经使用的全新的产品。

2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标参数要求及合同附件规定的货物型号。

3. 合同内所有货物及其附件质保期按技术参数要求执行。在质保期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用质保期结束后提供终生有偿维护服务。

4. 如由于乙方责任需要更换或修理有缺陷的设备，而使合同设备停运，则质保期按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备，其质保期应重新计算。

5. 乙方需在本地设立售后服务网点，在保修期内为甲方提供7×24小时的全天候技术支持，热线解答在设备在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议 and 操作方法；

6. 乙方须向甲方提供原包装新品交货，塑料袋包装，并含有产品标识包括：用文字注明原料等级、产地、规格、重量、厂家、厂址、生产日期、检验工号。

7. 合同条款与乙方在报价文件中所承诺的售后服务优于招标文件要求的，按本合同条款与乙方在报价文件中的承诺执行

8. 在使用过程中如因乙方提供的货物存在质量等问题，乙方需提供免费维修、更换或退货等服务；

七、人员培训

1、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除。

2) 乙方须向甲方免费提供不限人次的人员培训，并确保使用人员对软件及硬件的熟练安装、维修、调试及使用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供：货物的型号、规格等相一致的合格证书、说明书等所有相关系列证明资料及技术资料。

九、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装不妥在运输过程中发生丢失或损坏的由乙方承担全部责任。

3、验收标准

3.1 按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》、招标文件及合同等必须的项目资料。进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全；

3.2 甲方应在产品到货初验合格，安装调试完毕且正常运行一个月之日起十个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告，验收时乙方必须到现场；

3.3 乙方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

3.4 乙方具体的标准应在投标商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延。若超过七天乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点，并提供免费的安装调试、人员培训和售后服务。

十一、违约责任

1、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过 10 天的，甲方有权单方解除合同，乙方另行承担合同总额 20%的违约金。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合招标文件、投标文件、合同规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方承担合同总金额 30%的违约金。

3、乙方如果不能在保质期内按承诺提供售后服务、免费维修、技术支持等义务，承担合同总金额 20%的违约金。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商同意后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。招标文件及其答疑记录、投标文件和有关说明承诺（若有）是本合同不可分割的部分，为本合同的重要补充内容，与本合同具有同等法律效力。

4、因甲乙双方在履行合同时发生纠纷，所产生的律师费、鉴定费、检验检测费等一切费用由败诉方承担。

5、合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

6、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向甲方所在地人民法院起诉。

7、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第五日为送达之日。

8、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

附件一：设备明细表；

附件二：技术参数明细表

甲方：公章：伊犁师范大学

法人或授权代表签字：

乙方：公章：

法人或授权代表签字：

开户行：

账号：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

注：本合同使用过程中，请结合项目特点，充实细化。

第五章 综合评审方法

| 评审因素 | 评审点称 | 评审标准 | 分值 |
|-----------------|------------|---|-----|
| 经济部分 (30分) | 价格分 | 经济标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其经济得分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 经济标得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格分值 （符合政府采购相关政策的在投标报价优惠后参与评审） | 30分 |
| 商务技术部分 (70分) | 技术响应 | 1、根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得 25 分。★号条款为关键性指标，一项不满足扣 3 分，扣完为止；其它指标有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。 2、★号项每有一项正偏离加 0.5 分；非★号项每有一项正偏离加 0.2 分；满分 5 分。 | 30分 |
| | 类似业绩 | 提供近三年类似产品业绩，每提供一份得 2 分，满分 10 分（以合同或中标通知书复印件加盖投标商公章为依据） | 10分 |
| | 检测报告 | 1. 提供所投产品第三方检测机构的检测报告，每提供 1 份得 1 分，不提供不得分，此项 2 分。（评标委员会依据第六章采购需求判定是否有效） 2. 所投产品节能性能符合中国产品节能认证机构确认的能效标准或规定，每提供一个产品的得 1 分，不提供不得分，此项 2 分 | 4分 |
| | 项目实施 方案 | 1. 供货方案：根据项目具体情况编制，主要包括项目现场要求、项目详细技术方案、运输安全保障措施、应急处理预案等切实可行（1）项目供货方案内容详细、完整、切实可行得 8 分；（2）项目供货方案内容完整，欠完善得 4 分；（3）项目供货方案欠完整，欠完善得 1 分；（4）不提供者不得分。 2. 实施方案：根据项目具体情况编制，实施方案能符合实际情况，提高质量、提高工效、降低消耗，主要包括： 安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况。提供实施计划安排得 1 分，未提供不得分；有具体的人员安排得 1 分，未 | 11分 |

| | | | |
|--|--------|---|------|
| | | 提供不得分；有完善的安装调试方案且方案得 1 分，方案不完善不得分；满分 3 分 | |
| | 售后服务方案 | <p>1、按照招标文件要求及本项目需求情况，提出完整有效、具体且可行的售后服务方案，包括处理问题及响应时间是否及时、售后服务具体人员配备。整体的售后服务方案完善得 3 分，一般得 2 分，不完善不得分</p> <p>2.处理问题及响应时间：（4 分）</p> <p>承诺在接到采购人通知后立即响应并在 6 小时内解决问题的得 4 分；12 小时内解决问题的得 1 分；超过 12 小时的不得分。</p> <p>3.质保期（4 分）</p> <p>质保期未满足招标文件要求不得分，质保期每延长一年加 2 分，（以生产厂家提供针对本项目的质保函为准）</p> <p>4. 培训方案：（2 分）</p> <p>培训方案内容详细完整得 2 分；培训方案内容不够详细完整得 1 分；没有相关内容的不得分。</p> <p>5. 备品备件（2 分）</p> <p>为保证设备的正常使用，必须要储备的设备、部件、材料和配件，提供完善的备品备件供应方案得 2 分，不完善不得分</p> | 15 分 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 综合得分= 经济得分+商务技术得分 | |
| 经济部分得分=（评标基准价 / 投标报价）× 价格分值 | |
| 商务技术部分得分=评标委员会各成员对商务技术部分总和的算术平均值 | |
| 推荐的中标候选人数量 | 三名 |
| 说明 | 计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 |

第六章 采购内容与要求

伊犁师范大学新疆凝聚态相变与微结构实验室建设项目购置管式炉设备、磁力搅拌器、恒温恒湿箱、光学平台、电子天平、球磨机、激光器、台式电脑、低温等离子体发生及诊断系统（含低温等离子体发生不锈钢真空腔室、残余气体分析设备、分子泵、朗缪尔探针和驱动）等设备。

（一）技术参数要求

| 项目 | 商品规格描述 | 数量 |
|-------|--|----|
| 管式炉设备 | 1.炉管材料：氧化铝，纯度>99.9% 2.加热元件：1800级硅钼棒 3.最大升温/降温速率： $\leq 10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 4.加热区：457mm 5.恒温区：150mm（仅参考） 6.控温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 7.输入电源：单相，220V AC，50/60 Hz（需要30A的空气开关） *最高温度 $\geq 1700^{\circ}\text{C}$ | 1 |
| 磁力搅拌器 | 1.特征：DF-101S 一体 2.搅拌容量：智能控温 3.搅拌速度：最大2000 ml 4.加热温度：无级调速0-2600 5.控温方式：室温-400 $^{\circ}\text{C}$ 6.工作电压：数显控温 | 3 |
| 恒温恒湿箱 | 1.技术性能指标 控温范围：0-50 $^{\circ}\text{C}$ 控湿范围：20-95% 控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 控湿精度： $\pm 1\%$ | 1 |
| 光学平台 | 1.厚度 200mm； 2.台面上均布 M6 螺孔，孔间距 25mm，蜂窝结构； 3.平台结构：工作表面材料应为 3/16 英寸厚 400 系列铁磁不锈钢； 4.具有高抗形变能力；平面度 $\leq 0.10\text{mm}/\text{m}^2$ ；整体高度 750mm； 5.孔密封型应为易清洗的锥形杯，0.75 英寸深，无腐蚀性的高冲击强化复合金属； 6.设置有 4 个隔离器，粗糙度 $\leq 1.6\mu\text{m}$ ； 7.隔振效果达到：88%-94% (5Hz)，90%-98% (10Hz)的垂直隔离度。 8.水平隔离度达到 80%—85% (5Hz 时)和 80%-90% (10Hz 时)；支架：200*200mm。 | 1 |
| 电子天平 | 性能指标 1.可读性：0.1mg 最大称量值：110g 2.重复性(s)：0.1mg 线性： $\pm 0.2\text{mg}$ 3.外部校准砝码(选件)：100g 4.秤盘尺寸(mm)： $\Phi 90$ 5.防风罩有效高度(mm)：220 6.可读性：0.01mg/0.1 最大称量值：0-31g/120g, 7.重复性(s)：0.03 mg / 0.1 mg 线性： $\pm 0.2\text{mg}$ | 3 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | <p>8.外部校准砝码(选件) : 100g 9.秤盘尺寸(mm): $\Phi 80$ 10.防风罩有效高度(mm) : 220</p> | |
| 球磨机 | <p>1.技术性能指标 (1)规格: 2L (2)球磨罐规格: (ml: 50~500); (3)球磨罐数量(个/套): 4 (4)传动方式: 皮带传动 (5)工作方式: 两个或四个球磨罐同时工作 最大装样量: 球磨罐容积的三分之二 进料粒度: 土壤料$\leq 10\text{mm}$,其他料$\leq 3\text{mm}$ 出料粒度: 最小可达 0.1μm, 转速比(公转: 自转): 1: 2 转速(自转): 0~580 转/分; 调速方式: 变频、程控无级调速, 手动、自动定时正反转最大连续工作时间(满负荷): 72 小时能用干、湿两种方法粉碎和混和粒度不同, 材料各异的产品, 研磨产品最小粒度可至 0.1 微米(即 $1.0 \times 10^{-4}\text{mm}$)</p> | 1 |
| 激光器 | <p>技术性能指标: 1.主要功能: 波长: 可见; 模式: 多模 寿命: ≥ 10000 小时 2.技术参数: (1) 输出功率$>50\text{mw}$ (2) 光束直径: 1.4mm (3) 光束发散角$\leq 0.8\text{mrad}$ (4) 增益长度 $\geq 1500\text{mm}$ (5) 偏振 $\geq 1000:1$</p> | 1 |
| 台式电脑 | <p>1.处理器: Intel Core i7 8700 (3.2-4.6GHz / L3 12M); 2. 内存: 16G DDR4 高速内存; 3. 硬盘: 1T SATA 硬盘 7200 转; 4. 显卡: 2G 独立显卡(支持 DirectX 12 通讯); 5. 网卡: 千兆网卡; 6. 显示器: 19.5 英寸宽屏液晶; 7. 接口: 4*USB 2.0, 2*USB 3.0; 8. 声卡: 内置; 9. 键盘+鼠标: 键盘/光电鼠标; 10. 硬盘保护+网络同传 安装正版 windows 10 操作系统</p> | 4 |
| 复杂介质电磁特性测量(低温等离 | <p>部件一: 低温等离子体发生不锈钢真空腔室 1、★真空腔室采用 316L 不锈钢制成;</p> | 1 |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| <p>子体发生及诊断系统) 平台建设项 目</p> | <p>2、真空腔室可通入常规气体及尘埃介质；</p> <p>3、★观察窗尺寸为 CF63 法兰；</p> <p>4、★预留至少 6 个 CF35 法兰接口，可接残余气体分析仪和朗缪尔探针；</p> <p>5、真空室底部预留 CF100 法兰接口，可方便安装涡轮分子泵组；</p> <p>6、★极限真空度可达 10^{-10}torr；</p> <p>7、配备真空油泵，抽气速率需达到：50Hz>1000L/min, 60Hz>1300L/min；</p> <p>8、配备铝板电极一套；</p> <p>9、配备喇叭天线一套：</p> <p style="padding-left: 20px;">★频率：1-18GHz；驻波：<2.5；增益：6-17dBi；阻抗：50Ω；最大承受功率：100W。</p> <p>部件二：残余气体分析</p> <p>1、用于监控真空腔室中残余气体成分及变化；</p> <p>2、★分辨质量数范围：1-200amu；</p> <p>3、质量过滤器类型：四极杆过滤器；</p> <p>4、★灯丝：双钽铀灯丝，可更换，带硬件保护装置；检测器：法拉第杯和电子倍增器（EM）；工作压力：$<10^{-4}$torr</p> <p>5、★分辨率：最小 0.5amu；</p> <p>6、最小检测分压：法拉第杯 5×10^{-12}torr，电子倍增器 5×10^{-14}torr。</p> <p>7、★压力监测：内置皮拉尼压力计和离子规，监测压力$<10^{-2}$torr；</p> <p>8、接口：CF35 真空法兰；</p> <p>9、供电方式：24VDC，2.5Amps</p> <p>10、扫描稳定时间：<30 分钟。</p> <p>部件三：分子泵</p> <p>1、★类型：涡轮分子泵；</p> <p>2、方式：带有复合牵引级和机载式控制器的混合轴承，永磁上轴承消除转子顶部的碳氢化合物，油润滑下轴承实现高速操作；</p> <p>3、★峰值抽速：N2 条件下 240l/s；</p> <p>4、★极限真空：5×10^{-10}mBar；</p> <p>5、最大功率：160W；</p> <p>6、工作电压：24-48VDC；</p> <p>7、额定转速：60000rpm；</p> <p>8、进气法兰：CF100；</p> <p>9、排气法兰：NW25；</p> <p>10、重量：<10kg；</p> <p>11、冷却方式：强制风冷；</p> <p>11、★可外接 TIC 控制系统。</p> | |
|---------------------------|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>部件四：朗缪尔探针和驱动</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、用于测量低温等离子体密度、电子温度、等离子体电位及德拜长度等各项参数； 2、★电子控制单元扫描电压范围：-150V 至 150V；可接收电流范围：15uA-1A，四挡可选； 3、采样速率：≥80MSPS； 4、★探针长度≥450mm，探针杆材料为陶瓷，针尖材料为高强度钨丝；带直流补偿电极； 5、感应针尖长度 10mm，针尖直径 0.39mm； 6、★手动驱动装置：行程≥300mm，连接法兰型号：DN40CF； 7、★时间分辨率：最小 12.5ns；外部触发信号：10Hz-1MHz，TTL 兼容； 8、工作温度：≥150 度，空气冷却可至 600 度； 9、RF 工作范围：1M-100MHz； 10、★适用等离子体密度范围：$10^6 - 3 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$、电子温度范围：0.1 - 15eV、离子电流密度范围：$1 \mu\text{A}/\text{cm}^2 - 30 \text{ mA}/\text{cm}^2$； 11、包含时间平均、时间分辨和时间趋势模式，时间趋势模式下最小时间间隔为 0.125s； 12、★工作气压范围：<10torr。 | |
|--|--|--|

（二）付款方式

合同签订后，在甲方办理完毕资金支付手续后支付给乙方合同总价的 30%做为预付款；交货安装调试完毕，正常使用 1 个月验收合格后支付到合同总价的 95%；预留 5%做为质量保证金，在质保期满 1 年且经使用单位再次验收合格，由甲方办理资金拨付手续后支付。

（三）完工期及质保期

交货完工期：合同签订后，60 天内安装调试使用正常。

质保期：3 年（以生产厂家提供的质保期为准）

（四）售后服务要求

- 1、乙方提供的货物必须是符合国家有关标准，未经使用的全新的产品
- 2、在使用过程中如因提供的货物存在质量等问题，乙方需提供免费维修、更换或退货等服务；
- 3、所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标参数要求。

第七章 投标文件格式与要求

目 录

- 一、投标文件封面
- 二、资格证明文件封面
- 三、附件 1 营业执照
- 四、法定代表人身份证明
- 五、法定代表人授权委托书
- 六、投标人基本情况
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明
- 九、投标函
- 十、开标一览表
- 十一、业绩资料
- 十二、商务响应/偏离表
- 十三、其他证明文件
- 十四、分项价格表
- 十五、供货一览表
- 十六、拟投入主要设备
- 十七、技术响应/偏离表
- 十八、售后服务情况表
- 十九、项目负责人表
- 二十、拟投入本项目的主要成员表
- 二十一、重大违法记录的声明函
- 二十二、中小企业声明函
- 二十三、残疾人福利性单位声明函
- 二十四、节能环保产品
- 二十五、其他文件

一. 投标文件封面

| |
|-------|
| 正本或副本 |
|-------|

项目名称: XXXXXXXX项目编号: XXXXXXXXXXXX

投 标 文 件

投标单位名称 (盖章): XXXXXX法定代表人或授权代理人 (签字或盖章): XXXXXX项目联系人: XXXXXX联系方式: XXXXXX日 期: XXXXXX

二、资格证明文件封面

项目名称: XXXXXXXX项目编号: XXXXXXXXXXXX

投 标 文 件

(资格证明文件)

投标单位名称 (盖章): XXXXXX法定代表人或授权代理人 (签字或盖章): XXXXXX项目联系人: XXXXXX联系方式: XXXXXX日 期: XXXXXX

三、营业执照

营业执照

投标人：_____（签章）
日期：____年____月____日

四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

企业类型：

地址：

营业期限：

成立时间：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____ 职务：_____，系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

| | |
|---|---|
| 法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认) | 法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认) |
|---|---|

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

投标人：_____（签章）

日期：_____年____月____日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，需提交本证明文件。

五. 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

新疆重道敬德招标咨询有限公司：

本人 _____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 _____（姓名）为我公司授权代表，全权代理由贵方组织的 _____ 项目。（项目编号 _____）的采购活动的一切相关事宜，我公司均予以承认。

法定代表人证件号码（身份证）： _____

授权代表证件号码（身份证）： _____

授权代表无转委托。

附法定代表人及被授权人身份证复印件

| |
|------------|
| 法定代表人身份证正面 |
|------------|

| |
|------------|
| 法定代表人身份证背面 |
|------------|

| |
|-----------|
| 被授权人身份证正面 |
|-----------|

| |
|-----------|
| 被授权人身份证背面 |
|-----------|

投标人： _____（签章）

授权代表： _____（印签）

日期： _____年 _____月 _____日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书。

六、投标人基本情况

投标人基本情况

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：

邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 统一社会信用代码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到 _____ 年 _____ 月 _____ 日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

(7) 投标保证金信息

户名：

账号：

开户行：

开户行地址： _____ 省 _____ 市

2、开立基本账户银行的名称和地址_____

(提供银行基本存款账户信息复印件)

基本存款账户信息复印件

3、投标人企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的投标人仅需提供营业执照副本）、投标保证金汇款凭证或收据等相关证件。

兹声明上述数据和资料是真实、有效的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：_____（签章）

日 期____年____月____日

七、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合新疆重道敬德招标咨询有限公司的工作，我们投标人承诺如下：

- 1、不以各种名义给新疆重道敬德招标咨询有限公司工作人员借或送现金、有价证券及物品。
- 2、不以个人名义邀请新疆重道敬德招标咨询有限公司工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。
- 3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

投标人：_____（签章）

日期：____年____月____日

八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

新疆重道敬德招标咨询有限公司：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中从未有过《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（五）项和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条所称重大违法记录，包括：

- 1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
- 2、在参加本项目政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明

投标人：_____（签章）

日 期：____年____月____日

九、 投标函

投 标 函

新疆重道敬德招标咨询有限公司

根据贵方(项目名称)_____ (项目编号: _____) 的投标邀请,

正式授权签字代表(姓名、职务)代表投标人(投标人名称)_____ 提交下述文件并在此声明, 所提交的投标文件内容完整、真实、有效。

- 1、资格证明文件: 按第一章“三、投标人的资格审查要求”提供资格审查资料。
- 2、商务文件: 投标函、开标一览表、分项价格表、商务响应与偏离表、业绩资料、其他证明文件;
- 3、技术文件: 供货一览表、技术规格响应/偏离表、其他证明文件。

在此, 签字代表宣布同意如下:

- (1)、按招标文件规定提供的货物(或服务)投标总价为: _____元(人民币大写)。
 - (2)、供货期/完工期及服务期: 自签订合同之日起 _____ 日(交货、安装、调试)
 - (3)、质保期_____年。
 - (4)、按招标文件的规定履行合同责任和义务。
 - (5)、我方已详细阅读全部招标文件, 完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。
- 4、我方承诺以中标为目的参与本次采购活动, 自开标之日起遵循本招标文件规定, 若我方成交, 在招标文件前附表中规定的投标有效期内我方将履行本投标文件中的承诺, 且在此期限内投标文件对我方具有法律约束力。
- 5、投标有限期_____天。
- 6、根据“第一章 投标邀请”第二条规定, 我方承诺具备下列条件:
- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中无重大违法记录;

(6) 与采购人和新疆重道敬德招标咨询有限公司无任何的隶属关系或者其他利害关系。

(7) 法律、行政法规规定的其他条件。

7、同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不予退还投标保证金（如有）。

8、我方接受按采购人委托向贵方支付招标代理服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含招标代理服务费（（招标代理服务费）按照招标文件第三章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵单位足额支付。

9、同意提供贵方可能要求的与本次采购有关的一切数据或资料。

10、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11、详细信息：

投标人名称：_____（签章）

法定代表人（或授权代表）：_____（印签）

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

开户行：_____

账号：_____

日期：___年___月___日

备注：

1、除可填信息外，对本投标函的任何修改将视为非实质性响应，在评审时视为无效投标。

2、投标人营业执照注册成立不足三年的，承诺声明时间自成立始至参加本次采购活动止。

十、开标一览表

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| | | | |
|--------|--------------------------------|------|--|
| 项目名称 | | 项目编号 | |
| 主要设备品牌 | | | |
| 总报价 | 大写： _____ 小写： _____ | | |
| 交货完工期 | 中标公示结束后， _____ 个日历日内（交货、安装、调试） | | |
| 质保期 | _____年 | | |
| 人员配备 | 中标公示结束后， _____日到岗。 | | |
| 项目负责人 | | | |
| 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起 _____ 日 | | |
| 备注 | | | |

填报要求：

1. 投标总报价包含所有税费。
2. 需另行单独密封递交，具体见投标人须知。

投标人： _____ （签章）

日期： _____年____月____日

十一、业绩资料

业 绩 资 料

类似业绩汇总表

项目名称：_____ 项目编号：_____

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 完工时间 | 备注 |
|----|------|------|------|--------|------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合计 | | | | | |

附：业绩合同复印件（若合同页数较多，可只编制主要页。）

注：投标人须将合同或中标通知书复印件或成交通知书（加盖单位公章）附后。

投标人：_____（签章）

日期：__年__月__日

十二、商务响应/偏离表

商务响应/偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：

“响应/偏离”应注明“响应”或“正/负偏离”。

投标人：_____（签章）

日期：__年__月__日

十三、其他证明文件（如需要）

其他文件

注：编制招标文件要求的其他文件。

（如人员学历、资格证书及劳动力分配情况等内容）

十四、分项价格表

分项价格表

(服务类)

项目名称: _____ 项目编号: _____

[货币单位: 人民币元]

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 具体说明 | 单价 | 数量 | 合计金额 | 服务期 | 备注 |
|-----|------|------|------|----|----|------|-----|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 合计 | ¥ | | | | | | | |

填报要求:

注: 1. 投标人须按“分项价格表”的格式详细报出竞标总价的各个要求内容组成部分的报价。

2. “分项价格表”各项要求内容报价合计应当与“开标一览表”中初始报价合计相等。

3. 请尽量完整、准确的填写“型号规格”, 否则将影响投标人的得分。

投标人: _____ (签章)

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

分项价格表

(货物类)

项目名称: _____ 项目编号: _____

[货币单位: 人民币元]

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 型号规格 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 合计 金额 | 备注 |
|----|------|----|------|------|----|----|----------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

填报要求:

- 注: 1. 投标人须按“分项价格表”的格式详细报出竞标总价的各个要求内容组成部分的报价。
2. “分项价格表”各项要求内容报价合计应当与“开标一览表”中初始报价合计相等。
3. 请尽量完整、准确的填写“型号规格”, 否则将影响投标人的得分。

投标人: _____ (签章)

日期: ____年__月__日

十五、供货一览表

供货一览表

(货物类)

项目名称：_____项目编号：_____

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 质保期 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|------|-------|------|-------------|-----|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 合计 | ¥ | | | | | | | | |

投标人：_____（签章）

日期：____年__月__日

注：主要技术参数和技术指标可另页描述。

十六、拟投入主要设备（如需要）

拟投入主要设备（服务类）

项目名称：_____项目编号：_____

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 投入数量 (单位) | 性能说明 | 产品来源 | 品牌 | 产地 |
|-----|------|-------------|--------------|------|------|----|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

投标人：_____（签章）

日期：__年__月__日

十七、技术响应/偏离表

服务内容响应/偏离表

(服务类)

项目名称：_____ 项目编号：_____

| 序号 | 服务名称 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|-----|------|-----------|-----------|-------|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

填报要求：

“响应/偏离”应注明“响应”或“正/负偏离”。

投标人：_____（签章）

日期：__年__月__日

技术规格、参数响应 / 偏离表

(货物类)

项目名称: _____ 项目编号: _____

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|-----|------|-----------|-----------|-------|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

填报要求:

- 1、“技术规格偏离表、参数响应/偏离表”，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填写“均响应”、“完全响应”，否则，评标委员会将视为未响应。
- 2、“响应/偏离”应注明“响应”或“正/负偏离”。

投标人: _____ (签章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

十八、售后服务情况表

售后服务情况表

项目名称：_____项目编号：_____

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
|----|---------------------------|-------------|----|
| 1 | 保修期内售后服务情况 (可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： | |
| | | 投标人售后服务情况： | |
| 2 | 保修期后售后服务 | | |

投标人：_____（签章）

日期：____年____月____日

十九、项目负责人（如需要）

项目负责人

项目名称：_____项目编号：_____

| | | | | | |
|----------|----------|----|-------|-------|----|
| 姓名 | | 年龄 | | 身份证号码 | |
| 毕业学校 | | | | 专业 | |
| 学位 | | 职称 | | 职务 | |
| 现所在机构或部门 | | | | 服务时间 | |
| 主要经历 | | | | | |
| 日期 | 参加过的项目名称 | | 担任何职务 | | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人：_____（签章）

日期：____年____月____日

二十、拟投入本项目的主要成员表（如需要）

拟投入本项目的主要成员表（服务类）

项目名称：_____ 项目编号：_____

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
|----|----|----|----|----|---------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

投标人：_____（签章）

日期：____年____月____日

二十一、重大违法记录的声明函

重大违法记录的声明函

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（投标人全称），参加贵单位组织的项目编号为：_____ 项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：_____（签章）

日期：_____年____月____日

二十二、中小企业声明函（如需要）

中小企业声明函（货物）

致：（采购人或采购代理机构）：

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加新疆重道敬德招标咨询有限公司组织的(项目名称)，(项目编号)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称_____ (签章):

日期:____年____月____日

中小企业声明函(工程、服务)

致：（采购人或采购代理机构）：

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加新疆重道敬德招标咨询有限公司组织的(项目名称)，（项目编号）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)____，属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称____)，属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业):

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称_____(签章):

日期:____年____月____日

二十三、残疾人福利性单位声明函（如需要）

残疾人福利性单位声明函致： （采购人或采购代理机构） :

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购项目名称_____ 项目编号为_____的采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥： ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人_____（签章）：

日 期：__ 年__月__日

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

二十五、其他文件（如需要）

一.投标货物技术性能指标的详细描述

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 1、投标货物详细技术参数及图片资料；
- 2、投标货物的质量标准；
- 3、对投标货物的运输、栽植、养护等方面采取技术和组织措施方案；
- 4、厂家的技术支持；
- 5、售后服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后服务点证明材料）；
- 6、安全、突发应急方案；
- 7、投标人认为对投标有利的其他资料。

二.竞标人认为投标文件范本尚未涵盖的信息内容

注意事项：投标投标人格式自拟对补充内容须加盖投标人公章。

三.其他

注意事项：投标投标人认为与采购项目相关的招标文件未提供格式的其他佐证文件、资料、声明及承诺等（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标投标人公章），非国家行政机关出具的证明文件，由专家评审小组评审其有效性。

编制招标文件要求的其他文件。（如方案计划、履约承诺等内容）