

乌什县医疗卫生基础设施及软硬件提升项目 （医疗设备采购项目）

项目编号：WSX【2023】-034

采购招标文件

项目名称：乌什县医疗卫生基础设施及软硬件提升项目（医疗设备采购项目）

采购人：乌什县人民医院

采购代理机构：新疆华远建设工程项目管理有限公司

二〇二三年六月

采购文件

项目名称：乌什县医疗卫生基础设施及软硬件提升项目（医疗设备采购项目）

招标人（公章）：乌什县人民医院

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系人：张菁菁

电话：13239973826

联系地址：乌什县热斯太东街31号

招标代理机构（盖章）：新疆华远建设工程项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系人：黎海群

电话：13779806735

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市胡杨嘉园3单元604

2023年06月13日

目 录

第一部分	招标公告	1
第二部分	投标人须知	4
第三部分	采购需求	25
第四部分	评审方法（综合评分法）	37
第五部分	政府采购合同	45
第六部分	投标文件格式	55

第一部分 招标公告

项目概况：

乌什县医疗卫生基础设施及软件提升项目（医疗设备采购项目）的潜在供应商应在政采云网上自主注册后报名获取采购文件，并于 2023 年 07 月 04 日 10 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WSX【2023】-034

项目名称：乌什县医疗卫生基础设施及软硬件提升项目（医疗设备采购项目）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2040000.00

最高限价（元）：2040000.00

采购需求：购置医疗设备一批，包括中央监护系统，血液透析机，医用除锈仪，颅脑电钻，听觉脑干诱发电位等（详见采购清单）

合同履行期限：具体按照甲乙双方签订的合同日期执行；

本项目**不接受**联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持财库〔2014〕68号文件的通知》；

（3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（投标人网上自行打印后加盖投标单位公章，查询时间为获取招标文件之日起至投标截止时间之日内）；

（2）投标人具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

（3）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一

人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2023年06月14日至2023年06月21日，每天上午10点00分至14点00分，下午16点00分至20点00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云网上自主注册后报名

方式：供应商登录政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年07月04日10点30分（北京时间）

投标地点：政采云平台（<http://www.zcygov.cn/>）

开标时间：2023年07月04日10点30分（北京时间）

开标地点：政采云平台（<http://www.zcygov.cn/>）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次公告在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网、乌什县人民政府网同时发布；

2、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示:

8、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

9、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20% (工程项目为 6%~10%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。

10、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6% (工程项目为 2%~4%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 乌什县人民医院

地址: 乌什县热斯太东街 31 号

联系方式: 13239973826

2. 采购代理机构信息

名称: 新疆华远建设工程项目管理有限公司

地址: 新疆阿克苏地区阿克苏市胡杨嘉园 3 单元 604

联系方式: 13779806735

3. 项目联系方式

项目联系人: 黎海群

电话: 13779806735

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名称：乌什县人民医院 地址：乌什县热斯太东街 31 号 联系方式：13239973826
2	招标代理机构	名称：新疆华远建设工程项目管理有限公司 地址：新疆阿克苏地区阿克苏市胡杨嘉园 3 单元 604 联系方式：13779806735
3	项目名称	乌什县医疗卫生基础设施及软硬件提升项目（医疗设备采购项目）
4	资金来源	援疆资金、自筹资金
5	资金落实情况	已落实
6	★供货期	具体按照甲乙双方签订的合同日期执行
7	项目地点	乌什县人民医院
8	质量目标	合格
9	采购内容	采购清单包含的全部内容，具体详见采购需求
10	★投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持财库〔2014〕68 号文件的通知》； （3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号； （5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）相关规定执行。 3、本项目的其他资格要求： （1）法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件扫描件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件扫描件；

		<p>(2) 有效经年检的三证合一的营业执照；</p> <p>(3) 提供近三个月完税证明；近三个月社保缴纳证明（内含授权委托人社保缴纳证明如有退休人员提供退休证）；</p> <p>(4) 提供 2022 年度财务审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表)；</p> <p>(5) 信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取招标文件之日起至投标截止时间之日内）；</p> <p>(6) 投标人具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；</p>
11	是否允许联合体投标	否
12	是否允许投报进口产品	否（详见采购清单要求）
13	是否允许分包	否
14	投标人提出问题的截止时间	若有疑问，请于招标文件规定的投标截止时间前 10 天将问题以书面形式提交招标代理人。
15	采购人说明澄清的时间	<p>采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次招标文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。</p> <p>招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准，所有投标供应商应关注媒介及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。</p>
16	投标人确认收到招标文件修改	招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准，所有投标供应商应关注媒介及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。
17	★最高限价	<p>(1) 最高限价：2040000 元； 大写：贰佰零肆万元整</p> <p>(2) 本项目总投标报价超过预算价的（即总投标报价>最高限价），则视为无效。</p> <p>(3) 报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。</p>

18	★投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 60 日历天。
19	投标截止时间	截止时间：2023 年 07 月 04 日 10 点 30 分（北京时间） 地点：政采云平台 提交投标文件地点：政采云平台（ http://www.zcygov.cn/ ）
20	开标时间及地点	时间：2023 年 07 月 04 日 10 点 30 分（北京时间） 评标地点：政采云平台 提交投标文件地点：政采云平台（ http://www.zcygov.cn/ ） 投标人应于 2023 年 07 月 04 日 10 点 30 分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
21	投标文件份数	正本一份、副本肆份；电子版投标文件（U 盘或光盘）一份（单独密封）
22	投标文件装订要求	投标文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。正本和副本分别分开装订，应采用 A4 纸印刷，装订（胶装）成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。
23	投标文件签字或盖章要求	招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名），不得由他人代签，并逐页加盖单位公私章。
24	投标文件密封袋的标注	项目名称、编号、投标人名称、年月日，并加盖单位公章；投标文件在 年 月 日 时间： 前不得开启
25	投标文件是否退还	否
26	评标委员会的组成	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表人 0 人 评委确定方式：政府采购云平台线上随机抽取
27	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐中标候选人数量： 3 人

28	中标公示的媒介	在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网、乌什县人民政府网同时发布
29	履约保证金	双方签订合同约定，签约合同价款的 6%，合同履行后无质量问题无利息退还。未按工期完成的履约保证金将不退还。
30	代理服务费	按照发改价格【2015】299 号通知要求，参照国家计委价格【2002】1980 号文及发改价格【2011】534 号文的差额定率累进法计算，以中标金额为基准价收取招标代理服务费，招标代理服务费由中标单位支付。
31	场地服务费	投标人在提交投标文件时，需按规定缴纳场地服务费，不按规定缴纳场地服务费的投标文件不予开启。缴纳标准按照新发改服价[2020]578 号文执行，投标单位小于等于 6 家每家 1000 元，大于 6 家时场地费=6000 元/投标单位家数。进入开标大厅，按照招标代理要求缴纳场地费。请在获取采购文件时留取正确联系方式，以便开标时沟通。
32	公证费	根据公证处要求进行缴纳，由成交供应商支付；
33	其他需要补充的内容	
1	供应商在开标时需携带的验资文件	本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。（投标结束后投标供应商在 5 天内将纸质版投标文件（一正三副）须与电子版投标文件内容一致，纸质投标文件需留存备案将一律不予退还。递交至新疆阿克苏地区阿克苏市胡杨嘉园三单元 604 室；联系人：黎海群、联系电话：13779806735）
2	监督	本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法实施的监督。
3	中小企业扶持政策	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： 1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应

		<p>当对符合规定的小微企业报价给予 10%-20%（工程项目为 6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 6%-10%作为其价格分。</p> <p>3、中小微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》</p>
4	标前准备	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。</p>
5	投标文件解密时间	<p>供应商应当在投标文件提交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件提交截止时间以后上传提交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。</p> <p>投标文件开启时间后 30 分钟内（2023 年 07 月 04 日 10:30-11:00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023 年 07 月 04 日 11:00 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>

注：1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

3、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

4、投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标文件被认定为无效响应。为节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印。

投标人须知正文部分

一、总则

1. 说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2. 定义

2.1 “采购人”见“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”见“投标人须知前附表”。

2.3 “招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人签章。

3. 合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内投标人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5) 法律、行政法规规定的其他条件；
- 6) 具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

- 3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
- 3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；
- 3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.3.5 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4. 投标费用

4.1 投标代理费由中标单位支付。

5. 纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守国家的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6. 通知

6.1 招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准，所有投标供应商应关注媒介及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

6.2 招标文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。

二、招标文件

7. 招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8. 知识产权

8.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

8.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

9. 招标文件的澄清和修改

9.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 5 天前以书面形式（原件加盖投标人公章）送达招标代理机构，招标代理机构对投标截止期 5 天前收到的澄清要求将以书面形式（含邮件、传真、信息发布网站）予以答复，如投标人在规定时间没有提出书面质疑则视为认同本招标文件。在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改将在指定的信息发布网站上进行公布。

9.3 为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究和响应，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更在指定的信息发布网站上进行公布。

9.4 投标人有义务自行浏览本次招标指定的信息发布网站，若因遗漏信息造成投标失误或失败，后果由投标人自行承担。

三、投标文件

10. 投标文件的语言及计量单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往

函电均应使用中文简体字。

10.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

10.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

10.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

11. 投标文件组成及编制

11.1 投标文件的组成详见第六部分“投标文件格式”。

11.2 投标文件的编制

11.2.1 投标文件按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

11.2.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、采购需求、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

11.3.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六部分“投标文件格式”的要求进行签字和（或）盖章，其中投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六部分“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

11.4.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要

求提供电子版文件。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

11.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

12. 投标报价

12.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

12.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

12.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

12.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

12.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

12.6 投标人须严格按照清单规定的内容填写货物单价以及其他事项。

12.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

12.9 最低报价不能作为中标的保证。

13. 投标有效期

13.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自投标截止之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面或邮件形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

14. 投标内容填写说明

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

14.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被拒绝的，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

14.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

14.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

14.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

14.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金（本项目不缴纳）

15. 投标保证金

15.1 投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。

15.2 未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

15.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

15.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

16. 投标文件的密封和标记

16.1 投标人应严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前递交投标文件。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改。

16.2 投标文件应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称字样。

16.3 如果投标人未按上述要求密封及标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

17. 投标文件的递交

本项目实行电子招投标，投标人应开标时间截止之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

19. 开标

(1) 采购人和采购代理机构将按规定的开标时间和地点组织开标。监督部门将视情况派代表到现场进行监督。供应商不足3家的，不得招标。

(2) 供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。供应商应于提交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

注：如供应商在开标时遗失 CA 或其他原因导致解密失败的，供应商需将未加密的投标文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过“异常”处理端口上传解密。

(3) 开标时将检查所有投标文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，供应商在政采云平台解密投标文件（30 分钟），对投标文件进行唱标。唱标以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。电子开标系统开标后需供应商在线确认报价时，各供应商应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的供应商，系统将自动默认该供应商已经确认报价。

(4) 开标时，由采购代理机构向评标小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和招标程序。

(5) 采购人代表及采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商不得进入详细评审，其投标文件将被拒绝。

(6) 评标小组开启供应商首次报价并进行初步审查和详细评审（只有初步审查合格的供应商，其投标文件方可进入下一阶段。）

(7) 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

(8) 供应商代表对招标过程和招标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

注：在开标过程中如评审小组对评标文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应对询标函提出的问题做出澄清或说明。

七、评标步骤和要求

20. 组建评标委员会

20.1 招标代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由三人（含）以上单数组成，包括技术、经济等相关专业专家。

20.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

21. 资格审查

21.1 开标过程中，采购人及监督人员依法对投标人的资格进行核实。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22. 初步评审

22.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

22.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1) 实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2) 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- A、投标文件未按招标文件的规定签章的；
- B、未按投标文件份数要求提交投标文件的；
- C、招标文件任意一款不满足要求的；
- D、报价超过项目采购预算（最高投标限价）的；
- E、投标有效期不足的；
- F、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

22.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1) 投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4) 调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

22.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来

证明。

23. 投标的澄清

23.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

23.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24. 详细评审

24.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

24.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

25. 确定中标人

25.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标候选人。

26. 评标过程要求

26.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关

资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27. 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28. 采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足 3 家的；
- 2) 投标人的报价均超过了采购预算；
- 3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

八、履约保证金

29. 履约保证金：见投标须知前附表

九、代理服务费

30. 代理服务费

30.1 代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

31. 中标通知

31.1 中标人确定后，采购代理机构将发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

中标人应缴纳代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

31.3 中标通知书是合同的组成部分。

32. 签订合同

32.1 中标人须在中标通知书发出之日起 15 日内与采购人签订采购合同。

32.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

32.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请经审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

32.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33. 审核合同

33.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起 3 个工作日内进行备案留存。

十一、处罚、询问和质疑

34. 处罚

34.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

- 1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

- 4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
- 5) 存在串通投标行为的；
- 6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
- 7) 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35. 询问

35.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36. 投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级部门投诉。

十二、保密和披露

37. 保密和披露

37.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 采购需求

乌什县医疗卫生基础设施及软硬件提升项目（医疗设备采购项目） 采购需求参数表

序号	物资名称	规格参数及要求	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	中央监护系统(1托20)	<p>1. 中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP），血氧（SPO2），脉率（PR），体温（TEMP），有创血压（IBP），呼末二氧化碳（ECTO2），麻醉气体（AG），无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）、肌松监测（NMT）等参数的显示和数据存储。（提供证明文件）</p> <p>2. 具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。</p> <p>3. 多屏显示：标配三屏。</p> <p>4. 一套中央监护系统最多可同时连接 128 床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。（提供证明文件）</p> <p>5. 中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。</p> <p>6. 中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。</p> <p>7. 可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。</p> <p>8. 具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。</p> <p>9. 支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。</p> <p>10. 支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、支持数据的导入、导出。</p> <p>11. 海量数据存储，支持 18,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。</p> <p>12. 具有五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。</p> <p>13. 数据管理功能：支持数据的导入、存储、输出、打印及传输功能。</p> <p>14. 使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。</p> <p>15. 具有生理报警提示功能、技术报警提示功能和系统信息提示功能。</p> <p>16. 支持 HL7 协议，支持连接医院 HIS 等临床系统。</p> <p>17. 本套中央监护系统配置：中央监护系统同品牌插件式监护仪 20 台，中央监护系统一套（含 3 块显示器），每台监护仪需配备心电导联线、血压袖带、血氧探头及连接管各 2 套、插件式监护仪另增配原装电池 5 块作为备件，转运监护仪 2 台。</p>	1	套			

	<p>中央监护系统病人监护仪招标参数（20台）</p> <p>一、硬件</p> <p>1.1 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪。</p> <p>1.2 ≥ 12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素。</p> <p>1.3 具有智能光感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。</p> <p>1.4 具有触摸操作，软键盘可支持中文手写、拼音、英文3种输入法。</p> <p>1.5 主机具有≥ 4个插件槽，可支持连接模块插件箱能最多扩展≥ 7个插件参数模块。</p> <p>1.6 具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。</p> <p>1.7 无风扇设计，减少噪音并且降低院感风险。</p> <p>二、监测参数</p> <p>2.1 单台设备均可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数，其中10台配备双通道有创血压模块，其中4台分别配ETCO2模块、无创心排（ICG）、有创心输出量（C.O.）三个模块，其中一台配置肌松监测（NMT）模块。</p> <p>2.2 可选配升级IBP、C.O.、AG等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿。</p> <p>2.3 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导联同步分析功能。</p> <p>2.4 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：$\pm 850\text{mV}$，系统噪声$\leq 25\mu\text{v}$。（提供检验报告证明）</p> <p>2.5 心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力$\geq 106\text{db}$。</p> <p>2.6 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，测量范围$-2.5\text{mV}\sim +2.5\text{mV}$。</p> <p>2.7 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms。</p> <p>2.8 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率1bpm。</p> <p>2.9 心律失常分析≥ 26种，包括房颤、室颤、停搏等。（提供检验报告证明）</p> <p>2.10 配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿。</p> <p>2.11 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。（提供检验报告证明）</p> <p>2.12 具有心动干扰（CVA）识别功能。</p> <p>2.13 NIBP测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg、平均压15mmHg-260mmHg、舒张压10mmHg-250mmHg；小儿：收缩压25mmHg-250mmHg、平均压15 mmHg-225mmHg、舒张压10mmHg-210mmHg；新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，平均压15mmHg-125mmHg、舒张压10 mmHg-115mmHg。（提供检验报告证明）</p> <p>2.14 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量。</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>2.15 具有动态血压分析界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。</p> <p>2.16 血氧可显示弱灌注指数(PI),PI 弱灌注指数范围:0.02-20%。</p> <p>2.17 支持双通道体温监测，支持CY和YSI两种体温探头类型。</p> <p>2.18 呼末二氧化碳采用旁流式测量方式，适用于成人到新生儿全年龄段病人。</p> <p>2.19 CO2 测量范围:0-190mmHg, awRR 范围:0-150rpm; 旁流采样率: ≤50ml/min (微流)</p> <p>2.20 双有创血压可测量压力: ART、PA、CVP、RAP、LAP、ICP、AO、UAP、BAP、FAP、UBP、LV、IAP、CPP等。</p> <p>2.21 双有创血压具有PPV和SPV测量功能。(提供证明文件)</p> <p>三、软件功能</p> <p>3.1 具备监护模式、演示模式、体外循环模式、待机模式、隐私模式、夜间模式、插管模式。</p> <p>3.2 支持多种显示界面功能:标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、PAWP、EWS界面、单血氧界面、CCHD界面等。</p> <p>3.3 用户可随意调节界面布局波形和参数功能。</p> <p>3.4 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。</p> <p>3.5 计算功能:具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。</p> <p>3.6 数据存储和回顾:支持≥2000条血压列表数据、支持≥160小时趋势图/表、支持≥1800组报警事件、支持≥48小时全息波形、支持≥48小时心律失常数据的存储和回顾。(提供证明文件)</p> <p>3.7 具备参数及模块在线设置说明，提高参数监测的准确性。</p> <p>3.8 记录仪实时记录时间:8s、16s、32s、连续可供选择。</p> <p>3.9 内置HL7协议，支持与医院HIS的直接和间接连接，并将包括患者信息、报警信息、参数以及波形在内的数据传输到HIS。</p> <p>四、转运心电监护仪技术参数(2台)</p> <p>1.适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，要求与中央监护系统同品牌，便于后期有需要时接入中央监护系统。</p> <p>2.便携式一体化监护仪，固定式提手。</p> <p>3.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温参数。</p> <p>4.≥12.1寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。</p> <p>5.屏幕亮度10-100级可调。</p> <p>6.支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。</p> <p>7.具有ECG全屏级联功能。</p> <p>8.具有监护模式、诊断模式、手术模式、ST模式。</p> <p>9.具有ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。(提供证明文件)</p> <p>10.心律失常分析≥26种。(提供检验报告证明)</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>11. 心率测量范围：成人 15-300bpm，小儿/新生儿 15-350bpm，分辨率±1bpm。</p> <p>12. 呼吸测量范围：成人 0-120rpm，小儿/新生儿 0-150rpm。</p> <p>13. 具有心动干扰（CVA）识别功能。</p> <p>14. NIBP 静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。</p> <p>15. 具有 NIBP 与血氧同侧测量功能。</p> <p>16. NIBP 具有手动、自动、连续测量模式。</p> <p>17. NIBP 具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>18. 血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。</p> <p>19. 具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。</p> <p>20. 具有数据存储功能：≥160 小时趋势数据，≥1800 组无创血压测量数据，≥48 小时波形全息回顾。（提供证明文件）</p> <p>21. 具有监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。</p> <p>22. 支持常规界面、大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、列表界面、它床观察界面等多种界面。</p> <p>23. 支持 USB 外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。</p> <p>24. 监护仪使用寿命 10 年。（提供证明文件）</p> <p>25. 支持连接同品牌中央监护系统。</p> <p>26. 有内置电池，DC11.1V-2200MAH-24W，屏幕显示电量；</p> <p>27. 设备除基本配置外，每台另增配电池一块、血压计袖带（包括连接管及卡口）、心电监护导联线、血氧饱和度导联线各 3 套；设备质保期三年，设备使用说明书各两份。</p>				
2	生物组织摊烤片机	<p>性能特点：</p> <p>1、LCD 液晶屏/多路温控；机体表面采用 APS 静电，喷涂工艺，强度高、耐腐蚀。</p> <p>2、该机采用单片机控制加温，使显示温度准确；全数字化智能控温，多重过热保护，安全可靠。</p> <p>3、集烘片、摊片、烤片于一体，采用进口单片机控制，稳定性好；操作方便、数字显示温度，一机多用。</p> <p>4、烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插或放入染色架两用；</p> <p>主要技术指标：</p> <p>1、摊片升温：室温~99℃；</p> <p>2、烤片升温：室温~99℃；</p> <p>3、烘片升温：室温~99℃；</p> <p>4、一次烘片：染色架三个；</p> <p>5、整机耗电：小于 1 KVA；整机尺寸：640mm*430mm*260mm；</p> <p>6、电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ；</p> <p>7、整机重量：≤25kg；</p> <p>设备免费质保三年。</p>	1	台		
3	血液透析机	<p>一、主要技术参数：</p> <p>1、机身尺寸（mm）：<470（深）；2、供电：220±10% V AC；</p>	1	台		

		<p>50/60Hz; 3、供水：压力：200—700kPa；温度：5—30℃；4、透析液流速：设置范围：300—700mL/min，任意可调；5、透析液温度：设置范围：35—40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置；6、脱水速度：设置范围：0.5—4.00L/h，脱水精度：±0.1%；7、漏血检测器采用光学检测原理，精度：<0.4mL/min；8、动脉血泵：50—600mL/min；9、肝素泵：0.0—9.0mL/h；可使用多种注射器类型；10、空气检测器采用超声波原理，监测位置位于静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求；11、动脉压：-300—+300mmHg；12、静脉压：-300—+400mmHg；13、TMP：-100—+400mmHg；14、透析液压：-500—+500mmHg；15、透析液浓度：12.0—18.0mS/cm；16、配B粉连接器</p> <p>二、系统功能概述：</p> <p>1、≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统；</p> <p>2、可视外部独立四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示；</p> <p>3、具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高>90℃；</p> <p>4、配置后备电池组件，在断电时可以自动切换；</p> <p>5、采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。</p> <p>6、可进行可调透析液浓度曲线治疗，并可预存≥8条曲线。</p> <p>7、可进行可调超滤曲线治疗，并可预存≥8条曲线。</p> <p>8、可进行可调碳酸氢盐浓度曲线治疗，并可预存≥8条曲线。</p> <p>9、原液配方全开放，默认记忆4种原液配方，可任意更改。</p> <p>10、设备除标准备件外，单独配置我院现有机型专用的风扇过滤网2个；浓缩液泵密封圈2个；浓缩液泵O型圈2个；过滤网组件2个；机械密封1个；O型圈（28加压泵）1个；O型圈（55加压泵）1个；E型挡圈1个；脱水泵入口单向阀1个；脱水泵出口单向阀1个；复式泵密封圈1个；复式泵O型圈2个；复式泵单向阀2个；复式泵滑块1个；复式泵带状轴承1个；电机（加压泵，脱气泵）1个；电磁阀1个；齿轮箱总成1个；滑块2个；背压阀1个；溢流阀1个；膜片2个；不锈钢动静脉壶支架2个、不锈钢平板车1辆。</p> <p>设备质保期三年</p>				
4	<p>高低温通用 极速生物阅 读者</p>	<p>1. 用途：适用于0.5小时压力蒸汽灭菌生物指示剂和0.5小时过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂培养结果的判定。</p> <p>2. 原理：利用嗜热脂肪杆菌芽孢在恢复培养及繁殖过程中，细菌中的酶与恢复培养基中特定成分荧光底物产生化学反应，反应生成物可在紫外线照射下产生荧光；利用生物阅读器中的光敏接收传感器进行荧光检测，根据检测到的荧光强度，实现快速判断特定代谢物的浓度，从而得知生物指示剂中嗜热脂肪杆菌芽孢的存活情况。</p> <p>3. 培养温度：58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“+”为阳性结果；显示“-”为阴性结果。4. 培养时间：≤30min，阳性报警最快5min，30min确定阴性。5. 培养孔数：≥10个，可同时培养10支生物指示剂。6. 屏幕尺寸：≥7英寸。7. 屏幕分辨率：800×480TFT，256万色。8. 打印功能：配置外置打印机，培养结果自</p>	1	台		

		<p>动/手动打印。9.自动保存记录：可自动存储培养记录 10000 条，存储内存不足时报警提示，也可上传电脑保存。10.配置要求：极速生物阅读器主机 1 台、电源适配器 1 个、打印机 1 台。</p> <p>11.售后服务：（1）在本地区有 2 名以上厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。（2）终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 24 小时内，到达现场进行维修。（3）设备如需返厂维修，可提供备用机。</p> <p>设备质保期三年</p>				
5	医用器械除锈仪	<p>1.用途：用于医疗单位手术器械、器具、器皿的除锈操作；在加热状态下，提高器械除锈的效果。</p> <p>2.容积：≥15L，提供内室尺寸。</p> <p>3.材质：耐腐蚀性材质，模具成型，表面光滑。</p> <p>4.管路材质：管路系统中所有部件均采用耐腐蚀性的尼龙材料和硅胶材质构成。</p> <p>5.加热管：采用耐腐蚀性的钛合金加热管，有效预防对加热管的腐蚀。</p> <p>6.控制方式：数字控制，温度、时间可调可控，操作简便；高精度温度传感器，温度显示精确；过压、过流保护，电路安全。</p> <p>7.沥水篮筐：采用优质耐腐蚀 ABS 材质注塑成型；</p> <p>8.辅助功能：电动抛光轮用于器械表面抛光除锈，1000-8000r/min 速度可调</p> <p>9.运行时间：0-99min 可调</p> <p>10.温度控制：室温-70℃，温度可调</p> <p>11.外形尺寸：根据使用方场地需求确定尺寸</p> <p>12.舱体尺寸：根据使用方场地需求确定尺寸</p> <p>13.加热方式：电加热，提供加热功率</p> <p>14.标准配置：主机 1 台、篮框 1 个、砂轮 1 个、合格证、说明书 1 套。</p> <p>15.售后服务：</p> <p>(1)在本地区有 2 名以上厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。</p> <p>(2)终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知 24 小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。</p> <p>(3)售后服务客户满意度：提供加盖终端用户公章的售后服务客户满意度调查表。</p> <p>设备质保期三年</p>	1	台		

6	全自动切割封口一体机	<p>1. 功能：设备具备分切、封口、打印一体功能</p> <p>2. 全自动微电脑控温、操作简单、连续封口、大屏幕显示、中文控制界面、中文打印、工作可靠。</p> <p>3. 按照用户要求，自动切割用户指定长度的纸塑袋，也可同时切割多个相同规格的纸塑包装袋，最宽满足 40CM 纸塑包装袋切割。</p> <p>4. 根据需要打印、灭菌日期、失效日期、批次代码、操作者编号、锅号、锅次等参数可实现符号和汉字选择打印。</p> <p>工作温度：60~220℃可调；</p> <p>打印方式：针式打印；</p> <p>外形尺寸：≤1010×280×230（长×宽×高）mm（不含导向板）；</p> <p>设备质保期三年；</p>	1	台			
7	管腔器械干燥器	<p>1. 用途：用于医院中心供应室、手术室、口腔科等需要对带管腔类的器械进行热空气干燥；</p> <p>2. 独特电热型干燥方式，可加热空气，提高干燥效果；</p> <p>3. 干燥温度：40-80℃，温度可调；</p> <p>4. 带液晶显示屏，实时显示设定温度及实时温度，提供依据；</p> <p>5. 配置：干燥气枪 3 把、温度控制器三套、气泵一套，设备质保期三年；</p>	2	台			
8	颅脑电钻	<p>1. 可整机高温高压消毒，耐 135℃ 高温及 1.6 兆帕高压消毒；2. 采用进口电机，充电器 AC220V/50HZ；3. 转速 1100 转 / 分；4. 扭矩 3.5 牛顿·米；5. 使用免消毒电池；6. 电池电压 14.4 伏；7. 铝合金外壳；8. 具有打穿颅骨后钻头自停功能；9. 噪声 ≤40dB；10. 温升 ≤25℃；11. 功率 ≥90W；12. 通过 CE 认证，通过 13458 认证，通过 FDA 认证；11. 配置主机一件，主机原装电池 3 块，充电器一个、包装箱 1 个；配置 φ4；φ6；φ8；φ9；φ10；φ11；φ12；φ13 开颅钻头各一只、消毒通道 1 只、铝箱一个。</p> <p>设备免费质保三年</p>	2	台			
9	听觉脑干诱发电位（包含声、光、电刺激）	<p>软件功能</p> <p>1、脑干听觉诱发电位：采用耳机进行听觉刺激后从头皮记录到的电反应，用于检测听觉传导通路。视觉诱发电位；覆盖神经电图、肌电图、电生理检查、运动神经刺激、体感诱发电位等。</p> <p>2、中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成 PDF 文件。3、报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。4、检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。5、定制检查方案：满足不同行业、不同用户的差异化要求。6、患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。</p> <p>一、整机及放大器技术参数</p> <p>系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件。</p> <p>1、整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池；台车尺寸（长 X 宽 X 高）：750mm x 700mm x 1150mm；连续</p>	1	套			

	<p>工作时间：≥4 小时 2、双脚踏开关；3、四通道放大器，带可伸缩悬臂支架；悬臂移动距离不少于 80cm，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便；</p> <p>4、放大器每个通道提供两种导联线接口（配备Φ1.57 插针国际标准小孔径脑电导联线接口）；</p> <p>5、差模（差分）输入阻抗≥2000 兆欧；6、输入短路噪声：≤0.4 μVrms；滤波频率：0.1Hz-20KHz；7、共模抑制比：≥120dB；8、灵敏度：0.01 μV/D-20mv/D 1mS/D-500mS/D；9、输入信号范围：1 μV - 10mV；10、接口技术：USB；11、采样率：200KHz；12、扫描时程：1ms-6000ms；13、采集数据最大时长：不限时；</p> <p>二、刺激器技术参数</p> <p>声刺激器：</p> <p>1、双通道输出接口，可选择单边或双边同时输出；2、刺激强度：0-120dB SPL；刺激频率：0.05Hz-50Hz</p> <p>3、极性：疏波、密波、疏密交替波；4、刺激声类型：短声、短音；</p> <p>电流刺激器：</p> <p>1、两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出；2、恒流源、短路及过载保护；</p> <p>3、刺激速率：0.05 ~ 50 次/秒；4、刺激持续时间：0.05ms~ 1.0ms；5、刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串；6、输出脉冲幅度：0 - 100mA；7、输出脉冲宽度：50 - 1000 μs；8、输出短路电流：≤120mA；9、最大输出电压：≤350V；</p> <p>光刺激器（二种）：</p> <p>1、闪光刺激器：1.1、闪光输出：眼罩；1.2、左右两路闪光输出接口，可选择单边或者双边同时输出；1.3、亮度 0-100%可调；1.4、闪光持续时间 2-500 mS；1.5、最大照度：距离 LED 法线方向 4mm 处 ≤ 眼科明室照度；</p> <p>2、图像刺激器（CRT）： 2.1、图像输出：LED 背光液晶显示器；2.2、场频：≥60Hz；2.3、提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式；2.4、图像亮度：5 级，约为最大亮度的 0%、20%、40%、60%、100%；2.5、注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关；2.6、图像类型：棋盘格、垂直条、水平条；2.7、图像大小：4*3、8*6、16*12、32*24、64*48、128*96；2.8、刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、上、下、左、右 1/4 屏；</p> <p>三、功能要求</p> <p>1、听觉诱发电位：全项目自定义，包括脑干听觉诱发电位（BAEP），听性脑干反应（ABR），40Hz 稳态诱发；听觉事件相关电位（P300），中潜伏期听觉诱发电位（MLR），晚潜伏期听觉诱发电位（ALR），ECochG 耳蜗电图；需配置前庭诱发肌源性电位（VEMP）和听觉 P300 功能；</p> <p>2、体感诱发电位：上下肢体感诱发电位，自定义体感诱发电位；</p> <p>3、神经传导：包括多节段传导、重复电刺激、H 反射、皮肤交感反应、运动传导速度、感觉传导速度、F 波、瞬目反射。</p> <p>4、肌电图：针肌电图包括插入、静息、全自动运动单位电位定量</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>分析、干扰相分析、震颤检测、波形回放；表面肌电图包括 sEMG、RMS 及波幅等分析。</p> <p>5、视觉诱发电位：包括模式翻转视诱发、闪光视诱发。6、中文报告软件；7、病人数据库管理软件；8、可定制检查方案；</p> <p>注：设备所用电极片，需与心电电极片通用。</p> <p>四、计算机要求</p> <p>1、工控双核主机，内存 2GB 以上，固态硬盘；2、液晶显示器：19 寸液晶显示器，16:10 宽屏；</p> <p>3、打印机：彩色激光打印机；</p> <p>标准配置：前置放大器、刺激系统（包括：电刺激器、听觉刺激器、图像刺激器、闪光刺激器）、数据处理系统、台车、隔离电源、液晶显示器、键盘鼠标、专用耳机、专用眼罩等，需配置实现设备功能所需的附件。</p> <p>除标准配置外，另配置设备专用耳机两副，眼罩一个，三鳄、单鳄、插针式电极导联线各三套，四肢导联一套（包含导联线、夹子），导电膏 6 盒，针灸针 13/25 各 500 支，试用贴片电极 500 片，配置脚踏开关 1 套作为备件。配置诊疗床一张，工作台一个，诊疗仪两把。安装标准屏蔽室一间，室内面积不少于 6 平方米。</p> <p>屏蔽室技术参数：</p> <p>1. 参照国家标准 GB/T16296《纯音气导和骨导听阈基本消声法》生产，室内本底噪声$\leq 28\text{dB (A)}$标准，室外本底噪声$\leq 55\text{dB (A)}$，性能达到：屏蔽手机、FM、AM 波；</p> <p>2. 尺寸内径：长 2.0 米\times宽 3.0 米\times高 2.1 米； 尺寸外径：长 2.5 米\times宽 3.5 米\times高 2.4 米；</p> <p>3. 双层中空隔音屏蔽窗，尺寸：70cm(宽)\times60cm(高)；</p> <p>4. 双磁控凸凹式隔音屏蔽门，独立双门尺寸：186cm(高)\times80cm(宽)；</p> <p>5. 独立超强静音换气系统，具有良好的空气流通性，换气量大于每小时 5-10 立方通风工作状态下隔音室内强制通风换气、可接空调引入通风（风口噪声小于 22dB）；同时经屏蔽材料处理；</p> <p>6. 双“悬浮”式阻尼减振器与原地面隔离，同时经屏蔽材料处理，减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：$7\pm 2\text{mm}$/只；额定固有频率：$7\pm 1\text{HZ}$/只；阻尼比：≥ 0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变；</p> <p>7. 密闭式信号接入系统和信号转换接口，可减少检测设备的声音衰减，同时经屏蔽材料处理；</p> <p>8. 外表面 1.5 mm 外饰烤漆钢板，冷轧钢板、双面静电喷涂，防潮、防锈，不得使用喷漆，钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振；</p> <p>9. 内表面：使用 50cm(宽)\times210cm(长)的冲孔铝板；10. 内地面：环保地毯；</p> <p>11. 回字型双层悬浮结构，屏蔽室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接，同时经屏蔽材料处理，全部采用环保材料、安装完成即可投入使用；</p> <p>12. LED 吸顶灯与屏蔽室顶部平整（抗干扰处理）；</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>13. 接地系统:一个黄铜螺纹接地端子,要求单点接地;</p> <p>14. 可根据用户使的不同的检测设备,个性化设计,优化设备与屏蔽室的联接;</p> <p>15. 电源: 220V 50HZ 使用环境: 温度 -15 ~ 60 度;</p> <p>16. 屏蔽室需通过正规合法机构检验,并出具检验报告,并提供检验机构相关资质证明;</p> <p>设备免费质保三年。</p>				
10	胰岛素注射泵	<p>1、操作界面:图标逐层菜单式;2、防水:有(7级防水),IPX7,可防溅水和一过性浸水;3、电机:一体式减速编码电机;4、精密压力传感器,实时监测输注压力;5、屏幕显示:动画、图标、中文;具有键锁功能,防止意外触碰按钮导致误操作;6、储药器容量:3mL;7、胰岛素选择:U-100/ml;8、胰岛素输注精度:万分之五毫升;9、胰岛素吸收均匀缓慢,避免皮下蓄积;装药自动定位读数功能:有,</p> <p>10、操作模式:4种;11、屏幕显示胰岛素余量:有;12、屏幕显示电池余量:有;13、屏幕显示基础曲线:有;</p> <p>14、基础率分段:24个时段;15、基础率输注最小时段:60分钟;16、基础率输注方式:最小间隔5分钟,脉冲式胰岛素输注;17、基础率设置范围和步长:0.0U/h-6.0U/h,0.1U增量;18、临时基础率调节方式:当前基础率倍率,0%-200%,以25%为步进量,9个设置比例,设置时间0-24h,25个时间设置。</p> <p>19、临时基础率范围:0%-200%(间隔25%);20、大剂量设置范围:1U-87U;21、大剂量输注方式:正常波、双波、大剂量向导;22、大剂量输注速度:约10U/分钟;23、大剂量设置增量:0.1U(0-10U),1U(10-87);24、方波输注方式:有;25、双波输注方式:有;26、大剂量向导功能:有;27、预设餐前量:有;28、上次餐前量显示:有;29、日总量回顾:50次;30、基础率回顾:50次;31、大剂量回顾:50次;32、排气回顾:50次(记录,时间,日期);33、报警回顾:50次;34、自动报警功能显示:5项;35、储药器剩余量不足报警:剩余20U单位报警方式,间隔1分钟;36、低液量报警:5U;剩余单位报警方式:间隔1分钟;37、报警方式:蜂鸣、震动报警;38、测血糖提示:有;39、连接全院血糖管理系统:可同血糖仪、耳温枪、血压计连入全院血糖管理系统,对患者监测数据、治疗方案进行闭环式管理;40、无线数据下载:有(可下载50天数据);</p> <p>41、电池:一节DC3.0V锂电池,市场可购买;42、内置时钟:24小时制,用户可根据需要调整时间,有备用电池;43、安全防护设定:自动锁键功能;密码保护的医生模式(可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量);44、保修期:4年;45、产品标准配置(附带的配件及耗材):胰岛素泵,沐浴袋、硅胶套、皮套、布挂带、腰带夹等配件;46、分类:BF型设备(防电击保护);47、质保:胰岛素泵的质保四年,在质保期以内出现任何问题供货商需要提供备用泵,不能影响科室的使用;48、软件配置:在科室需要的请款下,能和系统对接,方便在科室医生手机上随时关注病人的血</p>	2	台		

		糖变化； 49、耗材：设备所使用耗材需在本地区 2019 年中标目录之内。单台设备配本机型使用的所有耗材不少于 20 人份； 注：除基础配置外，每台另配置原装 DC3.0 V 锂电池一块备用。 设备免费质保不少于三年。				
11	叩击及气振排痰一体机	<p>1、适用范围：</p> <p>叩击排痰部分适用于协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。</p> <p>气道排痰部分适用于用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。</p> <p>2、产品组成：</p> <p>由主机、手控器、导气软管、充气背心、传动系统、动力输出装置和压缩空气式雾化器组成。同时集气道排痰、叩击排痰、压缩式雾化三种功能合为一体于同一台设备输出，并在同一张注册证上体现。</p> <p>3、气道排痰功能：</p> <p>3.1、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。</p> <p>3.2、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，必需提供专利证书佐证。</p> <p>3.3、压力范围：0.5kpa~3kpa，步距 0.3kpa。</p> <p>3.4、振动频率：5Hz~27Hz，步距 1Hz，连续可调。</p> <p>3.5、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。</p> <p>3.6、自动模式：按体型不同而分级定制，共有 5 种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。</p> <p>3.7、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。</p> <p>3.8、定时时间：自动模式、自定义模式分为 5min、10min、15min 和 20min 四档；手动模式 1min~99min 连续可调，步距 1min。</p> <p>2、叩击排痰功能：</p> <p>4.1、一路 C 型标准传动形式，一路 X 型轻便传动形式。</p> <p>4.2、标准传动形式：动力头外径尺寸 90mm，配备 5 种不同型号的治疗头。</p> <p>4.3、轻便传动形式：动力头外径尺寸 50mm，配备 5 种不同型号的治疗头。</p> <p>4.4、传动力头偏心距：轻便型 1.7mm±1mm；标准型 3mm±0.5mm。</p> <p>4.5、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。</p> <p>4.6、工作模式：手动模式、三种自动程序模式和用户自定义模式。</p> <p>4.7、手动模式频率范围：标准型传动型式为 10Hz~60Hz，频率连续可调，步距为 1Hz；轻便型传动型式为 10Hz~29Hz，频率连续可调，步距为 1Hz。</p> <p>4.8、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距 1min。</p>	1	台		

	<p>4.9、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。</p> <p>5、雾化功能：5.1、雾化类型：压缩空气式。 5.2、输出压强：正常工作条件下,工作压强为 0.06MPa~0.13MPa;异常工作条件下,产生最大压强为 0.15MPa~0.4MPa,且应不发生管体破裂现象。</p> <p>5.3、最大雾化量$\geq 0.20\text{ml/min}$。5.4、自由空气流量$\geq 10\text{L/min}$。</p> <p>5.5、残液量$\leq 1.5\text{mL}$。</p> <p>6、设备标配的手控触发器有“加压”、“启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。</p> <p>设备质保期三年。</p>				
--	--	--	--	--	--

备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证；（加盖鲜章复印件）

是否接受联合体投标:不接受;

2.经营范围:符合医疗器械经营相关要求;

3.设备免费质保三年;总价包括设备的运输、安装、培训等费用,以及其他与上述设备有关的网络接口等费用;定期开展售后服务及保养;设备生产日期必须为招标本年度或近三个月内生产。

4.售后保障 7*24 小时提供技术协助,出现故障 48 小时内解决。

5.采购单位提供现场勘查

6.投标人提供运输、安装、调试、培训等,提供所有厂家资质证明汇总材料(纸质版一份,电子版一份)。

第四部分 评审方法

一、初步评审内容

评分因素		评分内容	评分标准	评审意见	
				是	否
初步 评审	资格 检查	具有独立承担民事责任的能力	有效经年检的三证合一的营业执照		
		具有良好和健全的财务会计制度	提供2022年度财务审计报告或财务报表（成立不足一年提供成立至今财务报表）		
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供近三个月完税证明；近三个月社保缴纳证明（内含授权委托人社保缴纳证明，如有退休人员提供退休证）		
		具有履行合同所必需的设备和技术能力	提供具备履行合同所必需专业能力的书面声明		
		信用信息查询记录	信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取招标文件之日起至投标截止时间之内）		
		相关许可证	投标人具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》		
	符合 性 检查	投标人名称是否与营业执照等资格证明文件一致；			
		投标报价是否只有一个有效报价且未超过最高限价；			
		投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章的；			
		是否符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；			
		投标文件中未含有采购人不能接受的附加条件的；			
		不存在不符合法律、法规及本招标文件规定的其他情形；			
注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标					

二、评标:商务标 30 分、技术部分 70 分

评分标准如下:

商务技术标评分标准

序号	考核项目	分数	评分标准
商务标（权重 30%）			
1	报价 (30 分)	30 分	<p>评标基准价=最终投标报价的最低值,最终投标报价等于基准值的得满分, 投标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×价格权重×100。评标小组只对通过初步评审的投标文件进行价格评议。</p> <p>注:中小企业报价价格扣除后的最终投标报价=投标报价×(1-10%),以价格扣除后的报价作为评审依据。</p>
技术标（权重 70%）			
1	技术性能 (20 分)	20 分	<p>技术性能: 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分, 完全满足招标要求的得 15 分; 技术参数正偏离每高出一项加 1 分, 最高 5 分。本项目所有参数均为实质性参数, 投标人应该根据自身产品情况, 对所投产品进行描述, 如果对招标文件中的参数进行简单的复制粘贴, 该项得分为 0 分。</p>
2	技术方案 (20 分)	20 分	<p>1. 投标人的技术方案中质量管理体系措施严密、设备使用方法明确有设备说明书; 2. 设备安装、调试的技术措施、关键控制点设置明确; 3. 能保证高质量的组装、施工责任制健全、职责明确; 4. 安全管理资源配置、安装符合相关安全技术(操作)规程; 5. 有安全承诺保证的, 完全满足得 20 分, 有上述描述中一项内容得 4 分, 最高 20 分。</p>
3	零配件供应可靠性 (5 分)	5 分	<p>有优质的零配件供应方案, 库存能全部满足所供机型的需求量得 5 分; 有零配件供应方案, 库存能部分满足所供机型的需求量得 3 分; 零配件供应方案不完整, 无库存配件的得 1 分。</p>
4	售后服务和质保期 (15 分)	15 分	<p>售后服务包括: 售前服务、售中服务、售后服务、投标产品质量保证承诺、培训计划保证措施及组织设计方案、供货计划措施、售后人员配置, 售后保障 7*24 小时提供技术协助, 出现故障 48 小时内解决。在投标文件中详细说明用于本项目的售后服务方案、服务响应时间、质保期、售后服务客户满意度调查表等情况, 评审委员会根据响应情况进行打分。优评分标准: 服务方案科学合理、服务质量优的, 得 10-15 分;</p> <p>良评分标准: 方案内容比较科学、服务质量良好的, 得 6-9 分;</p> <p>中评分标准: 方案内容和可行性一般的, 得 3-5 分; 差评分标准: 方</p>

			案内容和可行性差或其他情况，得 0 分。
5	供货业绩 (5 分)	5 分	根据投标人提供的近三年内类似业绩进行评分(须提供业绩证明材料，如中标成交通知书或合同，每一份业绩得 1 分，最多得 5 分。
6	供货服务人员 (5 分)	5 分	根据各投标人针对本项目的人员配置方案，方案内容完整详尽(包括人员的具体配置)。 人员 3 人以上且配置方案内容完整详尽得 3-5 分；人员 2 人以上且方案内容无缺漏得 1-2 分； 人员 1 人且方案内容不符合本项目情形的不得分

备注：计分最高的为第一中标候选人。

政府采购政策功能落实：

本项目按照《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》执行

一、关于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业扶持政策落实的规定：

1、中小企业报价的价格扣除

(1) 本项目对中小企业报价的价格给予 **10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 供应商需按照招标文件的要求提供《中小企业声明函》。

(3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)文件规定自行填写。

2、残疾人福利性单位报价的价格扣除

(1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 **10%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)。

3、监狱和戒毒企业报价的价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业，给予 **10%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标办法正文部分

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照本章节规定的评分标准进行打分，并按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相同的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

1、投标文件的初审

1.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

1.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

1.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(1) 实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

(2) 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- A、未按要求交纳投标保证金的；
- B、未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；
- D、投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
- E、投标有效期不足的；
- F、不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的；
- G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的（如有）；
- H、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- I、投标人名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

J、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

K、法律、法规及本招标文件规定的其他无效投标的情形。

(3) 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

1.1.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

1.1.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

1.1.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

1.1.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

1.1.7 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

1.1.8 废标条款：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。
- (4) 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

1.1.9 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

1.1.10 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、投标的澄清

2.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

2.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供

书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、详细评审

3.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行商务和技术评估，综合比较与评价；评审应严格按照招标文件规定的评标方法和标准进行。具体要求等详见评标办法前附表。

3.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

4、确定中标人

4.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。

4.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

4.3 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

4.3.1 提供虚假材料谋取中标的。

4.3.2 向采购人及采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

4.3.3 恶意竞争，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

4.3.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

4.3.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

第五部分 合同文件

(仅供参考)

合同编号：

政府采购合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）（以下简称：甲方）和（成交供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥ _____ 元（大写：_____ 元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
	总价	

1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1 付款方式：_____；
- 1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 % 计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 % 计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止

履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称） 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

号码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 通用条件

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的货物和向社会公众提供的公共货物。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供货物的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的货物不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供货物进行履约检查，以确保乙方所提供的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供货物的情况，应及时以书面形式将不能按时提供货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交货物报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共货物项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 6%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 专用条件

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六部分 投标文件格式

_____（项目名称）

_____（项目编号）

投标文件

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日期_____（年/月/日）

目录

一、资格证明文件

- (1) 提供营业执照（复印件加盖公章）；
- (2) 提供 2022 年度财务审计报告或财务报表（成立不足一年提供成立至今财务报表）；
- (3) 提供三个月完税证明；三个月社保缴纳证明（如有退休人员提供退休证）
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件一）；
- (5) 法定代表人身份证明及授权委托书（格式见附件二）；
- (6) 投标保证金缴款凭证（本项目不缴纳）；
- (7) 信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（投标人网上自行打印后加盖投标单位公章，查询时间为获取招标文件之日起至投标截止时间之日内）；
- (8) 提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）；

二、商务技术文件

- (1) 投标函（格式见附件三）
- (2) 开标一览表（格式见附件四）；
- (3) 商务条款偏离表（格式见附件五）；
- (4) 技术条款偏离表（格式见附件六）；
- (5) 需要提供的商务和技术文件（格式自拟）；

三、其他文件

- (1) 中小企业声明函（格式见附件七）；
- (2) 政府采购诚信承诺书（格式见附件八）；
- (3) 供应商认为需要提供的其他材料；

附件一：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件二：

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有_____同志为_____公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_____

电话号码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人《居民身份证》正反面

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

(代理机构名称)：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的编号为_____的(项目名称)采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字或盖章)：_____

签发日期：_____年____月____日

附：

授权委托人(签字或盖章)：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

粘贴被授权人身份证正反面

附件三：

投标函

_____：
_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代理人姓名）_____（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的_____（项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- 2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- 4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5) 在采购过程中与采购人进行协商招标的；
- 6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：_____

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件四：

开标一览表

序号	项目名称	投标总报价（元）	投标质量	供货期
1				

投标报价有效期____天

说明：1. 投标人严格按照规定的格式填写。任何有选择或有条件的投标总价，均将导致投标被拒绝；

1. 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；
2. 报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费。

投标人名称（盖章）： _____

投标人法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

附件五：

商务条款偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

投标人保证：除上表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

企业名称（盖章）：

日期：

附件六：

技术条款偏差表

序号	货物名称	招标文件章节及条款号	招标规格	投标规格	偏离说明
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

投标人保证：除上表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

企业名称（盖章）：

日期：

附件七：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

企业名称（盖章）：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）_____圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（盖章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函。

监狱企业申明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：_____。
本企业为参加（项目名称：_____）（项目编号：_____）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局，戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件：

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯，戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件八：

政府采购诚信承诺书

_____(采购人)_____：

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目（项目编号：_____）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供 应 商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日