



新疆拓源工程管理咨询有限公司

# 招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐市中医医院 2023 年中医传承项目医疗设备采购（六包）

项目编号：[2024]79 号-002-06

采购人（盖章）：乌鲁木齐市中医医院

联系人：王老师

电话：17799759592

详细地址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 590 号

采购代理机构（盖章）：新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人：石崇华

项 目 联 系 人：龚静

电 话：13379788180

详 细 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层





## 目 录

第一章	招标公告.....	1
第二章	投标人须知.....	6
第三章	投标文件格式.....	30
第四章	项目采购需求.....	53
第五章	评标办法.....	83
第六章	拟签订的合同文本.....	96
附件 1:	政府采购促进中小企业发展管理办法.....	109
附件 2:	关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知.	117
附件 3:	关于印发中小企业划型标准规定的通知.....	119



## 第一章 招标公告

### 项目概况

乌鲁木齐市中医医院 2023 年中医传承项目医疗设备采购（六包）招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取招标文件，并于 2024 年 03 月 27 日 11 点 00 分（北京时间）前上传投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：[2024]79 号-002-06

项目名称：乌鲁木齐市中医医院 2023 年中医传承项目医疗设备采购（六包）

最高限价：317.89 万元；

采购需求：医疗设备一批，具体详见招标文件采购需求。

供货期：自合同签订之日起 25 日内完成供货，具体以合同签订为准。

本项目（否）接受联合体投标。

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。



4. 本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件

时间：2024年03月07日至2024年03月14日，每天上午00:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）；

地点：投标人登录政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请即可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：投标人登录新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→下载招标文件）

售价：免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年03月27日11点00分（北京时间）

开标时间 2024年03月27日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

(1) 本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；

(2) 各投标人在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法上传或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；



(3) 投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用“政采云投标客户端”时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心、代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标；

(4) 投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

(5) 投标人在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购—开标评审”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担；

(6) 投标人登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购—开标评审”功能进行解密投标文件，若投标人在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目



预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

#### **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：**

##### 1. 采购人信息

名 称：乌鲁木齐市中医医院

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 590 号

联系方式：17799759592

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层



新疆拓源工程管理咨询有限公司

联系人：龚静

电 话：13379788180



## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

序号	名称	内容
1	采购人	名称：乌鲁木齐市中医医院 地址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 590 号 联系人：王老师 电话：17799759592
2	采购代理机构	名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层 联系人：龚静 电话：13379788180
3	项目名称	乌鲁木齐市中医医院 2023 年中医传承项目医疗设备采购(六包)。 “乌鲁木齐市中医医院 2023 年中医传承项目医疗设备采购”共分为 8 个采购包，投标人可兼投兼中，本项目为第六包。
4	项目编号	[2024]79 号-002-06
5	资金来源、最高限价	资金来源：财政资金。 最高限价：3178900.00 元，报价不得超出最高限价，否则投标无效，报价包括所投货物相关人工费、税费、保险费、运输费、装卸费、安装费、调试、培训等所有技术和售后服务费用，中标后采购人不再另行支付其他费用。
6	采购需求	医疗设备采购，具体详见招标文件采购需求。



7	供货期、质量标准	供货期：自合同签订之日起 25 日内完成供货，具体以合同签订为准。 质量标准：符合国家、行业及第四章采购需求所述标准。
8	质保期	详见“第四章 项目采购需求”，未明确的，质保期为四年。
9	供货地点	采购人指定地点
10	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的政府采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，价格给予 10%的扣除优惠。</p> <p>本项目所属行业为：工业。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产</p>



		<p>经营许可证证明文件)；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证(或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件)；</p> <p>4. 本项目不接受联合体投标。</p>
11	投标保证金	<p>投标保证金的金额：20000.00 元（大写：贰万元整）</p> <p><b>一、投标保证金缴纳：</b></p> <p>1. 投标保证金应当以电汇、网银、电子保函等非现金形式提交；</p> <p>2. 缴纳投标保证金时需备注项目名称，如字数超限，可简写；</p> <p>3. 投标保证金缴纳截止时间：同投标文件上传截止时间；</p> <p>投标保证金缴纳账户：</p> <p>单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司</p> <p>账号：107675470537</p> <p>开户行名称：中国银行乌鲁木齐市延安路支行</p> <p>行号：104881006135</p> <p><b>二、投标保证金退还：</b></p> <p>1. 未中标人的投标保证金将在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。</p> <p>2. 中标人的投标保证金将在中标人与采购人签订合同，并将合同递交至采购代理后 5 个工作日内，无息退还。</p> <p>3. 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第 15.5 条。</p> <p><b>三、备注：</b></p>



		<p>1、投标人无需前往代理公司换取收据，仅需将投标保证金缴纳凭证，装订在投标文件中相应位置即可；</p> <p>2、<b>投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金的，投标无效。</b></p>
12	是否接受 联合体投 标	不接受
13	分包	不允许
14	投标文件 份数、上传 截止时间、 地点	<p>(1) 电子加密投标文件 1 份，无正副本区别，仅需在规定时间内向政采云系统上传即可)。</p> <p>(2) 所有投标人须在<b>招标结束后五个工作日内</b>向采购代理机构递交<b>签章纸质版投标文件一正一副胶装成册（用于档案资料编制）</b>，纸质版投标文件须与政采云平台上传的电子版投标文件保持一致。</p> <p>(2) 投标文件上传截止时间：<u>2024 年 03 月 27 日 11 点 00 分</u>（北京时间）</p> <p>(3) 投标文件上传地点：在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”，投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。</p> <p>(4) 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。</p> <p>①“电子加密投标文件（“.jmbs”格式）”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。</p>



		<p>②“备份投标文件（“.bfbs”格式）”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。</p>
15	重要说明	<p><b>1、电子招投标情况说明：</b></p> <p>（1）<b>电子招投标：</b>本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。</p> <p>（2）<b>投标准备：</b>注册账号—点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书——申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“新疆政府采购网-下载专区-政采云投标客户端”进行下载并安装。</p> <p>（3）<b>采购文件的获取：</b>使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。</p> <p>（4）<b>投标文件的制作：</b>在“政采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。</p> <p>（5）<b>投标文件的递交：</b>投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。</p> <p>（6）<b>投标文件的解密：</b>投标文件解密时间30分钟，开标前需投标人用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标人将导致投标无效。（解密时</p>



		<p>间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。）</p> <p><b>(7) 投标人报价 CA 签字确认：</b>报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在 20 分钟内用 CA 证书对报价进行签字确认。</p> <p><b>(8) 具体操作指南：</b>详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。</p> <p>(9) 投标人在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云 (<a href="https://www.zcygov.cn/">https://www.zcygov.cn/</a>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。</p> <p>温馨提醒：投标人应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。</p>
16	投标报价	<p>(1) 报价包括所投货物相关人工费、税费、保险费、运输费、装卸费、安装费、调试、培训等所有技术和售后服务费用的总价。</p> <p>(2) 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。</p>
17	踏勘现场	<p>不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。</p>



18	投标答疑会	不召开。
19	近年财务状况年份要求	近6个月内任意3个月银行资信证明或上一年度(2022年度)经审计的财务报告(提供任一项即可,自然人无需提供)。新成立企业仅需提供近6个月内任意3个月银行资信证明即可。新成立企业是指:营业执照申领时间至投标截止时间未满足一年的企业。
20	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起60天
21	评标委员会的组建	(1) 评标委员会构成:5人; (2) 评标专家确定方式:经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二,按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。
22	评标办法	综合评分法
23	是否授权评标委员会确定中标人	否,推荐3名中标候选人。
24	履约保证金	合同总金额的10%,合同签订前一次性提交至采购人。
25	付款方式	以具体合同签订为准。
26	其他	(1) 本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站(新疆政府采购网)上公布。 (2) 重要说明:①本项目采用全流程不见面电子开评标,投



	<p>标人需要使用 CA 加密设备, 投标人可通过新疆数字证书认证中心官网 (<a href="https://www.xjca.com.cn/">https://www.xjca.com.cn/</a>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。</p> <p>②本项目实行网上投标, 采用加密电子投标文件 (投标人须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标, 自行承担投标一切费用。</p> <p>(3) 投标人使用相同 IP 地址的, 一经发现, 相关部门将进一步核实, 查实后按串通投标处理。</p>
--	---



## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目采购人是乌鲁木齐市中医医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。

本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
- (3) 下载了招标文件并按要求缴纳投标保证金。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 三、招标文件

### 5. 招标文件的构成

5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 招标公告



- (2) 投标人须知
- (3) 投标文件格式
- (4) 项目采购需求
- (5) 评标办法
- (6) 拟签订的合同文本

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按**无效处理**。

## 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

## 四、投标文件

### 8. 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为**无效投标处理**。



8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为**无效投标处理**。

### 9. 计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 11. 联合体投标

详见“投标人须知前附表”第12条。

### 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

#### 一、投标函



- 二、投标报价明细表
- 三、身份证明书
- 四、授权委托书
- 五、投标人基本情况表
- 六、项目负责人简介
- 七、拟配备人员简介
- 八、近年同类项目情况表
- 九、商务、技术需求偏离表
- 十、技术方案
- 十一、政府采购政策
- 十二、投标人认为需要提供的资料

#### **14. 投标文件格式**

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### **15. 投标保证金**

15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2 未按招标文件要求在规定时间内缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为**投标无效**。

15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投



标保证金。

15.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：

- (1) 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
- (4) 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；
- (5) 中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；
- (6) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (7) 招标文件规定的其他情形；
- (8) 符合法律、法规规定的其他情形的。

## 16. 投标有效期

16.1 投标有效期详见“投标人须知前附表”第 20 条。投标有效期短于此规定期限的，**投标无效**。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

## 17. 投标文件的签署

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

## 18. 投标文件的加密和上传



18.1 本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件（“.jmbbs”格式）上传方式；投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台，成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

18.2 所有投标人须在**招标结束后五个工作日内**向采购代理机构递交**签章纸质版投标文件一正一副（用于档案资料编制）**，纸质版投标文件须与政采云平台上传的电子版投标文件保持一致。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，统一用 A4 幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用 A3 幅面印制的应折叠成 A4 幅面，并按招标文件规定签字和盖章，投标文件胶装成册并编码，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

## 19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标文件上传截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

19.2 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改、补充或撤回。

19.3 投标文件中-如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

- (1) 投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；
- (2) 用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**响应无效**。



## 五、开标和中标

### 20. 开标

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人在线参加开标，投标人未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

投标人不足 3 家的，不得开标。

20.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 投标文件上传截止时间到，开标会议开始，公布投标人名单。

20.4 开启“投标文件解密”环节，投标人在规定时间内进行解密（解密规定见《投标人须知前附表》第 15 条）。

20.5 投标文件解密完毕，公布投标报价，开启报价签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议，开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实）。

### 21. 评标程序

21.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

21.2 符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.3 评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分

21.4 澄清、说明或补正的形式：



(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，**投标人澄清、说明或补正时间为 20 分钟。**

(2) 投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章或电子印章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

(3) 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

(4) 评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有异议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正并加盖投标人电子印章或公章。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

21.5 评标委员会需对评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；



(三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;

(四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的,采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,应当书面报告本级财政部门。

21.7 评标委员会根据综合评分情况,按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人,并编写评标报告。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。

21.8 采购代理机构在评标结果后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

## **22. 中标通知书**

22.1 中标通知书为签订中标合同的依据,是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后,采购人改变中标结果,或者中标人无正当理由放弃中标的,应当承担相应的法律责任。

22.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的,采购代理机构在取得有权主体的认定以后,应当宣布发出的中标通知书无效,并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回),依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

## **六、签订及履行合同和验收**

### **23. 签订合同**

23.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后,应在法律法规规定的



时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

23.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。

#### **24. 合同分包（如有）**

24.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的服务及技术要求等，必须与中标的一致。

24.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

#### **25. 采购人增加合同标的权利**

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

#### **26. 履约保证金**

26.1 中标人应在合同签订之前缴纳招标文件规定数额的履约保证金。

27.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照中标文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标资格，其缴纳的投标保证金将不与退还。



## 27. 履行合同

27.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

## 28. 验收

采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构邀请实际使用人、参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 29. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与采购人、其他投标人恶意串通；
- （4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；
- （6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 八、合同价款支付

### 30. 申请支付

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。



## 九、质疑和投诉

31. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

31.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。

31.2 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.3 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

31.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。



投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人及联系电话：龚静、13379788180

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科中央公园 S6 栋 5 层

31.5 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

31.6 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.7 投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：



- (一) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (二) 投诉书内容符合本办法的规定；
- (三) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (四) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (五) 财政部规定的其他条件。



## 质疑函范本

### 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

被授权人： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

招标文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

.....

法律依据： .....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字（签章）：

公章：

日期：



**质疑函制作说明：**

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。



### 第三章 投标文件格式

#### 投标文件封面示例

#### 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：



## 目录

- 一、投标函
- 二、投标报价明细表
- 三、身份证明书
- 四、授权委托书
- 五、投标人基本情况表
- 六、项目负责人简介
- 七、拟配备人员简介
- 八、近年同类项目情况表
- 九、商务、技术需求偏离表
- 十、技术方案
- 十一、政府采购政策
- 十二、投标人认为需要提供的资料

（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码）。



## 一、投标函

\_\_\_\_\_（采购人）：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_，（报价包括所投货物相关人工费、税费、保险费、运输费、装卸费、安装费、调试、培训等所有技术和售后服务费用，中标后采购人不再另行支付其他费用），投标有效期从提交投标文件的截止之日起 60 天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，供货期为：自合同签订之日起 25 日内完成供货，具体以合同签订为准。供货地点为：采购人指定地点，并达到采购人要求。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第 15.5 条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日 期： 年 月 日



## 二、投标报价明细表

货币单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	型号规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
合计			小写： 元 大写：					

备注：

1. 货物名称和数量等应按照第四章“项目采购需求”内容填写。
2. 投标人填报价格合计应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函载明价格为准；以单价金额计算的金额与总价不一致时，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3. 报价包括所投货物相关人工费、保险费、税费、保险费、运输费、装卸费、安装费、调试、培训等所有技术和售后服务费用，中标后采购人不再另行支付其他费用。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（盖章或签字）：

日期： 年 月 日



### 三、身份证明书

#### (一) 身份证明书（投标人为法人）

单位名称：\_\_\_\_\_。

地 址：\_\_\_\_\_。

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_。

身份证号码：\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_的法定代表人，为具有参加\_\_\_\_\_（项目名称）的  
投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务  
权利的投标人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日



(二) 身份证明书（投标人为非法人）

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

地 址：\_\_\_\_\_。

身份证号码：\_\_\_\_\_。

为具有参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。

特此证明。

附：身份证正反面。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日



#### 四、授权委托书

##### (一) 法定代表人授权委托书（投标人为法人）

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日期： 年 月 日



(二) 授权委托书（投标人为非法人）

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）  
为我方“\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）”项目投标活动的合法代表，以  
我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面。

投标人名称（盖章）：

被授权人（盖章或签字）：

日期： 年 月 日



五、投标人基本情况表

投标人名称					
详细地址					
主管部门		法定代表人 或负责人		职务	
经济类型		授权代表		职务	
邮政编码		电话		传真	
单位简介及 机构情况					
生产设备 及加工能力					
内部管理制度 情况					
单位概况	职工总数	人	生产工人		人
			技术人员		人
	流动资金	万元	资金来源	自有资金	万元
				银行贷款	万元
固定资产	原值	万元	资金性质	生产性	万元
	净值	万元		非生产性	万元
企业财务 状况		收入总额	利润总额	净利润	负债总额
	2022 年				
	2021 年				
	2020 年				



主要产品 (供货) 情况	产品名称	上年销售额 (万元)
生产/经营地点		
关联单位	与投标人单位负责人为同一人的其他单位:	
	与投标人存在控股、管理关系的其他单位:	

备注:

- 1、投标人为法人时，后附营业执照、资质证书、质量管理体系认证证书等相关证明材料；
- 2、投标人为非法人时，格式自拟。



## 六、项目负责人简介

### 项目负责人简历

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
身份证号			联系电话		
参加工作时间			从事项目工作年限		
相关证书					

后附项目负责人身份证、相关职业或执业或职称证书等证明材料。



七、拟配备人员简介  
拟配备人员汇总表

序号	姓名	拟担任本 项目职务/ 岗位	常住地	相关证书			
				证书名称	级别	证书号	专业

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



个人简历

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
身份证号			联系电话		
参加工作时间			从事项目工作年限		
相关证书					

拟配备人员每人填一张简历，后附人员的身份证、相关职业或执业或职称证书等证明材料。





## 九、商务、技术需求偏离表

## (一) 商务条款偏离表

序号	主要商务条款	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物质量和服务要求；		
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务；		
3	同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款；		
4	同意按本项目要求缴付相关款项；		
5	可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明；		
6	投标有效期；		
7	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务；		
8	同意接受本项目供货期、质保期或相关进度安排要求；		
9	同意接受本项目的验收要求及验收标准；		
10	同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性进行审查、验证；		
11	同意接受本项目付款的各项要求。		

备注：

- 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；
- 2、投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；
- 3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## (二) 技术需求偏离表

招标文件的要求			投标文件的响应							
序号	货物名称	技术参数要求	制造商名称	品牌	规格型号	响应情况	偏离情况	证明材料	证明材料页码	备注
1										
2										
3										
4										

备注：

(1) 供应商应对照招标文件“第四章项目采购需求”中技术参数逐项填写，在“技术需求偏离表”中的“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，不得虚假响应。

(2) “第四章项目采购需求”中的\*项，投标人需提供与产品技术参数相关的证明材料（如产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书或**彩色实物照片**等证明材料，未提供或不清楚，不予认可。

(3) “第四章项目采购需求”中的非\*项，招标文件明确须提供相关证明材料的，应按招标文件要求提供，未提供或提供不正确或不清楚的，视同“负偏离”。

投标人名称（盖章）：

授权人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



## 十、技术方案

投标人应根据本招标文件要求和项目的具体情况，自行编制技术方案，格式自拟，但应主要包括以下内容：

- （一）售后服务体系；
- （二）培训方案；
- （三）配送及安装验收方案；
- （四）质量保证措施；
- （五）零配件保障；
- （六）应急服务响应与处理方案；



## 十一、政府采购政策

### (一) 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)工业行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报



## 特别说明

(1) 以上《中小企业声明函》只须填写所投产品的制造商名称及相关信息。

(2) 本项目为工业行业，划型标准为：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。投标人须明确所投产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额，属于中型企业或小型企业或微型企业（只能填一项），未明确的，《中小企业声明函》按无效处理。

(3) 本项目含多个标的，须逐一明确每个标的制造商的中小微型企业情况。所有标的均由小微企业制造的，方可享受 10% 的价格扣除优惠。若有一个标的为非小微企业制造，不可享受价格扣除优惠政策，中型企业不享受价格扣除优惠政策。

(4) 相关中小企业政策，详见本招标文件附件 1、附件 2 及附件 3。

(5) 不符合中小企业相关优惠政策的，可不填写本《中小企业声明函》。



### 中小企业声明函（示例）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）乌鲁木齐市中医医院的（项目名称）乌鲁木齐市中医医院2023年中医传承项目医疗设备采购（六包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）气囊式体外反搏装置，属于（采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称）XXX公司，从业人员100人，营业收入为310万元，资产总额为xxx万元<sup>1</sup>，属于小型企业；

2. （标的名称）红蓝光（光子）治疗仪，属于（采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称）XXX公司，从业人员15人，营业收入为150万元，资产总额为xxx万元，属于微型企业；

.....

16. （标的名称）控温毯，属于（采购文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（企业名称）XXX公司，从业人员15人，营业收入为150万元，资产总额为xxx万元，属于微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



## (二) 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目投标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



### (三) 监狱企业证明文件 (如有)

1. 监狱企业证明 (监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。)

2. 证明材料加盖投标人公章。



## 十二、投标人认为需要提供的资料

### (一) 投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

### (二) 其他

投标人应当仔细核对招标文件中有关“响应无效”、“拒收”和评审标准等条款内容，提供投标人认为应当附加的其他内容，以充分证明其投标响应符合招标文件要求，并为评审提供充分依据。



## 第四章 项目采购需求

序号	名称	产地	单位	数量
1	气囊式体外反搏装置	国产	台	1
2	红蓝光（光子）治疗仪	国产	台	2
3	结肠灌洗仪	国产	台	1
4	耳鸣声治疗验配平台	国产	台	1
5	胃肠治疗仪	国产	台	1
6	红蓝光（光子）治疗仪	国产	台	1
7	股四头肌训练椅	国产	张	2
8	肌力训练套件	国产	套	1
9	电动起立床	国产	张	2
10	经颅磁刺激仪	国产	台	1
11	减重步态训练系统	国产	套	1
12	深层肌肉振动仪	国产	台	2
13	红外偏振光治疗仪	国产	台	1
14	微波治疗仪（单路）	国产	台	2
15	6分钟步行实验	国产	套	1
16	控温毯	国产	个	1



## (一) 气囊式体外反搏装置

### 1. 压力部分

- 1.1. 在心率为 80bpm 时，工作压力值 $\geq 43\text{kPa}$ 。
- 1.2. 实际工作压力与设定工作压力的误差 $\leq \pm 1\text{kPa}$ 。

### 2. 脉搏部分

- 2.1. 脉搏血氧部分符合 YY0784 的要求。
- 2.2. 血氧饱和度波形增益多级调节，调节范围：1~32级。
- 2.3. 血氧饱和度监测模块通过 IS080601-2-61 检测。

### 3. 心电部分

- 3.1. 心率测量和显示范围：35bpm~165bpm，测量误差 $\leq \pm 1\text{bpm}$ 。
- 3.2. 心电波形增益实现多级调节、调节范围：1~32 级。
- 3.3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声 $\leq 15 \mu\text{V}(\text{p-v})$  RTI。
- 3.4. 心电模块通过 IEC60601-2-27 检测和 ANSI/AAMI EC13 检测。

### 4. 软件部分

- 4.1. 序贯模式手动可调。
- 4.2. 具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”明确的警示信息。
- 4.3. 治疗时间设置范围：1min~60min；设置步进：1min。
- 4.4. 配备《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。

### 5. 机械部分

- 5.1. 采用反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间 $\leq 40\text{ms}$ 。
- 5.2. 采用体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。
- 5.3. 囊套覆盖面积不小于  $0.3 \text{ m}^2$ ，可根据需要增配上肢囊套。
- 5.4 气囊能承受 59kPa 的压力，保压 10s，不破损，且其压降应 $\leq 2\text{kPa}$ 。



## 6. 安全部分

6. 1. 反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。
6. 2. 反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。
6. 3. 早搏能触发反搏装置排气。
6. 4. 反搏装置正常工作时，当工作压力 $>59\text{kPa}$  时，有压力泄气功能。

## 7. 压缩机

7. 1. 压缩机最大功率 $\geq 1700\text{VA}$ 。
7. 2. 压缩机最大流量 $\geq 48\text{m}^3/\text{h}$ 。

## 8. 增配外囊套、内囊套、气囊、连接管路，各 2 套。



## (二) 红蓝光（光子）治疗仪

1. 产品适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用
2. 光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）
3. 峰值波长：蓝光： $460 \pm 10\text{nm}$ ，红光： $640 \pm 10\text{nm}$
- \*4. 光功率密度（光源表面测量），蓝光： $\geq 3000\text{mW}/\text{cm}^2$ ，红光： $\geq 3000\text{mW}/\text{cm}^2$  需提供医疗器械注册检验报告证明
5. 光源聚光设计：透镜式
6. 具有温度反馈功能，温度测量误差为 $\pm 1^\circ\text{C}$
7. 特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口 10cm 处，照射 15min），水膜温升 $\leq 2^\circ\text{C}$ ，光功率密度 $\geq 60\text{mW}/\text{cm}^2$
- \*8. 治疗仪最大治疗深度 $\geq 10\text{cm}$ （需提供医疗器械检验报告证明）
9. 有效红光辐照度的均匀性 $> 0.4$
10. 光功率稳定度：光功率变化率 $\leq \pm 1\%$
11. 蓝光源照射后自动启动红光照射的切换
12. 最大有效治疗面积： $\geq 800\text{cm}^2$
13. 支持联网功能，可选配工作站
14. 治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离 2-12cm
15. 五级能量可调
16. 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选
17. 定时时间：可从 0min~99min 连续可调
18. 操作面板：触摸屏、液晶显示
19. 具有储存配件的储物箱



### (三) 结肠灌洗仪

1. 仪器类型： I 类 B 型
2. 总功率：  $\leq 2000W$
3. 出水量范围： 780~880ml/min
4. 水温控制范围： 30~40℃
5. 肠疗设定范围： 给液范围： 0~20000ml， 给药范围： 0~500ml
6. 给液时间范围： 1~30s， 停液时间范围： 0~30s
7. 进水过滤精度：  $\leq 5\mu m$ （灌洗液细菌杀菌率  $\geq 60\%$ ）
8. 工作噪音  $\leq 65db$
9. 耗材及灭菌方式： 一次性肠导管, 辐照灭菌
10. 频率： 50Hz
11. 冲洗温度：  $37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$

#### 主要配置：

1. 嵌入式双液晶屏显示，水温，流量，灌注液量随机设置。
2. 直视式观察窗口，受疗者清晰可见肠道内大量宿便，毒素排出。
3. 灌注系统采用进口医用蠕动泵；
4. 自动检测灌肠数据；内置双限温控制系统 1 套；水温自动控温恒定；
5. 灌注时间、温度自动控制；工作时间连续可调；控温范围随意调整；
6. 纯净水净化器一组 5 根滤芯；自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质；
7. 灌注液选择一键式切换装置（加药功能保留灌肠）；
8. 药液加注功能，进药量可控可调。



9. 自然躺姿水疗，无需特殊姿势。
10. 患者可自行掌握自身躺姿前后 0° — 90° 任意调整。
11. 带有排泄盆座的功能灌肠机，床体配置与排污设施为整体设计，满足患者在灌肠的同时可以随意大小便的要求。
12. 内置排污系统，内置冲洗系统，将污物气味排出室外、无异味无侧漏。患者在自然躺姿状态下进行洗肠、给药。
13. 设备带有暂停开关、体验者特殊情况可急停。
14. 内置双限压力控制系统 1 套；超温超压自动断电保护，低温低压报警。
15. 一次性导入头直径 0.6CM 的导管滑入直肠（洗肠管总长 40CM，分两段，一段 200mm\*直径 10mm），注液管细，不需扩肛器和排泄粗管，不脱出。
16. PID 控温系统，保证入体水温达到最适 37℃。
17. 蠕动泵系统，采用医用蠕动泵，流量大小可控。
18. 采用水路、电路分离设计。
19. 增配一次性导管 50 个、滤芯四组 20 根



## (四) 耳鸣声治疗验配平台

**1、患者管理模块：**病史、体征、专科检查等数据采集

**2、量表问诊模块：**

2.1 问诊：内置标准问卷，用户可自定义，如耳鸣、眩晕、耳聋、中耳炎、耳科特征、耳痛、耳流脓、鼻科与咽喉科等问诊表。

2.2 评估：内置标准评估量表，用户可自定义，如 THI、抑郁症、焦虑症等评估量表。

**3、纯音测听模块：**

3.1 频率范围：气导：125-8000Hz 频率精确度：±1%

强度：气导：-10~ 120dB HL。

3.2 分辨率：1/2-1/24 octave. 1Hz/10Hz/50Hz/100Hz；

3.3 采样率：44100Hz，16bits，独立2通道。

3.4 失真 (THD)：气导失真：≤1%。

3.5 FPT错误识别算法测试功能。

3.6 FPT 精细测听模块计数器：1ms~5s，截断时间 10s。

3.7 智能掩蔽测试算法功能：根据纯音测试结果自动启动掩蔽。

3.8 气导掩蔽测听模式。

3.9 气导测试模式。

3.10 可视化应答模式。

3.11 replay功能。

3.12 纯音测听：对患者的听阈、舒适阈、不适阈进行测听。

**4、耳鸣检测模块：**

4.1 检查技术：倍频程混淆测试方法、耳鸣精细扫描测试 TinniScan。

4.2 耳鸣检查：对患者最小掩蔽级及耳鸣位点进行检查。

4.3 耳鸣位点 T-Po 测试：测试精度默认 1/12 倍频程，默认智能识别模式。

4.4 耳鸣位点识别测试：≥3 点。

4.5 耳鸣位点扫频验证测试：测试精度设置可选手动、自动，位数≥24。

4.6 FPT 精细测听刺激函数：0.3~0.5。

4.7 频率范围：气导：125-8000Hz， 频率精度：±1%。

4.8 失真：气导失真：≤1%。



- 4.9 刺激声强度:0 - 100dB, 刺激声精度:±1.5%。
- 4.10 分辨率: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 octave 或 1024 点 FFT 1Hz/10Hz/50Hz/100Hz
- 4.11 刺激方式: 单耳、双耳、双耳同步。
- 4.12 自动跟随标记刺激参数设置: 0~22 可选。
- 4.13 声反馈测试 FBT: 可选手动、自动、智能三种模式。

#### 5、耳鸣减敏验配模块:

- 5.1 根据患者耳鸣的症状和特征定制若干声治疗处方, 每个处方可以分别任意选择设置标准刺激声、TRT音和背景音乐。
- 5.2 T-MIST减敏验配: 可选手动、自动、智能三种模式。
- 5.3 可选配声音文件库: 单音, 双音可选(内置itone频率、dsound频率+心理、transfoucs心理三种特性的声源库), 刺激声强: <80 dB SPL, 1+2设置。
- 5.4 验配处方: 可定制3种处方。(针对耳鸣者的听觉生理特征和听觉心理特征, 可定制3组声音配方, 每组可选配3种不同属性的声音文件, 自定义组合) 可选单耳、双耳同步或异步。
- 5.5 验配参数: 响度、频宽。
- 5.6 减敏验配: 自动搜索功能,  $\geq 3$ 点。
- 5.7 减敏验配模式: 可选手动、自动。

#### 6、耳鸣声治疗输出模块:

- 6.1 根据患者耳鸣的症状和特征定制若干声治疗处方并把这些配方输出到治疗器中, 使患者可以利用为其定制的治疗器遵医嘱方便地进行声治疗。
- 6.2 处方输出: 三种声处方组合, 可导入播放器, 处方保存。
- 6.3 时间函数值为60、120、150可选;

7、检查声音类型包括: 纯音、脉冲纯音、啞音、白噪声、窄带噪声、言语噪声、静音。

8、频率步进包括: 标准点、1/1、1/2、1/3、1/6、1/12、/1/24、1/48 倍频程以及 1、5、10、100、500、1000HZ。

9、植入人工智能听力学测试项目, 实现手/自动测试模式。

10、报告输出: 可选打印纸质报告、扫描二维码获取电子报告。

11、配套系统:

11.1 无缝对接听觉编码验配系统:  $\geq 32$ bands数据格式。单耳、双耳可选。



11.2 数字化听力中心。

11.3 配备移动式声舱。

**配置清单：**

序号	名称	数量	单位	备注
1	主机	1	台	
2	连接线	1	套	
3	专用工控机	1	台	
4	气导耳机	1	副	
5	患者管理模块	1	套	
6	量表问诊模块	1	套	
7	纯音测听模块	1	套	
8	耳鸣检测模块	1	套	
9	耳鸣减敏验配模块	1	套	
10	配方输出模块	1	套	
11	专用操作平板电脑	1	套	
12	编码系统	1	套	
13	升舱	1	套	



## (五) 胃肠治疗仪

1. 工作频率：2kHz，允差±10%。
2. 输出幅度：≥ 30 档可调，输出幅度 0~26V，允差±10%。
3. 载波波形：双向对称方波，载波频率 2kHz，
4. 脉冲宽度 250μs。
5. 调制波形：正弦波
6. 调幅度：100%，允差±5%。
7. 输出电流：在 500 Ω 的负载下，输出电流 ≤ 45mA。
8. 调制频率：调频范围：0.05 Hz-0.2Hz；允差±10%
9. 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应 ≤ 10%。
10. 治疗时间：1min~60min 可调，步进 5min，允差±30s。
11. 工作时间：连续工作时间应 ≥ 4h。
12. 输入功率：45VA。
13. 输出通道：4 组输出
14. 安全防护：I 类 BF 型应用部分



## (六) 红蓝光 (光子) 治疗仪

治疗范围：消炎、止痛；对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎、止痛作用。对溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用。

1. 显示界面：≥8 寸高分辨率彩色液晶屏，触摸屏操作；
2. 工作方式：连续模式/脉冲模式
3. 软件功能：管理员密码设置、系统背光设置、系统时间设置、界面个性化定制；
4. 输出通道：单通道独立输出；
5. 波 长：红光源波长：640nm±10nm； 蓝光源波长：460nm±10nm；
- \*6. 发光表面中心处红光、蓝光功率密度≥3000mW/cm<sup>2</sup>（提供检测报告）；
7. 时间设置：0 min~99 min 连续可调；
- \*8. 红蓝双色光源，高能芯片发光；照射深度≥15cm
9. 距离发光面 10cm 时最大治疗面积可达 300cm<sup>2</sup>（提供检测报告）；
10. 输出方式：红光、蓝光可以单独输出，光功率密度可调；
11. 能量设置：红光治疗强度 1~10 级可调，蓝光治疗强度 1~10 级可调，混合光治疗强度 1~10 级可调；
12. 推车式，使用万向静音脚轮；
13. 采用进口半导体固态，高亮度、长寿命、大功率芯片发光光源；
14. 采用进口大扭矩、长臂展力臂。



## (七) 股四头肌训练椅

1. 直立式外形尺寸：约 1030\*950\*1175mm
2. 平躺式外形尺寸：约 1320\*1030\*760~995mm
3. 扶手可调范围：约 0~235mm
4. 靠背前后可调：约 0~110mm
5. 脚控调节套可调范围：约 0~300mm
6. 支撑杆可调范围：约 0~100mm
7. 治疗原理：用于股四头肌肌力训练，也可进行膝关节牵引。



## （八）肌力训练套件

1. 采用磁控阻力装置，阻力调节档位： $\geq 8$  个。
2. 可实时显示训练数据，至少包括时间、圈数、热量消耗、转速等。
3. 训练器具组架，采用优质碳钢材质，可承载 $\geq 6$  件训练设备，外形尺寸约(L\*W\*H)：1240mm\*1240mm\*1833mm（ $\pm 20\%$ ）。
4. 肘关节等张肌力训练器，外形尺寸（L\*W\*H）：约 710mm\*387mm\*380mm（ $\pm 20\%$ ），最大阻力扭矩： $\geq 5\text{Nm}$ ，摇臂长度可调，调节范围： $\geq 0\sim 190\text{mm}$ 。
5. 肩关节等张肌力训练器，外形尺寸（L\*W\*H）：约 270mm\*1000mm\*480mm（ $\pm 20\%$ ），最大阻力扭矩： $\geq 5\text{Nm}$ ，摇臂长度可调，调节范围： $\geq 0\sim 160\text{mm}$ ，设备高度可调，调节范围： $\geq 0\sim 330\text{mm}$ 。
6. 转盘式肩关节等张肌力训练器，外形尺寸（L\*W\*H）：约 270mm\*1000mm\*352mm（ $\pm 20\%$ ），最大阻力扭矩： $\geq 5\text{Nm}$ ，摇臂长度可调，调节范围： $\geq 0\sim 110\text{mm}$ ，设备高度可调，调节范围： $\geq 0\sim 330\text{mm}$ 。
7. 腕关节等张肌力训练器，外形尺寸（L\*W\*H）：约 270mm\*1000mm\*407mm（ $\pm 20\%$ ），最大阻力扭矩： $\geq 2\text{Nm}$ ，摇臂长度可调，调节范围： $\geq 0\sim 110\text{mm}$ ，设备高度可调，调节范围： $\geq 0\sim 330\text{mm}$ 。
8. 上肢悬吊等张肌力训练器，外形尺寸（L\*W\*H）：约 270mm\*1000mm\*327mm（ $\pm 20\%$ ），最大阻力扭矩： $\geq 5\text{Nm}$ ，高度可调，高度调节范围： $\geq 0\sim 330\text{mm}$ 。
9. 上下肢等张肌力训练器，外形尺寸（L\*W\*H）：约 370mm\*1000mm\*507mm（ $\pm 20\%$ ），最大阻力扭矩： $\geq 5\text{Nm}$ ，高度可调，高度调节范围： $\geq 0\sim 330\text{mm}$ 。



## （九）电动起立床

1. 电动起立床安全载荷为 $\geq 180\text{kg}$  做升降和起立运动
2. 床面升降距离：450mm~800mm；
3. 电动起立床从 $0^\circ$  升至 $85^\circ$  的起立时间 $\geq 30\text{s}$ ；
4. 具备站立角度查看及调节功能： $0\sim 85^\circ$  可调，步长 $1^\circ$ ，误差 $\pm 5^\circ$ ；
5. 脚踏板调节角度最小调节角度 $\leq 75^\circ$ ，误差 $\pm 5^\circ$ ；最大调节角度为 $\geq 115^\circ$ ，误差 $\pm 5^\circ$ ；
6. 具有手动程序，可设置站立角度和站立时间；
7.  $\geq 6$ 种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间；
8. 具备站立时间设置功能： $0\text{min}\sim 60/75\text{min}$  可调，步长 $5\text{min}$ ，误差 $\pm 2\%$ ，计时结束有提示音；
9. 双电机控制床体升降及床体起立；
10. 具备紧急停止控制装置



## (十) 经颅磁刺激仪

### 硬件

1. 硬件整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准；
2. 整机通过电磁兼容性 EMC 测试；
3. 冷却系统：智能风冷液冷一体式散热系统；
4. 智能散热系统，支持 24h 持续刺激输出；当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出；
5. 标配圆形和深部两个刺激线圈，后期可根据需求增配线圈类型。
6. 提供快速切换线圈功能：长接单脉冲刺激按键 3s 完成线圈切；
7. 具备刺激线圈温度显示功能；具备刺激线圈磁场上升率显示功能，显示精度  $\pm 0.5^{\circ}$  C；
8. 刺激线圈具有磁力线控制技术，聚焦靶区，减弱对非靶区刺激干扰；
9. 标配运动诱发电位监测模块；
10. 可实时同步记录多靶肌 MEP，支持无线和有线通信；（软件截图）
11. MEP 可以用于在治疗中进行电生理安全监测，当病人发生痉挛时会发出警告声音。  
无线通讯，减少束缚；（软件截图）
12. 触控式一体机；
13. 开放式设计平台，具备延时触发功能；
14. 提供触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等；
15. 增配随动定位辅助系统，辅助刺激线圈随头部偏移而自动跟随，确保治疗过程中靶点相对位置不变，保证脉冲个数与治疗效果；
16. **随动定位辅助系统具有电子传感器来监测患者头部运动情况；**
17. 线圈支架由步进电机来控制移动并跟随靶点，而非固定式线圈支架；



18. 随动定位辅助系统中含有电动座椅，座椅角度可 180 度调节，患者可坐、可躺，治疗过程中更加舒适；

19. 随动定位辅助系统头枕高度可调，行程 $\geq 13\text{cm}$ ，满足 1.5m-1.9m 身高患者的治疗需求；

#### 主机技术指标

1. 磁感应强度： $\geq 6\text{T}$ ，允差  $\pm 5\%$ ；
2. 输出脉冲重复频率：0.01 Hz~100Hz 可调；允差 $\pm 3\%$ ；
3. 1 Hz 以下步长 0.01Hz，1Hz 以上步长 1Hz；
4. 脉冲上升时间： $50\ \mu\text{s} \pm 10\ \mu\text{s}$ ；
5. 脉冲持续时间： $340\ \mu\text{s} \pm 20\ \mu\text{s}$ ；
6. 磁感应强度变化率范围： $60\text{kT/s} \sim 90\text{kT/s}$ ；允差： $\pm 5\%$ ；

#### 运动诱发电位监测模块技术指标

1. 通道数：2 通道 MEP，可实时同步记录多靶肌 MEP；
2. 测量范围 $\geq 1500\ \mu\text{V}$ ；最小分辨率： $\leq 2\ \mu\text{V}$ ；频率范围：不窄于 20hz~500hz；
3. 示值准确度：误差不大于 $\pm 10\%$ 或 $\pm 2\ \mu\text{V}$ ；
4. 采样率 $\geq 10\text{KHZ}$ ，采样率偏差小于 1%；

#### 软件

1. 软件符合 GB/T 25000.51 软件产品质量要求与评价；
2. 治疗方案自动记忆功能，自动推选前 10 次治疗记录，减轻操作负担；记录上次治疗记录，提升临床效率；
3. 自动阈值检测及推送功能；
4. 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含 TBS 模式）、单拍成对刺激、双拍成对重复冲刺激等多种刺激模式；支持多种组合方案；内含多种专家方案，支持自定义编辑方案，供临床医生选择；
5. 支持多种神经电生理检测项目：MT 阈值检测、MEP 评估、CMCT、ICI/ICF、CSP；



6. 刺激方案具有数字和图形两种展示方式；
7. 刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到 40℃ 自动停止输出；
8. 治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位；
9. 内置痉挛声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；
10. 自动化报告生成与打印功能；
11. 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享；
12. 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。



## (十一) 减重步态训练系统

### 一、减重系统：

1. 配备手控器，可分别调节左侧/右侧减重带的上升或下降。
2. 减重带升降最大范围： $\geq 0\sim 500\text{mm}$ ，减重带最大升降速度： $\geq 5\text{m/s}$ 。
3. 悬吊袋最大宽度： $\geq 80\text{mm}$ ，悬吊袋具有调节和锁定装置。
4. 配有可伸缩式脚轮兼顾移动方便与固定稳固，安全性高。
5. 减重吊架最大承重： $\geq 130\text{kg}$ 。
6. 具备 $\geq 2$ 个减重绳，支持2名150~190cm身高的患者同时进行训练。
7. 采用单点悬吊式减重，不限制步行训练时人体正常的骨盆旋转活动，同时患者能有更大的活动空间进行平衡、上肢活动、抛接球、步行训练。
8. 配有 $\geq 2$ 个大推力电机，最大推力： $\geq 6000\text{N}$ ，满足临床减重训练需求。
9. 配有 $\geq 2$ 套吊袋，用于减重训练时进行固定。
10. 外形尺寸(L\*W\*H)：1620mm\*1200mm\*2435mm ( $\pm 20\%$ )，内宽：900mm ( $\pm 20\%$ )。

### 二、康复跑台系统

1. 跑台速度调节范围0.5~10Km/h，步进0.1Km/h。
2. 跑台坡度调节范围 $0^\circ \sim 28^\circ$ 。
3. 额定功率：1500W。
4.  $\geq 32$ 英寸触屏一体机，可直接在控制屏上设置目标心率、时间、速度和坡度等训练参数。
5.  $\geq 2$ 种训练模式，包括个人模式和医师模式，可分别进行“快速开始”和“添加训练计划”操作。
6. 配备心电模块、心率模块、呼吸模块、血氧模块和血压模块。
7. 具备用户管理和计划管理，可添加、删除、编辑用户信息，且允许用户自定义添加训练计划，制定阶段性训练方案。



8. 训练过程中，可实时训练参数，至少包含：心率动条、当前心率、平均心率、血氧饱和度、呼吸频率、训练时长、跑台坡度、跑台速度、训练里程、热量消耗卡路里值。
9. 可随时查看患者历史训练记录，至少包括：静息心率、靶心率、静息血氧、静息血压、最大心率、平均血氧饱和度、平均心率、热量消耗卡路里值。
10. 训练结束后生成的数据预览图，可显示训练过程中速度、坡度、心率、血氧数据的变化曲线，方便治疗师调整训练计划。
11. 跑台双侧具有加长安全扶手，为患者上下跑台及训练时提供支撑。
12. 跑道尺寸 (L\*W)：约 1500mm\*520mm (±10%)。
13. 整机尺寸 (L\*W\*H)：约 2120mm\*800mm\*1850mm (±10%)。



## (十二) 深层肌肉振动仪

- 1、振动频率固定为 36.7Hz，精度：±20%。振动次数：2200 次/分钟。
- 2、振动头伸缩距离恒定，振动仪振动头伸缩距离为 6.3mm，精度：±1mm。
- 3、振动头分为 5 种可选，直径分别为 15mm、20mm、25mm、30mm、35mm，精度：±1mm。
- 4、手柄直径：手柄直径 41mm，更适合亚洲人的手型。
- 5、重量≤2.5kg。

### 二、配置

- 1、主机：1 台
- 2、1.8 米 2 芯电源线 2×0.75/1.5m：1 根
- 3、电源适配器：1 个
- 4、振动头：3 个（尺寸分别为：15mm、25mm、35mm）
- 5、润滑剂（88.7ml）：1 瓶
- 6、毛巾：1 条
- 7、使用（技术）说明书：1 本



### (十三) 红外偏振光治疗仪

- 1、三路独立输出，偏振光与红外光组合，可以同时治疗三位病人。治疗臂关节使用万向节，旋转自由，定位准确；
- 2、偏振光导光系统材料采用石英光棒导光组合进口光源，有效使用寿命 $\geq 5000$  个小时；
- 3、光谱范围：集射式照射头输出光谱范围  $0.7 \mu\text{m} \sim 1.6 \mu\text{m}$ ；散射式照射头输出光谱范围  $0.7 \mu\text{m} \sim 2.5 \mu\text{m}$ ；钪灯照射头输出光谱范围  $0.4 \mu\text{m} \sim 4 \mu\text{m}$ ；三位立体照射。
- 4、连续输出功率：集射式照射头连续输出最大光功率  $1500 \times (1 \pm 15\%) \text{mw}$ ；散射式照射头输出光功率范围  $3\text{w} \sim 25\text{w}$ ；钪灯照射头输出光功率范围  $3\text{w} \sim 30\text{w}$ ；
- 5、输出模式：连续/间歇/智能模式，多种间歇模式（ $\geq 9$  种）可供选择；
- 6、输出控制： $\geq 10$  寸全触摸 LCD 屏控制，间歇输出功率控制分十档可调，步距为 10%；
- 7、治疗时间：治疗仪最大连续工作时间为 30min, 在  $1\text{min} \sim 30\text{min}$  范围内、步距为 1min 分档设置治疗时间，30min 档时误差  $\pm 10\text{s}$ ；
- 8、进口光源功率 $\geq 50\text{w}$ ；
- 9、治疗头外壳温度： $\leq 41^\circ\text{C}$



## (十四) 微波治疗机 (单路)

- 1、工作频率为 2450MHz。
- 2、输出功率：理疗功率 0-99W，连续可调。
- 3、时间设置：0~30 分，
- 4、调节步进：功率与时间调节步进分为 1 和 10 两种调节方式。
- 5、主机采用一体化豪华型推车机柜。
- 6、辐照器：圆形直径 $\geq 150\text{mm}$ 、马鞍形 $\geq 360\text{mm} \times 120\text{mm} \times 60\text{mm}$ 。
- 7、安全性：具有功率自适应和功率加强保护功能。（通过第三方软件检测）
- 8、照射器：配有三维照射器。
- 9、输出线：理疗线两端须有防折断保护设计。



## （十五）6 分钟步行实验

### 重症加速康复系统（1套）

1. 管理正在进行康复治疗的患者信息的列表，新建患者信息也是在此模块进行，另外，此块还包括根据相关条件进行搜索的功能。
2. 适宜技术库用于设置运动处方中的相关信息及参数，涵盖了多种运动具体形式，包含有氧、徒手及肢体的具体环节，院方也可用过该功能定制本医院的特色方案。
3. 可支持物联网数据对接，支持不同厂家医疗设备的数据抓取，包括但不限于：运动心肺、人体成分、动态血压、动脉硬化、多参数监护、有氧运动设备、体外反搏等（提供证明材料）
4. 康复模板库用于指定 I 期康复模板，操作者在此处规定模板所包含的阶段：术前、术中、术后；制定每个阶段所要完成的康复医嘱：所要完成的康复活动、患者教育、护理措施、实验室检查、量表评估、器械评估、液体管理以及用药等项目。（提供证明材料）
5. 设备管理用于对血压、肺功能仪、床旁踏车等康复、监护设备的管理，同时操作者可在此处完成设备与患者的绑定，查看该设备最新的异常数据记录。
6. 具有功能评估项目。
7. 可支持心肺康复中心其他设备的质控管理和数据分析管理：如心肺康复中心相关的数据汇总报告，患者基本信息、心肺评估数据、量表评估数据、实验室检查信息、六分钟步行试验结果统计、体外反搏数据分析管理（提供证明材料）
8. 静态肺功能评估，可以评估病人的静态肺功能数据。
9. 术前麻醉评估术前对患者的麻醉难度和麻醉风险进行评估，便于制定患者的术中麻醉方案，技术后的麻醉恢复方案。
10. 疼痛评估：评估患者的疼痛位置、疼痛类型、疼痛程度，为术后的疼痛管理提供依据。



11. 深层静脉血栓风险评估：评估患者生成静脉血栓的风险程度，为术后的护理措施的制定、床旁康复方案的制定提供依据。
12. 医学量表涵盖心血管和心理评估的专业医学量表，可以给临床使用或做科学研究，如 GAD7，PHQ9，NYHA 心功能分级、SF36 等多张量表。
13. ERAS 术后康复管理包含了术前、术中、术后方案的制定以及每阶段康复方案的执行情况的记录和临床决策建议。
14. 方案制定：医生可调用大量的方案模板，在模板的基础上根据患者的实际风险因素、术前评估、医学量表的结果，制定患者每阶段的康复任务、护理措施、评估项目、用药计划以及患者教育的内容，生成针对该患者的定制化康复方案。
15. 方案执行：将制定好的康复方案按类别进行分类，以流程的形式执行康复方案的具体内容，方案的执行结果同步保存，并会根据患者的执行结果数据生成报告。
16. 治疗记录：记录康复治疗过程中的相关治疗方式的具体数据。
17. 液体管理：无创的血流动力学监护技术，可以连续实时监测患者的心排、前负荷、后负荷、心肌收缩力和心功能等反应左心和体循环功能的参数，利用这些参数可以直观地观察到液体、大分子晶胶体、血管紧张素、心肌正向肌力药物的使用效果，并以此跟踪治疗方向和优化治疗方案。（提供证明材料）
18. 运动记录：记录患者通过运动器械、床旁康复器械进行训练时的参数，包括训练时的器械负荷以及患者的生理指标。（提供证明材料）
19. 康复进展报告—记录病人康复过程中的各项数据，提供各时间段的对比功能，方便医生查看患者的康复情况。
20. 康复进展报告：记录病人每次的重点检查报告数据情况，从中可看出康复进展情况。
21. 居家指导功能：可将医生制定的居家康复建议方案推送患者手机，并打印详细的居家康复建议方案
22. 评估盒子 APP 对应于系统 PC 端的移动应用。涵盖心血管和心理评估的专业医



学量表，可以给临床使用或做科学研究。

23. 一期康复 APP 主要是便于患者在根据医生制定的处方后，进行实际的康复训练过程中，对数据进行的实时上传和准确遵循处方的记录。制定好的运动方案会同步显示在 APP 上，医生可以在今日患者里找到当日需要进行康复训练的患者，点击相应患者可以看到该患者所要执行的具体康复训练任务以及相应的康复医嘱，操作者（医生、护士、康复治疗师）可按步骤执行。APP 还提供了监护的功能，可同时监护多名患者的心电、血压、血氧数据，康复运动中的数据会同步保存到该条运动记录中。（提供证明材料）

24. 徒手评估 APP 徒手评估在心脏康复实践中能够满足基本评定需要，对于缺少心脏康复评估器械的医疗机构，徒手评定可减轻其心脏康复项目的起步和发展压力，对于基层康复机构则可作为常规评定手段。徒手评估 APP 包含 11 项徒手评估内容，为患者测试提供帮助，测试结束后数据上传系统，为制定相应康复计划提供依据。（提供证明材料）

25. 健康问诊 App 协助医生和护士完成患者的初步问诊环节，记录患者的用药史、病史、危险因素等。

26. 通过受试者 6 分钟内可步行最大距离来评估患者心肺功能；可通过云端系统管理测试数据。

27. 记录患者的基本信息, 病史记录, 用药记录, 生活方面信息和家族病史等相关信息。

28. 6 分钟记录要求：通过计时进行测试，可完整记录病人 6 分钟试验过程中的血氧饱和度、心率等指标，并在移动端实时同步显示监测数据。

29. 获取操作人（医生/治疗师/护士）和病人信息/获取病人列表。

30. . 监测患者测试过程中心率情况，支持病人登记，档案管理，对异常的生理信号进行报警。

31. 上传报告功能：测试结果可自动上传到康复管理系统，生成报告文件。



32. 智能结果提示，根据患者运动情况自动开具运动处方建议，可打印评估测试报告。

33. 支持云端数据管理，可在线管理多个患者数据

34. 可支持上下级转诊：总院-分院康复数据统一管理，一键把患者原始数据传输给下级医院，下级医院一键上传把患者原始数据传送给上级医院，支持远程合作医生，运动处方制定的审核，数据质量的采集和评定，远程医教平台、提高基层医生的临床能力（提供证明材料）

35. 支持区域大数据中心呈现：总院-分院心康相关的数据汇总；大数据展示和分析，心肺数据、量表评估数据、运动处方数据、基线数据等数据的导出以支持科研分析（提供证明材料）

36. 运动健康管理手表支持三期康复远程居家管理，和大系统无缝对接，通过系统运动处方下发到手表推送和提醒、推送到智能手表

#### **硬件参数:三合一动态生命体检测仪（一台）**

##### 1 心电

1.1 显示和打印出采集过程中任意时刻的心电波形

1.2 导联方式 标准 12 导联

##### 2 血压

2.1 具备血压数据回顾和打印报告功能

2.2 测量方式：示波法

2.3 测量范围：压力：0 ~ 297mmHg

2.4 分辨率：压力：1 mmHg (0.133 kPa)

2.5 精度：静态压力：±3 mmHg (±0.4 kPa)

2.6 误差：平均差不超过±5mmHg (±0.67 kPa)

2.7 标准偏差不超过 8mmHg (1.067 kPa)

##### 3 血氧



- 3.1 血氧饱和度测量范围 0 % ~ 100 %
- 3.2 脉率测量范围 30 bpm (次/min) ~250 bpm (次/min)
- 3.3 血氧趋势图回顾和打印功能
- 4 便携可穿戴设备;
- 5 无线传输, 实时监测, 实时显示十二导心电图、血压、血氧;
- 6 适用专业测评报告, 综合评估运动耐力, 输出运动处方;
- 7 适用多通道同步监测, 集中管理。

#### 上下肢训练仪 (2套)

1. 智能主被动一体康复机由电机驱动, 可供患者同时进行上肢和下肢的肢体运动功能训练;
2. 带有大屏显示, 使得设备操作简便且显示直观;
3. 采用大面积橡胶脚垫及加厚 4mm 全钢骨架设计, 结构稳定、可靠;
4. 采用直流大扭矩电机, 运行及运动模式转换安静、平稳、流畅;
5. 全方位防痉挛传感器保护, 缓解痉挛, 并避免使用时的二次伤害;
6. 内置智能芯片组件, 自动识别用户使用状态并自动切换适合用户的操作模式;
7. 主动模式、被动模式、助动模式(智能模式)等三种模式可根据病人情况自由转换;
8. 默认主动训练模式, 用户可一键操作以保证使用的安全和便捷;
9. 痉挛判断等级 12 级可调, 适应各类患者并保障安全及训练的有效性;
10. 助动模式, 可自动适应用户的主动或被动训练需求, 无须人工操作干预, 提供用户最佳的使用体验;
11. 主动训练时, 阻力可调, 并可根据运动速度的快慢, 自动调节阻力大小;
12. 训练过程中, 具备运动方向转换功能, 满足不同方向的训练需求;
13. 具有智能痉挛识别程序, 避免运动过程中出现不必要运动损伤;
14. 识别出痉挛后自动反向运动缓解痉挛, 保障患者安全及治疗的连贯性;



15. 被动运动中，运动速度 10 — 60 转/分钟可调，可调精度 1 转；
16. 运动中，阻力范围 1 — 12 档可调；
17. 主被动运动中，痉挛等级 1 — 12 档可调；
18. 主动运动不受时间影响：被动运动时间 0— 30 分钟 (min) 可调，可调精度 1 分钟 (min)。

### **呼吸康复训练仪（1 台）**

1. 训练强度可调节—可设置为 1-10 级以增加/降低负荷强度；
2. 液晶显示屏，训练过程数据实时显示，训练过程中实时显示各项训练数据；
3. 激励式可量化界面：动画训练界面，清晰评估每次训练成效；
4. 训练历史记录—显示过去训练的历史记录，包括一组训练的训练次数、流速、吸气量等指标；
5. 呼吸训练小程序—通过蓝牙连接平板或电视，实现实时训练监测和结果查看；
6. 动画式训练界面，语音智能播报，充分调动患者参与积极性，激励患者持续锻炼；
7. 支持数据结果和上传管理平台，实现呼吸慢病的全程管理
8. 流速精度：±10%或者±0.2 L/s，取其大者；容积精度：±3%或者±0.3L，取其大者；压力精度：±3%
9. 可以与重症加速康复系统无缝对接（提供证明材料）

### **便携式肺功能仪（1 套）**

1. 测量患者呼出或吸入的气体流量及容量，根据容积-时间曲线和流量-容积曲线，分析得出人体呼吸生理的肺通气指标, 便携式设计。  
检测显示参数包含：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol. ex、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%(MMEF)、FEV1/FVC、V backextrapol. ex% FVC
2. 流量传感器：筛网式压差传感器；  
流量测量范围：(0~14)L/s；流量精确范围：±10%或 0.17 L/s，取其大者



容量测量范围：(0~8)L；容量精确范围：±3%或者±0.05L，取其大者

气流阻力：流量测量范围内小于 0.35Kpa/(L/s)

频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大者

2. 软件功能：用力肺活量测试程序，包括：流量-容积曲线展示、容积-时间曲线展示，用力肺活量展示参数。根据报告样式模板预览报告、生成报告、打印报告。

3. 配备肺功能检查系统软件，数据及图像输出可通过 USB、蓝牙方式传输。

4. 可通过数据传输模块将测量数据同步到重症加速康复管理系统，让医生实现远程查看测量结果；也可以导出 Excel 格式的历史检查数据。

**质保服务：因此项目设备逐步购入，后期的设备连接、调试和培训，由中标方和厂家终身免费负责。**



## (十六) 控温毯

1. 设备可降温也可升温，具有一机两用功能；
2. 微机自动控制系统，控温精确可靠；
3. 进口的测温芯片和防溢水的快速拔插接头；
4. LED 大屏幕液晶显示，全中文提示；
5. 低噪音磁力水泵和风扇；
6. 具有缺水、超温、探头离体、故障报警提示功能；
7. 水毯采用 TPU 材料，可单毯、双毯、四毯同时使用，提高工作效率；
8. 主机带双通道输出，每路通道均可以分别控制温度；
9. 设备采用体温 and 毯温双重自动控制系统，可分别控制主机降温工作；
10. 降温时，毯面最低温度 $\geq 1^{\circ}\text{C}$ ，毯温控制温度  $1^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$  范围内连续可调；  
升温时，毯面最高温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ，毯温控制温度  $32^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$  范围内连续可调；
11. 降温速率:空载平均  $1^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ ；
12. 升温速率:空载平均  $1^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ ；
13. 整机功率 $<700\text{VA}$  噪声 $<60\text{dB}$ ；
14. 工作方式: 连续；
15. 增配可重复使用的水毯、冰帽各 4 个。



## 第五章 评标办法

### 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；
- (4) 向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

### 2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。



## 3. 评标程序

## 3.1 资格审查

资格审查表

序号	审查因素	审查标准
1	具有独立承担民事责任的能力；	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	<p>①以投标截止时间点投标人未列入“信用中国” &lt;www.creditchina.gov.cn&gt;网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网” &lt;www.ccgp.gov.cn&gt;网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；</p> <p>②近6个月内任意3个月银行资信证明或上一年度（2022年度）经审计的财务报告（提供任一项即可，自然人无需提供）。新成立企业仅需提供近6个月内任意3个月银行资信证明即可。新成立企业是指：营业执照申领时间至投标截止时间未满一年的企业。</p>



3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	须提供：①相关设备设施购置发票或单据或承诺函（提供任一项即可）； ②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或承诺函（提供任一项即可）。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	须提供：①近6个月内任意3个月已依法缴纳税收的凭据，自然人无需提供；②近6个月内任意3个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，自然人无需提供）。
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	须提供：承诺函（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）。
6	法律、行政法规规定的其他条件；	须提供：承诺函（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）。
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	须提供：承诺函（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）。
8	所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；	须提供：合格有效的相关证明材料。
9	本项目不接受联合体。	无需提供任何证明材料。
注：如果资格性审查有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。		

3.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。



符合性审查表

序号	审查标准
1	按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容；
2	投标文件按招标文件要求签署、盖章；
3	按照招标文件的规定提交投标保证金；
4	报价未超过招标文件中规定的最高限价，任何有选择的报价或有附加条件的报价，视为无效报价；
5	供货期、质保期、投标有效期、质量标准符合招标文件要求；
6	投标文件不存在采购人不能接受的附加条件。

注：如果符合性审查中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.2.1 在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。



3.5 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1 评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 项目概况、开标日期和地点；
- (2) 参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评审因素和评分标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选人排序。

#### 4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4 评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5 评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

序号	1	2	3
评审因素	投标报价	技术、商务部分	合计



权重	30%	70%	100%
----	-----	-----	------



## 商务、技术部分评审标准（70分）

评审	序号	评审项目	分值 (70分)	评审标准
商务部分	1	同类业绩	10分	投标人近三年（2021年01月01日-至今）完成的类似业绩进行评审，一项得5分，最高得10分； 【须提供采购合同，业绩认定日期以合同签订日期为准】。
	2	认证证书	2分	投标人或所投产品制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分。 【须提供有效证书的证明材料，并在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）可查询，否则不予认可】。
	3	项目负责人	2分	项目负责人具有相关职业或执业或职称证书的，得2分。 【须提供项目负责人身份证、相关证书等证明材料，否则不予认可】。
	4	拟配备人员	2分	拟配备人员（不含项目负责人）具有相关职业或执业或职称证书，每提供一人得1分，满分2分。 【须提供拟配备人员（不含项目负责人）身份证、相关证书等证明材料，否则不予认可】。
技术部分	5	质量保障及技术参数的符合程度	20分	根据“技术需求偏离表”进行评分，基础分20分。其中*项“负偏离”一项扣2分，非*项“负偏离”一项扣0.25分，扣完为止。 【*项投标人需提供与产品技术参数相关的证明材料（如产品检测报告或鉴定证书或制造商产品彩页或制造商官网截图或制造商技术白皮书或制造商产品说明书或彩色实物照片等证明材料，不提供或不清楚，不予认可）。 非*项除“第四章项目采购需求”明确须提供相关证明材料的以外，其余以“技术需求偏离表”中“响应情况”栏和“偏离情况”栏填写内容为准】。
	6	售后服务体系	14分	售后服务体系包括：（1）售后服务承诺；（2）售后服务总体设计；（3）售后服务原则和体系；（4）售后服务时间响应级问题解决措施；（5）拥有完善的售后服务保障体系；（6）针对本项目设有专业维修人员；（7）备用机保证。 【以上方案内容最详尽、最科学性、最合理一项得标准分2分，其余每项依次递减0.5分，扣完为止，满分14分】。



技术部分	7	培训方案	4分	培训方案包括：①培训方式；②培训目标；③培训人员；④培训内容。 【以上方案内容最详尽、最科学性、最合理一项得标准分1分，其余依次递减0.25分，扣完为止，满分4分】。
	8	配送及安装验收方案	4分	配送及安装验收方案包括：（1）运输、包装、搬运、装卸方案；（2）安全运输保障；（3）安装调试方案；（4）验收方式、标准、按时交付验收措施。 【以上方案内容最详尽、最科学性、最合理一项得标准分1分，其余依次递减0.25分，扣完为止，满分4分】。
	9	质量保证措施	4分	质量保证措施包括：（1）货物质量保证措施；（2）检验、试验质量保证措施；（3）包装、运输质量保证措施；（4）交货质量保证措施。 【以上方案内容最详尽、最科学性、最合理一项得标准分1分，其余依次递减0.25分，扣完为止，满分4分】。
	10	零配件保障	4分	零配件保障包括：（1）需要更换设备的零配件情况；（2）备件情况；（3）生产年限（如提供的备品备件生产时间早于设备生产时间，视为无效零配件）；（4）零配件质量承诺。 【以上方案内容最详尽、最科学性、最合理一项得标准分1分，其余依次递减0.25分，扣完为止，满分4分】。
	11	应急服务响应与处理方案	4分	应急服务响应与处理方案包括：（1）保证供货应急预案；（2）产品质量问题处理预案；（3）运输应急预案；（4）服务响应预案。 【以上方案内容最详尽、最科学性、最合理一项得标准分1分，其余依次递减0.25分，扣完为止，满分4分】。



## 报价部分评审标准（30分）

序号	评标项目	评分标准
1	投标报价	<p>满足招标文件要求且投标报价最低的投标的价格为评标基准价，其价格分为满分，项目评标过程中，不得去掉投标报价中的最高报价和最低报价。</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p>
政府 采 购 政 策 说 明	中小企业	<p>根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次政府采购标的所属行业的划型标准（招标文件载明的行业），符合条件的中小企业须提供招标文件提供格式的《中小企业声明函》。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，执行价</p>



	<b>格评审优惠的扶持政策。</b>
监狱企业	根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同中小企业。
福利企业	根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同中小企业。
特别说明	<p>（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下称《办法》）规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。采购项目或者采购包中，大型企业提供的的所有采购标的均为小微企业制造的，可享受价格评审优惠政策。</p> <p>（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业扶持政策。</p> <p>（3）货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财</p>



		库〔2022〕19号)文件规定,小微企业报价给予10%的扣除优惠。
--	--	-----------------------------------

4.5.1 投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分,结果保留两位小数。

## 5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后,除因重大变故采购任务取消情况外,不得擅自终止招标活动。

终止招标的,采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告,以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人,并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的,采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内,退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

## 6. 定标

6.1. 定标原则:本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单,按顺序确定中标人。

### 6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告,推荐中标候选人,并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法,评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人,采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告,同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。



**7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：**

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

**8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：**

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。



8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。



## 第六章 拟签订的合同文本

(仅供参考, 具体合同条款以最终签订为准)

委托方(甲方): 乌鲁木齐市中医医院

所在地: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

法定代表人(委托代理人):

项目联系人: 王老师

通讯地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 590 号

联系电话: 17799759592

电子信箱:

委托方(乙方):

所在地:

法定代表人(委托代理人):

项目联系人:

通讯地址:

联系电话:

电子信箱:

受托方(丙方):

所在地:

法定代表人(委托代理人):

项目联系人:

通讯地址:

联系电话:

电子信箱:



根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定，在政府采购管理办公室的监督管理下，甲方按照政府采购程序进行采购，确定丙方为成交投标人。经甲、乙、丙三方平等协商，达成以下协议（附件“合同条款”内容构成本合同不可分割的部分），并由三方共同恪守。

**第一条** 甲乙双方共同委托丙方承担：乌鲁木齐市中医医院 2023 年中医传承项目医疗设备采购（六包）项目中所列的物资供货事项。

**第二条** 甲乙双方委托丙方的主要供货内容：采购\_\_\_\_\_。

上述供货内容涉及的产品名称、生产厂家、品牌、规格、型号、数量、单价、总价等详见本合同附件（由合同各方共同签字确认）。

**第三条** 物资质量标准：（以投标人投标文件标准为准）。

**第四条** 物资供货时间：自本合同签订生效之日起 21 个日历日，即\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

**第五条** 物资供货地点：\_\_\_\_\_。

**第六条** 物资收货单位：\_\_\_\_\_。

**第七条** 丙方应按以下进度完成委托事项，提交工作成果：丙方按照甲乙双方要求在合同规定的交货时间将货物全部送达交货地点，如不能将合同货物按时全部送达交货地点。交货具体要求详见合同附件。

**第八条** 合同金额及付款方式

（一）本合同总金额（含税）为人民币\_\_\_\_\_元（大写：整）。

（二）合同各方明确，上述合同总额为丙方按照招标采购和本合同约定的时间期限、交付地点，完成全部货物供应，按合同约定经甲方、乙方以及甲方指定接收单位验收合格发生全部费用支出。包括货款、包装费、运输费、装卸费、税费、保险费、第三方质量检测费等全部技术和售后服务费用支出，如无其他书面约定，甲方、乙方不再向乙方支付其他任何费用支出。



(三) 合同签订后, 丙方向甲方提供等额正规税务发票, 甲方向乙方按照约定比例预付\_\_\_%合同价款, 计人民币\_\_\_\_\_元(大写: \_\_\_\_\_); 剩余\_\_\_%货款, 由甲方代表、乙方代表、丙方和收货单位四方对丙方交付货物(物资)书面验收合格后, 丙方向乙方提供等额正规税务发票, 10个工作日内由乙方一次付清。

(四) 丙方在本项目招标采购成交结果公告发布之日起3个工作日内(本合同签订前)以银行保函向采购人(甲方及乙方)提供合同总金额5%的履约保证金。银行保函中需明确, 发生扣除履约保证金的情形时, 由甲方或者乙方委托代理人直接向银行发函, 担保银行见函即付。

甲方账户名称:

开户银行及账号:

乙方账户名称:

开户银行及账号:

丙方账户名称:

开户银行及账号:

**第九条** 本合同签订即具有法律效力, 三方须严格遵守, 如有一方违约, 违约方必须承担违约责任, 并赔偿其余两方因此而遭受的全部损失。

丙方如不能将合同货物按时全部送达交货地点, 每逾期一天按逾期交货货款金额的0.5%支付违约金, 甲、乙方有权从应付货款中扣回。

丙方交付货物如不符合招标采购及本合同约定质量标准, 尚未接收的, 甲方、乙方及收货方有权拒绝收货, 并要求丙方重新发货并按合同约定承担相应逾期责任。甲方、乙方及收货方已经验收收货的, 有权要求丙方按照国家法律规定承担相应的质量保证责任, 包括赔偿因此给甲方、乙方以及相关第三方造成的全部损失。

本合同一方违约, 除按合同约定承担违约金, 赔偿守约方损失外, 还应当承担守约方为主张合法权益发生诉讼费、律师费、保全保险费、执行费、邮寄费、交通费等全部费用支出。



**第十条** 本合同载明的各方（包括联系人）地址、电话、邮箱等联系方式，系各方的有效联系方式，如发生变更，应提前 3 日书面告知对方。否则一方按照本合同约定联系方式或各方工商登记备案的地址、邮箱等任一联系方式给另一方发出相关文书（包括诉讼、仲裁各阶段相关法律文书）的，邮政信函于投寄之日起第三日或退回之日即视为已送达；派人专程递送的，签收日视为送达；以邮箱、彩信、短信及其他方式发出的，发出之日即视为送达。

**第十一条** 本合同的所有方面均应适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。三方因本合同所引起的或与本合同有关的任何纠纷或争议（包括关于本合同条款的存在、效力或终止，或无效之后果），应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下方式处理：依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

**第十二条** 本合同未尽事项，由三方另行约定签订书面补充协议，并作为本合同组成部分，具备同等法律效力。

**第十三条** 本合同经三方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效。本合同壹式壹拾份具有同等法律效力。其中甲方执肆份，乙方执肆份，丙方壹份，壹份由丙方在合同签订后两个工作日内交新疆拓源工程管理咨询有限公司备案。

**甲方（盖章）：**

法定代表人/委托代理人：

日 期： 年 月 日

**乙方（盖章）：**

法定代表人/委托代理人：

日 期： 年 月 日

**丙方（盖章）：**

法定代表人/委托代理人：



日期： 年 月 日

附件

## 合同条款

根据乌鲁木齐市中医医院 2023 年中医传承项目医疗设备采购（六包）项目中标结果，依据中标通知书确定的中标单位和中标金额签订本合同。甲乙丙三方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，以及本采购项目供货物资的技术标准、供货价格和交货验收、售后服务、质量保修责任等。经平等协商达成合同条款如下：

**第一条 标的内容**

1. 甲乙双方从丙方采购的物品内容（金额单位：人民币元）

货物名称	商标或品牌	规格及型号	生产厂家	数量	单价	总金额	交货时间

2. 合同总金额人民币 \_\_\_\_\_ 元（大写：\_\_\_\_\_ 整）。

3. 本合同价格包括货物金额及运输、第三方损害赔偿保险、质量检测等费用，是在交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、培训等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

**第二条 组成本合同的有关文件**

本采购项目招标、投标文件，属于本合同的相关文件，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：1、甲方的招标文件和丙方提供的投标文件；2、供货一览表；3、采购项目采购需求；4、投标承诺；5、服务承诺；6、中标通知书；7、甲乙丙三方商定的其他文件。



### 第三条 交货

1. 丙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险等一切相关的费用由丙方承担。

2. 丙方应办理合同货物从出厂至交货移交期间的保险，保险应按照发票金额的110%办理“一切险”。即便若实际办理的保险与该要求存在不一致的情形，相关的风险亦均应由丙方承担。

3. 货物应运至甲方指定地点，由甲乙双方收货单位负责验收并入库，货物清点及验收时甲乙丙三方应派人员参加，乙、丙方如不能参加验收，应认可甲方作出的验收结论。

4. 货物运抵现场交付甲方，该日期为交货日期。

5. 丙方应在货物运到甲方地点前一天通知甲方收货单位收货验收。

6. 丙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则丙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 交货日期：自本合同签订生效之日起 个日历日。

8. 运输方式：乙方自定。

9. 交货地点：。

### 第四条 包装和标识

(一) 丙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且丙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，确保合同货物安全无损地送达交货地点。

(二) 包装及标识：

(三) 提供以上货物生产单位名称、产品名录、产能、厂址、法人及联系人、通讯联络方式等信息。



(四) 凡由于丙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物卸车前管理不善, 致使合同货物遭到损坏或丢失, 丙方应负责免费修理或更换, 并承担由此给甲乙方造成的一切损失。

### **第五条 检验标准、方式和结果认定**

(一) 检验标准: (以招标文件技术要求为准)

(二) 检验方式: 入库检验, 包括入库外观检验和入库质量检验。

1. 入库外观检验: 在产品运抵甲方指定地点后, 由收货单位进行入库外观检验, 即对货物进行数量清点和产品外包装等外观检验。收货单位在丙方交货后 3 个工作日内完成入库外观检验工作。对于外观检验判定不合标准的物资, 收货单位应视情责令丙方全部修理或调换。待物资重新检验合格后, 方可将物资入库。

2. 入库质量检验: 在产品运抵甲方指定地点后, 甲方依据本条第一款规定的检验标准和方式进行质量检测。对于抽检判定不符合标准的物资, 甲方有权视情责令丙方全部修理或调换。如果经修理、调换仍不能满足合同的要求, 甲方将拒绝支付合同货款。丙方不能修理或者不能调换的, 或者货物质量出现严重问题经修理后仍无法满足合同要求的, 甲方有权解除合同、拒绝支付合同货款, 同时将提请政府采购监督管理部门将其列入不良记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并将处理决定在相关政府采购媒体上公布, 同时丙方应承担相应的违约责任。

#### **3. 入库检验的其他约定**

(1) 对于未能按照合同约定时间交货的丙方, 收货单位应要求丙方向甲方提供逾期交货申请, 经甲方批准后方可进行物资入库检验程序。

(2) 物资检验合格并全部入库后, 收货单位填写并出具入库验收单, 丙方凭入库验收单和其他必要材料文件到乙方领取合同余款。

① 甲方组织的专业检验机构在例行行业抽检过程中, 如发现丙方提供的产品存在质量问题, 丙方应承担相应法律责任。



② 本合同各相关条款中凡与丙方责任或义务相关及由丙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、装卸、检验、服务、维修等，以及保险、税费等，均应当由丙方承担。

## **第六条 技术服务和保修责任**

1. 丙方对合同货物的免费质量保修期为入库验收合格后3年，5年内第一次使用出现质量问题免费维修，并提供终身成本维修维护。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。

2. 丙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务。

3. 在合同货物免费保修期内，如果由于丙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲乙双方造成损失，丙方应负责赔偿。

4. 对于合同货物的其他售后服务内容：（以招标文件技术需求及丙方投标响应内容为准）。

## **第七条 转让和分包**

1. 丙方不得部分转让或全部转让其履行的合同项下责任和义务。

2. 丙方不得将合同分包给他人。

## **第八条 违约责任**

1. 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2. 若丙方未如期按照合同约定的任何及/或全部款项内容之要求交付合同货物及/或提供服务、补足及/或更换货物且符合要求，或丙方未能履行合同规定的任何



其他义务时，甲方有权直接向丙方发出违约通知书，丙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

(1) 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

(2) 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，丙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

(3) 根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

(4) 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

(5) 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

(6) 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由丙方承担。

3. 如果丙方在收到甲/乙方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲/乙方选择的方式承担违约责任，则甲/乙方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲/乙方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲/乙方有权向丙方提出不足部分的赔偿要求。

4. 延期交货的违约责任详见合同。

5. 若发生上述情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额 5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部



损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约及/或赔偿责任。

6. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

7. 若丙方通过协议、设立控股或分支机构或其他方式就供货及/或服务与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其他关系、相关权利义务等均由丙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，丙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，丙方与该等机构二者对甲方、乙方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而丙方依据本合同原所应承担的对甲方、乙方、用户及/或第三方的责任均并不因此被减、免。

8. 本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。任何情况下，均将严格遵守法律法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对采购人、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。

### **第九条 不可抗力**

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

3. 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽



可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成相关损失承担责任。

4. 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

### **第十条 联系方式**

1. 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2. 合同三方发出的与本合同有关的通知或回复应发至合同中注明的通讯地址，付款或收款应使用本合同中注明的账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3. 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

### **第十一条 合同的解释和法律适用**

1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律法规以及通常的理解进行。

2. 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3. 对本合同的任何解释均应以书面作出。

4. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律法规的有关规定。

### **第十二条 合同的终止**

1. 本合同因下列原因而终止：

1) 本合同正常履行完毕；



- 2) 合同双方协议终止本合同的履行；
- 3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4) 任何一方行使解除权，解除本合同。

2. 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

### **第十三条 法律适用**

1. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律法规的有关规定。

2. 在本合同履行期间，因中国法律法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

### **第十四条 权利的保留**

1. 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2. 如果本合同部分条款依据现行有关法律法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

### **第十五条 争议的解决**

1. 合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则详见合同争议的解决内容。

2. 在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。



## **第十六条 合同的补充、修改和变更**

1. 双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2. 对本合同的补充、修改或变更以书面形式进行，补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
3. 双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

## **第十七条 监督和管理**

1. 合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案；
2. 甲乙丙三方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。



## 附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法

### 政府采购促进中小企业发展管理办法

**第一条** 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

**第二条** 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

**第三条** 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

**第四条** 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。



在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**第五条** 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

**第六条** 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；



(四) 框架协议采购项目；

(五) 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

**第七条** 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

**第八条** 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

(一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

**第九条** 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价



格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

**第十条** 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

**第十一条** 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小



企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

**第十二条** 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

**第十三条** 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。



**第十四条** 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**第十五条** 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

**第十六条** 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

**第十七条** 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

**第十八条** 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。



**第十九条** 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

**第二十条** 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

**第二十一条** 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

**第二十二条** 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。



**第二十三条** 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

**第二十四条** 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

**第二十五条** 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。



附件2：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

**关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知**

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

**一、严格落实支持中小企业政府采购政策。**各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

**二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。**货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型



企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

**三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。**400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022 年下半年面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上。发展改革委同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于 2022 年 6 月 30 日前将落实情况汇总报财政部。

**四、认真做好组织实施。**各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。

财 政 部

2022 年 5 月 30 日



附件3：关于印发中小企业划型标准规定的通知

**关于印发中小企业划型标准规定的通知**

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

**中小企业划型标准规定**

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采



矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

#### 四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下



的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入



100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。



(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。



七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。