

阿克苏地区第二人民医院采购数字血管 造影机（DSA）球管项目

单一来源采购文件



新疆卓环
Xinjiang Zhuohuan

项目编号：分 2024-01-61

采 购 人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

招标机构：新疆卓环项目管理有限公司

时 间：2024 年 2 月



单一来源采购文件

项目名称:阿克苏地区第二人民医院采购数字血管造影机 (DSA)球管项目

采购人(公章):新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

法定代表人(签字或盖章):

联系人: 来兴元

电话: 0997-2556667

采购代理机构(公章):新疆卓环项目管理有限公司

法定代表人(签字或盖章):

联系人: 张建伟

电话: 15292348006

联系地址:阿克苏市凤泉河畔西区3号楼2504室

时间: 2024年2月



目 录

第一章 单一来源采购公示	1
第二章 供应商须知	3
第三章 技术规格、参数与要求	13
第四章 评标办法（单一来源协商）	15
第五章 单一来源响应文件格式	18
第六章 采购合同格式	28

第一章 单一来源采购公示

阿克苏地区第二人民医院采购数字血管造影机 (DSA)球管项目单一来源采购公示

来源: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 发布时间: 2024-01-03 浏览次数: 167

一、项目信息

采购人: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区行政公署办公室
项目名称: 阿克苏地区第二人民医院采购数字血管造影机 (DSA)球管项目
拟采购的货物或服务的说明:

标的名称: 采购数字血管造影机 (DSA)球管
数量: 1
预算金额(元): 800000
单位: 台
货物或服务的说明: 详见采购文件及需求

拟采购的货物或服务的预算总金额 (元): 800000

采用单一来源采购方式的原因及说明: 我单位西门子数字血管造影机 (DSA)球管已损坏, 机器无法使用, 严重影响医院检查业务正常开展。球管是设备最重要的核心部件, 也是专机专用球管。因球管是西门子公司独家生产, 与主机一同注册, 融合了厂家顶尖技术, 目前国内无任何替代品, 为使设备尽快恢复, 确保医疗设备兼容性与匹配性, 减少医疗纠纷, 拟从西门子公司采购该球管。

二、拟定供应商信息

名称: 西门子医疗系统有限公司
地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区英伦路38号五层516室

三、公示期限

2024年01月03日至2024年01月10日

四、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日, 供应商对该项目拟采用单一来源采购方式及其理由和相关需求有异议的, 可以在公示期限内 (截止时间为本公示发布之日起后的第6个工作日), 以书面形式向采购人及同级财政监管部门提出异议。

五、联系方式

- 采购人信息
联系人: 来兴元
联系电话: 18167715208
联系地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市文化路42号
- 财政部门
联系人: 宁习羽
联系电话: 0997-2123301
联系地址: 阿克苏市文化路28号 (地区综合办公区)
- 采购代理机构 (如有)
联系人: /
联系电话: /
联系地址: /

六、附件

专业人员论证意见 (格式见附件)

附件信息:

[数字血管造影机 \(DSA\)球管专家论证.pdf](#) 2.1 M

阿克苏地区第二人民医院采购数字血管造影机 (DSA)球管项目澄清 (修改) 公告

来源: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

发布时间: 2024-01-04

浏览次数: 56

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: eyycd-2023-04

原公告的采购项目名称: 阿克苏地区第二人民医院采购数字血管造影机 (DSA)球管项目

首次公告日期: 2024年01月03日

二、澄清 (修改) 信息

澄清 (修改) 事项: /

澄清 (修改) 内容:

序号	澄清 (修改) 项	澄清 (修改) 前内容	澄清 (修改) 后内容
1	采购人	采购人: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区行政公署办公室	采购人: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

澄清 (修改) 日期: 2024年01月04日

三、其他补充事宜

/

四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院

地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市文化路42号

联系方式: 18167715208

2. 采购代理机构信息

名称: /

地址: /

联系方式: /

3. 项目联系方式

项目联系人: /

电话: /

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容 规 定
1	<p>综合说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 项目名称：阿克苏地区第二人民医院采购数字血管造影机（DSA）球管项目 2) 采购内容：采购数字血管造影机（DSA）球管，详见单一来源采购文件及清单 3) 采购预算：80 万元 4) 项目编号：分 2024-01-61 5) 供货期：合同签订后 15 天内安装完成。
2	<p>采购方：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 单位名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院 2) 联系人：来兴元 3) 联系电话：0997-2556667 4) 联系地址：阿克苏市文化路 32 号
3	<p>代理机构：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 单位名称：新疆卓环项目管理有限公司 2) 联系人：张建伟 3) 联系电话：15292348006 4) 联系地址：阿克苏市凤泉河畔西区（市直统建房）3 号楼 2504 室
4	<p>最高限价：800000.00 元（捌拾万元整）。投标报价高于最高限价的视为无效标。</p>
5	<p>供应商资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； 2. 具备有效的经年检的三证合一的营业执照； 3. 供应商须提供近一年（2022 年）的财务审计报告或财务报表； 4. 供应商须提供完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明； 5. 供应商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》及二类医疗器械经营备案证； 6. 供应商须提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供） 7. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大

	<p>税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的（供应商自行在网站查询打印后加盖公章）</p> <p>8. 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；</p> <p>9. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件）；</p> <p>10. 本项目不接受联合体参加。</p>
6	<p>投标保证金：本项目无需缴纳。</p>
7	<p>投标截止时间为：2024 年 3 月 11 日 16 时 00 分， 投标有效期： 30 天</p> <p>投标文件递交地点为：政采云平台（www.zcygov.com）</p>
8	<p>《响应文件》的编制要求：具体详见供应商须知：三、单一来源响应文件</p>
9	<p>《响应文件》递交份数、时间及地点：</p> <p>1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见政采云“电子响应文件制作与投送教程”）</p> <p>3. （1）份数：本项目采用电子招投标，开标现场无需提供纸质版投标文件，中标单位在中标公示期满后提交三份纸质版响应文件给代理机构存档备案。</p> <p>特别提示：中标单位提交的纸质版《投标文件》内容与开标时电子投标书应完全一致。</p> <p>（2）政采云投标文件递交截止时间：2024 年 3 月 11 日 16 时 00 分（北京时间）</p> <p>（3）递交地点：政采云平台（www.zcygov.com）</p> <p>4. 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。</p> <p>5. 供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>6. 供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。</p> <p>7. 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电</p>

	<p>子响应文件。</p> <p>8. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。</p>
10	<p>开标程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在采购文件确定的响应文件提交截止时间停止接受响应文件。开标会主持人确定投标供应商数量是否符合开标要求（要求所有供应商提前一小时准备好开标相关资料，调试好电脑设备。）； 2. 本项目采用“政采云不见面”开标， 供应商须在投标截止时间前登录政采云平台 http://www.zcygov. cn/进行签到。 3. 主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律； 4. 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名； 5. 解密：法定代表人或授权委托人须全程在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等，本次解密时间 30 分钟。 6. 参与“政采云不见面”开标的各投标人，请在互联网网络环境较好的电脑端登录政采云不见面开标大厅参与开标；不要在电脑进行下载、安装等工作，认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因，影响开标的，造成的后果由供应商自行承担。 7. 开标结束。 <p>代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。</p>
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。 2. 备份标书：投标人根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs），备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因投标人制作标书失误问题，数字证书（CA 锁）问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。 3. 投标人制作电子投标书加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA 锁）同为一把，若因数字证书（CA 锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，投标人自行承担后果。 4. 数字证书办理：投标人须自行办理政采云数字证书（CA 锁）联系方式：政采云热线 95763。 5. 投标人应认真学习关于开展自治区政府采购“不见面开标系统”网络培训的通知，制作电子投标书



12	评标办法：单一来源协商
13	<p>评标小组的组建：评审小组由3人及以上单数评审专家组成。</p> <p>评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。</p>
14	<p>1. 场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费。</p> <p>2. 代理服务费：成交供应商根据国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费标准》、国家发改委发改办价格[2003]857号文件向采购代理机构交纳服务费</p> <p>缴纳账户信息：</p> <p>账户名称：新疆卓环项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏南大街支行</p> <p>账户号码：3014 0215 0910 0074 213</p>

一、总则

1. 适用法律、法规

- 1.1. 本次单一来源采购适用的主要法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其它相关法规。

2. 资金

- 2.1. 本项目的资金属于财证拨款，资金来源已经落实，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

3. 释义

- 3.1. 采购人：阿克苏地区第二人民医院。
- 3.2. 单一来源采购文件：是指包括单一来源采购公示、单一来源采购文件以及单一来源采购文件的补充、变更和澄清等一系列文件。
- 3.3. 货物：系指单一来源供应商按单一来源采购文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。
- 3.4. 服务：系指单一来源采购文件规定单一来源供应商须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。
- 3.5. 实质性条款：除法律、法规和规章规定外，单一来源采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即

重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

3.6. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

4. 授权委托

4.1. 单一来源供应商代表不是单一来源供应商的法定代表人或负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

二、单一来源采购文件

5. 单一来源采购文件组成

5.1. 单一来源采购文件共分六章，其内容如下：

第一章 单一来源采购公示

第二章 单一来源采购须知

第三章 技术规格、参数与要求

第四章 评审程序及成交办法

第五章 单一来源响应文件格式

第六章 采购合同格式

5.2. 对单一来源采购文件所作的澄清、修改，构成单一来源采购文件的组成部分。

三、单一来源响应文件

6. 编制要求

6.1. 单一来源响应文件应按照“单一来源响应文件格式”的要求以A4版面统一编制。

6.2. 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其响应文件无效。

6.3. 单一来源响应文件的制作，应使用简体中文。

6.4. 单一来源响应文件在加盖单一来源供应商公章时，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替；否则，单一来源响应文件按无效处理。

6.5. 单一来源响应文件应该用计算机打印，并加注页码，用不可拆卸的胶状方式整册装订牢固，任何塑料夹条、订书针装订或打孔装订的按无效单一来源响应文件处理。

6.6. 任何行间插字、涂改和增删，须由单一来源供应商授权代表在旁边签字后方为有效。

7. 单一来源响应文件的组成

7.1. 单一来源响应文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

- (1) 投标函
- (3) 投标报价表
- (4) 分项价格表
- (5) 供应商资格证明文件
- (6) 商务响应说明书

技术文件

- (7) 项目实施方案说明书

8. 报价

★供应商报价超出预算价视为未响应采购文件要求。

- 8.1. 单一来源供应商应按单一来源采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
- 8.2. 单一来源供应商应按投标报价表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的价格和总价。报价中不得包含单一来源采购文件要求以外的内容，也不得遗漏单一来源采购文件所要求的内容。
- 8.3. 单一来源供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效。

9. 单一来源供应商的资格证明文件

- 9.1. 单一来源供应商应提交满足资格条件要求的证明文件，该证明文件作为单一来源响应文件的一部分。
- 9.2. 单一来源供应商提供的货物及服务不是单一来源供应商制造或拥有的，如采购文件规定需要提供制造厂商授权书的，则必须提供授权书证明文件。

10. 货物符合单一来源采购文件规定的证明文件

- 10.1. 单一来源供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合单一来源采购文件规定的证明文件，该证明文件作为单一来源响应文件的一部分。
- 10.2. 单一来源供应商应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

11. 保证金

- 11.1. 保证金金额：本项目无需缴纳保证金。
- 11.2. 单一来源供应商必须从基本账户以电汇方式递交保证金，且保证金单位名称必须与单

单一来源供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

- 11.3. 单一来源供应商在办理保证金电汇手续时，在电汇单附言栏上填写对应的项目名称。
- 11.4. 单一来源供应商需自行考虑保证金到账时间，并确保准确无误，按时到账。
- 11.5. 保证金迟到或不足的，采购代理机构原额退回，其洽谈将被拒绝。
- 11.6. 单一来源供应商须将交款凭证复印件装订在响应文件内，证明其具有洽谈资格。
- 11.7. 单一来源供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

12. 响应文件有效期

- 12.1. 响应文件有效期为30天，在此期间单一来源响应文件对单一来源供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的完成评审、定标以及签订合同。响应文件有效期从规定的采购之日起计算。响应文件有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。
- 12.2. 特殊情况需延长响应文件有效期的，采购代理机构可于响应文件有效期届满之前，要求单一来源供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与单一来源供应商的答复均应为书面形式。单一来源供应商拒绝延长的，其洽谈在原响应文件有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；单一来源供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回单一来源响应文件。

13. 单一来源响应文件份数和签署、盖章

- 13.1. 供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数提交《单一来源响应文件》，否则视为无效投标。
- 13.2. 单一来源响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 单一来源响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。。
- 13.3. 单一来源响应文件密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见“电子响应文件制作与投送教程”）。
- 13.4. 本项目采用电子招投标，开标现场无需提供纸质版投标文件，中标单位在中标公示期满后提交三份纸质版响应文件给代理机构存档备案。特别提示：中标单位提交的纸质版《投标文件》内容与开标时电子投标书应完全一致。。
- 13.5. 招标代理服务费率

根据国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费标准》、国家发改委发改办价格[2003]857号文件执行。

中标金额（万元）	货物招标代理费率	服务招标代理费率	工程招标代理费率
----------	----------	----------	----------

100 以下	1.50%	1.50%	1.00%
100-500	1.10%	0.80%	0.70%
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

四、单一来源响应文件的递交

14. 单一来源响应文件的密封

14.1. 单一来源响应文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。

14.2. 备份标书：供应商根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs），备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因供应商制作标书失误问题，数字证书（CA 锁）问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。

14.3. 供应商制作单一来源响应文件加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA 锁）同为一把，若因数字证书（CA 锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，供应商自行承担后果。

14.4. 单一来源响应文件的递交

供应商必须在采购文件要求的截止时间前，将生成电子的加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。

五、采购、评审与成交

15. 采购

15.1. 采购代理机构按规定的递交单一来源响应文件截止时间（采购时间）和地点组织采购，采购会议必须由单一来源供应商的法定代表人或授权代表届时参加。有关监督部门视情况到现场监督采购活动。

15.2. 采购时，由单一来源供应商的代表检查响应文件的密封情况，并进行现场确认。

16. 评审小组

16.1. 评审小组由评审小组由 3 人及以上单数评审专家组成。

16.2. 评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。

17.1. 评审小组按照“评审程序及成交办法”规定的评审标准对响应文件进行评审。

18. 无效响应的情形

18.1. 报价超出采购人预算的。

18.2. 供应商资格证明文件不全或是虚假的；

18.3. 未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

18.4. 响应文件有效期不符合单一来源采购文件要求的；

18.5. 同一个项目有且只有一个报价的；

18.6. 单一来源响应文件内容不齐全或者单一来源响应文件份数不够的；

18.7. 单一来源响应文件出现重大负偏离的；

18.8. 单一来源响应文件不满足带★参数或其他要求的；

18.9. 单一来源响应文件不符合规定格式的；

18.10. 单一来源响应文件含有采购人不能接受的条件或声明的；

18.11. 不符合法律、法规和本单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的。

19. 成交

19.1. 评审小组根据评审程序及成交办法，提出书面协商情况记录，确定单一来源供应商。

19.2. 采购人确认成交结果。

19.3. 由采购代理机构按要求在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

六、签订合同

20. 成交通知书

20.1. 采购代理机构将电话通知单一来源供应商缴纳招标代理服务费。

20.2. 未按规定缴纳招标代理服务费时，则视为自动放弃成交资格。

20.3. 在发布中标结果公告时，采购代理机构将以书面形式向单一来源供应商发出《成交通知书》。

20.4. 成交通知书对采购人和成交单一来源供应商具有同等法律效力。

20.5. 成交通知书是单一来源供应商签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1. 采购人与单一来源供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项

签订政府采购合同。

- 21.2. 采购人不得向单一来源供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与单一来源供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
- 21.3. 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者单一来源供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22. 废标条款

- 22.1. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
- (1) 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - (3) 报价超过采购预算的。

23. 采购任务取消

- 23.1. 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知参加采购活动的单一来源供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

24. 其他

- 24.1. 本单一来源采购文件如于网上发布的单一来源采购公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

第三章 技术规格、参数与要求

一、采购内容：

1. 采购清单：

序号	设备名称	数量	单位	备注
1	数字血管造影机 (DSA) 球管	1	套	

2. 参数：

MEGALIX Cat plus 参数

	X 线球管：
1	最大连续透视功率 $\geq 3000W$
2	最大透视管电流 $\geq 250mA$
3	球管阳极连续高速旋转，转速 ≥ 9000 转/分，包括透视及采集
★4	阳极热容量 $\geq 3.375MHU$
5	管套热容量 $\geq 4.9MHU$
6	阳极最大散热功率 $\geq 6500W$
★7	球管焦点 ≥ 3 个
8	最小焦点 $\leq 0.3mm$
9	最小焦点功率 $\leq 19KW$
10	为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术
11	为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形
12	中焦点 $\leq 0.6 \times 0.6mm$
13	中焦点功率 $\leq 42KW$
14	最大焦点 $\geq 1.0mm$
15	最大焦点功率 $\geq 90KW$
16	球管带有防碰撞保护装置
17	球管采用油冷加水冷的冷却方式
18	球管采用液态金属轴承技术



提供整机注册证和原厂球管证书

二、商务条件：

★2.1 交货期：合同签订后 15 天内安装完成。

★2.2 交货地点：阿克苏地区第二人民医院。

★2.3 付款方式：遵照医院付款计划执行。

★2.4. 质保期：一年。

★2.5 验收：

2.5.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

第四章 评标办法（单一来源协商）

一、评标办法前附表

条款号	评审标准
资格性审查	有效的经年检的三证合一的营业执照
	具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》及二类医疗器械经营备案证
	供应商须提供法定代表人资格证明、身份证（法定代表人参与投标时提供）；或附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）
	提供近一年（2022年）的财务审计报告或财务报表
	提供完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明
	“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果
	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；
提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件）	
符合性审查	响应文件格式符合单一来源采购文件要求
	响应文件的签名盖章符合单一来源采购文件要求
	投标有效期符合单一来源采购文件要求
	供货期符合单一来源采购文件要求
	按照单一来源采购文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项
	按单一来源采购文件要求编制了目录及页码
	技术参数符合采购文件的要求。

1. 单一来源响应文件初审

1.1. 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

- (1) 资格性检查。根据法律法规和单一来源采购文件的规定，对单一来源响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备洽谈资格。
- (2) 符合性检查。依据单一来源采购文件的规定，从单一来源响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

2. 澄清有关问题

- 2.1. 评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
- 2.2. 单一来源供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 2.3. 评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3. 合同主要条款及价格洽谈

- 3.1. 评审小组与单一来源单位就合同主要条款及价格与单一来源供应商进行洽谈，然后进行最终书面确认。
- 3.2. 价格洽谈采用协商制，可以是一轮或多轮报价。对于能准确把握同类产品同业同期平均价格（市场平均价）的，评审小组可要求供应商报出不超过市场平均价的一个合理价格；不能准确把握市场价格的，评审小组可要求供应商提供产品成本测算表或货物在近一年内其他项目销售合同复印件，作为双方协商价格的参考依据。

4. 编写协商情况记录

4.1. 评审小组编写协商情况记录，主要内容包括：

- (1) 依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第 38 条进行公示的，公示情况说明；
- (2) 协商日期和地点，采购人员名单；

- (3) 单一来源供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；
 - (4) 合同主要条款及价格商定情况。
- 4.2. 协商情况记录应当由评审小组全体人员签字认可。对记录有异议的评审小组人员，应当签署不同意见并说明理由。评审小组人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

一、投标函

致：_____（采购人）_____：

根据贵方为_____（项目名称）_____的（项目编号：_____），签字代表____（姓名、职务）____经正式授权并代表供应商____（供应商名称、地址）_____提交下述文件并在此声明，所递交的单一来源响应文件内容完整、真实。

- 1、商务文件：投标函、投标报价表、供应商资格证明文件、商务响应说明书；
- 2、技术文件：项目实施方案说明书。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附价格表中规定的供货的总价为：小写：_____（人民币大写）_____。
- 2、供应商将按单一来源采购文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、供应商已详细审查全部单一来源采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本响应文件有效期为自采购文件规定的提交单一来源响应文件截止之日起个 30 日历天。在响应文件有效期内我方同意遵守本单一来源响应文件中的承诺且在此期限期满之前单一来源响应文件对我方具有法律约束力。
- 5、我方同意提供贵方可能要求的与其洽谈有关的一切数据或资料。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

_____年_____月_____日

二、投标报价表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币元

投标报价（元）	小写： <u> ¥ </u>
	大写：
供货期	
备注	

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：__年__月__日

三、分项价格表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币元

序号	项目内容	单位	数量	单价	金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						
...						
总报价		(大写) 人民币 。 (小写：¥) 。				

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：：

日期：__年__月__日

四、供应商资格证明文件

附件 1 授权委托书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、采购文件编号）单一来源响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人及委托代理人身份证正面、反面复印件

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

被授权的代理人（签字）：

日期：__年__月__日

注：此表仅作为参考范本

附件 1-1 法定代表人证明书

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： _____年 _____月____ 日

经营期限：

经营范围： 主营： _____ ； 兼营：

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____系_____ （供应商名称）
的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面、反面复印件

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）： _____

日期： _____年_____月____日

附件 2 供应商基本情况

供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址				
联系方式	联系人		电话	
	传真		电子邮箱	
法定代表人	姓名		电话	
统一社会信用代码			员工总人数	
类型		其中		
注册资本			基本账户开户银行	
成立日期				
营业期限			基本账户银行账号	
登记机关				
经营范围				
供应商关联企业情况	<p>供应商应提供关联企业情况，包括：</p> <p>（1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数___%以上的所有股东名称及相应股权比例；</p> <p>（2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；</p> <p>（3）与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。</p>			

注：供应商应如实填报上述数据和信息，并对其真实性负责，后附供应商资格证明材料扫描件加盖公章。

五、商务响应说明书

项目名称：

项目编号：

按照单一来源采购文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。

但内容至少应包括如下：

1. 投标报价所包含的全部服务内容；
2. 供货期；
3. 启运和服务地点及方式；
4. 付款条件、付款方式及赔偿索赔；
5. 验收依据及验收方式

.....

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

六、项目实施方案说明书

根据项目采购内容，由供应商自行编制项目实施方案说明书。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

七、供应商信誉无不良记录承诺书

本公司具有履行合同、项目执行能力的保障能力，且公司近 3 年内无重大安全事故，无重大经济纠纷，无商业贿赂、行政处罚等不良行为记录。现本公司自愿作出以下郑重承诺：

- 一、本公司在行业内无不良行为记录。
- 二、供应商未处于责令停业的行政处罚或正处于财务被冻结，破产状态；无行贿犯罪记录。
- 三、如承诺虚假，本公司愿意承担一切法律后果。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

____年____月____日

第六章 采购合同格式

医疗设备采购合同

项目编号：

签约地点：

甲 方：

乙 方：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及****年*月***日阿克苏地区第二人民医院*****采购项目招标文件（招标编号：***）的要求，依据****项目管理有限公司下发的中标通知书，经双方协商一致，签订本合同。

1、采购标的

序号	设备名称	规格型号	注册证号	单 位	数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	备注
1								

配置清单：

序号	产品名称	品牌、规格、型号	单价(元)	数量	总价	备注
1						
2						
3						
4						
5						

2、合同总价： 总价为人民币：*****元整（大写），即¥：****.00元，合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、税费以及保修期间包括备品备件发生的所有费用。

3、付款方式：

3.1 甲方相关科室负责人签字验收合格，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票，有权不予支付相应款项，直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3.2 由甲方相关科室负责人签字验收合格，并开具符合甲方要求的发票后，根据医院付款计划付款。

4、履约保证金（如有）

4.1 本合同签订后____个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价____%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

4.2 乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

5、设备运输、安装及验收

双方签订合同后，乙方踏勘现场并以书面形式明确安装要求后，将货物送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训。

5.1 乙方承担设备货物运费、保险等所产生的所有费用。

5.2 货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

5.3 到货验收：甲方应在收到货物后____个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观开箱清点检查验收，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。设备如发现有数量不足或质量等问题，乙方应在____个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的所有损失及费用。

5.4 安装调试：设备到货后，乙方应在接到甲方通知后____天内安装调试完毕。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造

成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。

5.5 乙方派遣工程师应对科室相关使用人员免费操作培训，至科室操作人员熟练操作为止。

5.6 验收标准：甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在《验收单》上签字确认。

5.7 乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。

1、交货期：自合同签订 个工作日

2、交货方式：送货上门

3、收货人： 联系方式：

4、收货地址：

6、质量保证及售后服务（与用户需求相矛盾的，以用户需求为准）

6.1 乙方因保证所供设备是在本年度生产的全新的、未使用过的，并符合国家相关规定制造标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起____日内可以无理由退货，____日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。

6.2 乙方应提供所投产品中的所有设备整机保修____年，质保期为____个月，保修期的期限应以甲乙双方验收合格之日起计算，质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。保修期内免费更换零部件及工时费。

6.3 质保期内，乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后 1 个小时内响应， 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在 个小时内免费更换备品备件。定期进行设备巡检及保养。

6.4 质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，人工及工时费全免。服务内容应与质保期内的要求相一致。

7、知识产权及其他民事权利的保护

乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

8、违约责任

8.1 乙方逾期供货的，自逾期之日起，甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，承担违约责任。

8.2 乙方违反本合同和招标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

9、法律适用与争议解决

9.1 本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

9.2 本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

10、合同生效及其他

10.1 本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

10.2 本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

10.3 本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。具有同等法律效力。

10.4 合同会签表、附件清单作为合同一部分与合同一起保存，具有同等法律效力（如：详细价格 技术说明 其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。本项目的招标文件、会议纪要、协议、澄清等）。

10.5 设备安装时，甲方应提供水、电保证。

乙方公司收款信息

公司名称：*****

公司税号：*****

开户行：*****

账户号码：*****

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签订日期：

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签订日期：