

采购需求

(注:本章的技术、服务及其他要求中,带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定,并在第四章符合性审查中明确响应要求。)

3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 570,000.00

采购包最高限价(元): 570,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量(计量单位)	标的金额(元)	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及强制采购节能产品	是否涉及优先采购节能产品	是否涉及优先采购环境标志产品
1	A07029900 其他医药品	医用液氧	600.00(吨)	570,000.00	工业	是	否	否	否	否

是否适用本国产品标准:

采购包 1: 是

报价要求

采购包 1:

序号	报价内容	数量(计量单位)	最高限价	价款形式	报价说明
1	医用液氧	600.00(吨)	570,000.00	总价	无

★注: 供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品,不能指向唯一产品的,应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品:

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A07029900 其他医药品	医用液氧	医用液氧

注: 涉及核心产品的,具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品:

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注: 不涉及采购进口产品时,供应商不得提供进口产品进行响应;涉及采购进口产品时,如国产产品满足采购需求,也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品:

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注: 响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品,供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可公共服务平台”(http://cx.cnca.cn)的认证信息截图,否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品:

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包 1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

3.2. 技术要求

采购包 1:

标的名称：医用液氧

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术要求	医用液氧执行质量标准为《中国药典》2020 版第二部，氧含量 $\geq 99.5\%$ ，每供一次医用液氧由成交供应商提供一份产品检验报告。并随时跟踪国家的最新标准执行。

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	服务要求	<p>1. 成交供应商须保证提供的货物是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。供应商根据采购人需求量按批供货。</p> <p>2. 成交供应商负责液氧中心站安全范围，包括安全阀（一年一检）、压力表（半年一检）、液氧贮槽本体的定期检定，保证安全附件均在有效期内使用，且安全附件进行检定时不得影响或停止设备运行，并及时提供国家法定检定部门的检验检测报告原件一份，交甲方存档，定检费由供应单位负责，每年对储氧罐表面清洁及防锈处理 2 次；按《中华人民共和国特种设备安全法》管理要求，对医用液氧贮槽（含甲方用于本合同的）及安全附件（安全阀、压力表、液位计、管道、接头、阀门、汇流排等）定期进行监测、维护、保养工作，负责安全等。前述义务所涉费用包含在总服务费中。</p> <p>3. 合同履行期间成交供应商派专业技术人员到指定的地点进行使用操作、使用安全注意事项等现场培训，要求使甲方的操作人员能熟练进行产品使用操作，应急处理，工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障</p>

		<p>的维修工作，另成交供应商需提供专业技术支持协助甲方处理故障。</p> <p>4. 出现紧急情况成交供应商需派专业技术人员不超过 1.5 小时到达现场处置。</p> <p>5. 液氧故障时，相应故障设施的处置，成交供应商需派专业技术人员 2 小时内到达现场确保甲方正常用氧。成交供应商配备医用氧防错装充装接头，保障甲方医用氧的用氧安全；保证 24 小时之内响应并解决甲方的需求。</p> <p>6. 成交供应商服务人员需具有对应专业操作证，并提供每年不少于两次为甲方进行液氧中心站管理和维修相关知识的培训服务，并配合甲方进行每年不少于一次应急安全演练；提供每月对整个供氧中心至少一次安全巡查及隐患排查并完成隐患排查并出具安全巡查报告，履行相应的专业水平义务；成交供应商负责液氧运输、加注液态氧气等安全，成交供应商承担供氧设施设备、运输途中及加氧过程中的各项安全，由此引发的安全事故责任由成交供应商承担；成交供应商充装人员在充装完液氧后，为保证甲方中心供氧压力稳定，需要现场监测 30 分钟以上。</p>
--	--	---

3.3.2. 商务要求

采购包 1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订之日起 365 日
2	★	交货地点	盐亭县人民医院内
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、付款，据采购人实际使用数量，据实按月结算，成交供应商提前 5 个工作日开具等额增值税发票，采购人在收到相关票据后（资料不齐全，采购人有权拒绝支付，且不承担违约责任），达到付款条件起 7 日内，据实结算说明为据实结算说明为据采购人实际使用数量，据实按月结算。
5	★	验收、交付标准和办法	(1) 由采购人严格依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令 658 号）和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。（2）验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续，采购人按采购合同约定支付采购资金；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。
6	★	质量保修范围和保修期	产品质保期按国家相关规定执行；质保期内产品质量出现问题，供应商应负责三包。
7	★	违约责任与解决争议的方法	（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（三）对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4. 其他要求

采购包 1:

无