

采购血液透析机等一批国产医疗设备(二次)

评审情况表

项目编号：N5101142026000049

2026年04月27日

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	技术配置 (36.7分)	实施方案 (14分)	售后服务方案 (16分)	类似项目业绩 (1.3分)	报价 (32分)	综合评审得分 汇总 (100分)	评审结果
1	四川本草堂药业有限公司	是	是	/	是	36.55	13.65	15.6	1.3	32	99.1	
2	四川健生医药国际发展有限公司	是	是	/	是	26.9	13.65	15.6	1.3	31.77	89.22	

3	四川承裕医疗器械有限公司	是	是	/	是	32.3	13.65	15.6	0	31.81	93.36
4	成都天泰医疗器械有限公司	否	/	未提供全自动糖化血红蛋白分析仪的产品注册证证明材料	否	/	/	/	/	/	/

第一中标候选人：四川本草堂药业有限公司；
 报价金额：合计：
3,717,600.00
 元。

第二中标候选人：四川承裕医疗器械有限公司；
 报价金额：合计：
3,739,460.00
 元。

第三中标候选人：四川健生医药国际发展有限公司；
 报价金额：合计：
3,744,150.00
 元。

5	四川锦弘中医药科技有限责任公司	是	否	<p>马玲：该公司投标文件对第3个标的物“胰岛素泵”的技术参数“☆1”虽然响应为无偏离，但提供的证明材料注册证和技术白皮书有不一致的表述，技术白皮书显示满足该条参数，而注册证显示不满足该条参数。评标委员会积极履行澄清、说明的职责给予投标人充分的时间澄清，而投标人未在规定的时间内给予澄清。所以判断该条参数不满足招标文件的要求，应为负偏离。；彭蕾：《产品技术参数响应表》胰岛素泵招标参数“★1适用于进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者，无适应年龄限制。”贵公司投标应答“适用于糖尿病患者（包含成人和儿童，无年龄限制）”，偏离情况说明为“无偏离，详见技术白皮书第1条、产品注册证”。查看该产品迈世通MTI-PII的技术白皮书和注册证（用于成人经皮下胰岛素输注）存在同类问题表述不一致的情况，评审委员会发起澄清，投标人未在在规定时间内做出澄清，判定为不满足。；林志光：投标文件对第3个标的物“胰岛素泵”的技术参数“☆1”虽然响应为无偏离，但提供的证明材料注册证和技术白皮书有不一致的表述，技术白皮书显示满足该条参数，而注册证显示不满足该条参数。评标委员会积极履行澄清、说明的职责给予投标人充分的时间澄清，而投标人未在规定的时间内给予澄清。所以判断该条参数不满足招标文件的要求，应为负偏离。；贺燕：《产品技术参数响应表》胰岛素泵招标参数“★1。。。无适应年龄限制”该公司应答“。。。适用于。。。（包含成人和儿童，无年龄限制。。。）”，偏离情况说明为“无偏离，详见技术白皮书第1条、产品注册证”。该产品注册证“适用范围。。。用于成人经皮下胰岛素输注”。投标文件产品适用范围存在同类问题表述不一致，评标委员会发起澄清要求该公司明确是否满足“★1”，超时未响应，经评标委员会讨论认为投标产品不满足★1；王炼：《产品技术参数响应表》胰岛素泵招标参数“★1适用于进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者，无适应年龄限制”。贵公司投标应答“适用于糖尿病患者（包含成人和儿童，无年龄限制）”，偏离说明为“无偏离，详见技术白皮书第1条、产品注册证”。查看产品迈世通MTI-PII的技术白皮书和注册证（用于成人经皮下胰岛素输注）存在同类问题表述不一致的情况，评审委员会发起澄清，投标人未按规定做出澄清，判定为不满足该项实质性要求）</p>	否	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
---	-----------------	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---