

医用设备一批(二次)

评审情况表

项目编号：N5116232026000015

2026年05月06日

序号	供应商名称	是否通过资格性审查	是否通过符合性审查	未通过原因	是否根据政府扶持政策在评审时进行价格扣除	评审结果
1	成都淦淦工程科技有限公司	是	是	/	是	第一中标候选人：四川锐嘉通科技有限公司； 报价金额：合计： 1,584,900.00 元。
2	南充瑞辉贸易有限公司	是	是	/	是	
3	四川锐嘉通科技有限公司	是	是	/	是	
4	四川省淳宇惠创生物科技有限公司	是	否	招标文件3.2技术要求：空氧混合仪氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%。该供应商响应和佐证资料为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：≤±5%。该条款为带星号的实质性条款，根据招标文件评审标准，为无效投标。	否	第二中标候选人：誉川医疗科技（成都）有限公司； 报价金额：合计： 1,595,300.00 元。
5	誉川医疗科技（成都）有限公司	是	是	/	是	第三中标候选人：成都淦淦工程科技有限公司； 报价金额：合计： 1,602,340.00 元。