

采购项目名称：医用设备一批(二次)
采购项目编号：N5116232026000015

采购项目符合审查表（个人）

邓迎春

采购包号： 1

评审日期：2026年05月06日

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查		未通过说明
		符合性审查	需要投标人进行承诺的实质性要求。	是	否	
1	成都淦淦工程科技有限公司	√	√	√		
2	南充瑞辉贸易有限公司	√	√	√		
3	四川锐嘉通科技有限公司	√	√	√		
4	四川省淳宇惠创生物科技有限公司	×	√		√	招标文件3.2技术要求：空氧混合仪氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%。该供应商响应和佐证资料为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：≤±5%。该条款为带星号的实质性条款，根据招标文件评审标准，为无效投标。
5	誉川医疗科技（成都）有限公司	√	√	√		

评审意见：无
评委签章：

制表时间：2026年05月06日17时20分

邓迎春