

采购项目名称：医用设备一批(二次)
采购项目编号：N5116232026000015

采购项目符合审查表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2026年05月06日

序号	供应 商名 称	审查内容		是否通 过审查		未通过说明
		符合性 审查	需要 投 标 人 进 行 承 诺 的 实 质 性 要 求。	是	否	
1	成都 淦淦 工程 科技 有限 公司	√	√	√		
2	南充 瑞辉 贸易 有限 公司	√	√	√		
3	四川 锐嘉 通科 技有 限公 司	√	√	√		
4	四川 省淳 宇惠 创生 物科 技有 限公 司	×	√		√	谭旭：投标文件“空氧混合仪”未实质性响应招标文件技术要求，参数负偏离。； 谢丽华：空氧混合仪技术参数需求为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%，该公司氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±5%。； 高荣：空氧混合仪第5项技术参数不符合要求。； 邓迎春：招标文件3.2技术要求：空氧混合仪氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%。该供应商响应和佐证资料为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：≤±5%。该条款为带星号的实质性条款，根据招标文件评审标准，为无效投标。； 邓天翼：产品技术参数表★1.空氧混合仪5.氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%，负偏离。
5	誉川 医疗 科技 (成 都) 有限 公司	√	√	√		

评审意见：无
评委签章：

邓天翼



邓迎春

谭旭

