

采购项目名称：医用设备一批(二次)
采购项目编号：N5116232026000015

供应商无效投标（响应）名单及原因表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2026年05月06日

序号	无效响应供应商名称	无效响应处理环节	无效响应处理引用条款	无效响应处理小组意见
1	四川省淳宇惠创生物科技有限公司	符合性	符合性审查	招标文件3.2技术要求：空氧混合仪氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%。该供应商响应和佐证资料为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：≤±5%。该条款为带星号的实质性条款，根据招标文件评审标准，为无效投标。

评委签章：

邓永



邓廷春

制表时间：2026年05月06日19时06分