

评标报告

一、项目信息

采购项目名称：医用设备一批(二次)
采购项目编号：N511623202600015
采购包号：1

二、公告刊登

招标公告刊登媒体：四川政府采购网

三、获取招标文件

获取时间：2026年04月15日00时00分00秒至2026年04月21日23时59分59秒

四、开标日期及地点

开标日期：2026年05月06日09时00分

开标地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

五、投标人

成都淦淦工程科技有限公司等5家供应商（见采购项目开标情况记录表）

六、评标地点

通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

七、评标委员会

专家：高荣 邓迎春 谭旭 邓天翼

采购人代表：谢丽华

八、评标方法和标准

最低评标价法（见招标文件）

九、投标文件资格审查情况

经资格审查小组审查，通过资格审查5家，未通过资格审查0家。（详见《资格审查报告》）

十、投标文件符合性审查情况

通过符合性审查4家，未通过符合性审查1家。（详见《符合性审查表》）

十一、无效投标人名称及原因

详见《资格审查报告》

十二、评标结果和中标候选人

本项目的评标委员会推选邓天翼同志为组长，主要负责协调评标委员会成员之间的事务性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评标报告等。

评标委员会成员阅读领会了招标文件内容，根据载明的评标方法和标准对各合格投标人的投标文件独立进行评审。

被确定为中标候选人的投标人名单列表

中标候选人顺序	投标人名称	投标报价
1	四川锐嘉通科技有限公司	合计：1,584,000.00元
2	誉川医疗科技（成都）有限公司	合计：1,595,300.00元
3	成都淦淦工程科技有限公司	合计：1,602,340.00元

十三、投标报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会对其报价的合理性说明

无

十四、评标汇总后是否有修改记录

无

十五、对评标过程和评标结果有不同意见，特说明如下：

无

十六、其他需要说明的情况

无

十七、附件

1. 资格小组承诺书
2. 资格性条件审查表（个人）
3. 资格审查-供应商无效投标（响应）名单及原因表
4. 资格性条件审查报告
5. 资格性条件审查表（小组）
6. 小组承诺书
7. 符合性审查表（个人）
8. 符合性审查报告
9. 符合性审查表（小组）
10. 价格扣除个人表
11. 价格扣除小组表
12. 价格评审表
13. 项目评审-供应商无效投标（响应）名单及原因表

评委签章：



Handwritten signature of Gao Rong (高荣).

Handwritten signature of Deng Tianyi (邓天翼).

Handwritten signature of another expert.

制表时间：2026年05月06日19时10分

采购项目名称： 医用设备一批(二次)
采购项目编号： NS116232026000015

供应商无效投标（响应）名单及原因表（小组）

采购包号： 1

评审日期： 2026年05月06日

序号	无效响应供应商名称	无效响应处理环节	无效响应处理引用条款	无效响应处理小组意见
1	四川省淳宇惠创生物科技有限公司	符合性	符合性审查	招标文件3.2技术要求： 空氧混合仪氧浓度调节范围： 21%~100%， 误差： $\pm 3\%$。 该供应商响应和佐证资料为氧浓度调节范围： 21%~100%， 误差： $\leq \pm 5\%$。 该条款为带星号的实质性条款， 根据招标文件评审标准， 为无效投标。

评委签章：

邵登



邵登

邵登

邵登

制表时间： 2026年05月06日19时06分

采购项目名称： 医用设备一批(二次)
采购项目编号： NS116232026000015


采购项目价格评审表 (小组)

采购包号： 1

序号	供应商名称	投标报价	评标报价	价格评审系数
1	四川锐嘉通科技有限公司	1584900	1267920	100
2	普川医疗科技(成都)有限公司	1595300	1276240	99.35
3	成都途途工程科技有限公司	1602340	1281872	98.91
4	南充瑞辉贸易有限公司	1606030	1284824	98.68

评审日期： 2026年05月06日

评委签字：











制表时间： 2026年05月06日19时06分

采购项目名称： 医用设备一批(二次)
采购项目编号： N5116232026000015

采购项目价格扣除评审表（小组）

采购包号： 1

开标一览表

评审日期： 2026年05月06日

序号	供应商名称	覃天翼	高荣	邓迎春	谭旭	谢丽华	汇总价格调整因素	汇总价格调整值
1	成都益凌工程科技有限公司	合计：实施本国产品标准 (-320468元)	合计：实施本国产品标准 (-320468元)	合计：实施本国产品标准 (-320468元)	合计：实施本国产品标准 (-320468元)	合计：实施本国产品标准 (-320468元)	实施本国产品标准	合计：-320468元 (-20%)
2	南充瑞辉贸易有限公司	合计：实施本国产品标准 (-321206元)	合计：实施本国产品标准 (-321206元)	合计：实施本国产品标准 (-321206元)	合计：实施本国产品标准 (-321206元)	合计：实施本国产品标准 (-321206元)	实施本国产品标准	合计：-321206元 (-20%)
3	四川锐聚通科技有限公司	合计：实施本国产品标准 (-316980元)	合计：实施本国产品标准 (-316980元)	合计：实施本国产品标准 (-316980元)	合计：实施本国产品标准 (-316980元)	合计：实施本国产品标准 (-316980元)	实施本国产品标准	合计：-316980元 (-20%)
4	普川医疗科技(成都)有限公司	合计：实施本国产品标准 (-319060元)	合计：实施本国产品标准 (-319060元)	合计：实施本国产品标准 (-319060元)	合计：实施本国产品标准 (-319060元)	合计：实施本国产品标准 (-319060元)	实施本国产品标准	合计：-319060元 (-20%)

评审意见：无
评委签章：



制表时间： 2026年05月06日 19时 04分

采购项目名称：医用设备一批(二次)
采购项目编号：N5116232026000015

采购项目价格扣除评审表(个人)

谢丽华

采购包号：1

序号	供应商名称	评审结果	评定类型
1	成都检验工程科技有限公司	符合	实施本国产品标准
2	南充瑞辉贸易有限公司	符合	实施本国产品标准
3	四川锦嘉通科技有限公司	符合	实施本国产品标准
4	普川医疗科技(成都)有限公司	符合	实施本国产品标准

评审意见：无

评委签章：

评审日期：2026年05月06日

制表时间：2026年05月06日 18时55分

采购项目符合性审查报告

一、项目信息

采购项目名称：医用设备一批(二次)

采购项目编号：N5116232026000015

采购包号： 1

二、符合性审查依据

详见采购(或招标)文件

三、公开招标公告内容是否与公开招标文件规定一致：
是

四、递交响应(或投标)文件的供应商情况

递交响应(或投标)文件的供应商共5家

五、通过资格审查的供应商名单

详见《资格审查报告》

六、通过符合性审查的供应商名单

成都渝渝工程科技有限公司, 南充瑞辉贸易有限公司, 四川锐嘉通科技有限公司, 普川医疗科技(成都)有限公司

七、未通过符合性审查的供应商名单

四川省淳宇源创生物科技有限公司

八、通过符合性审查的供应商数量是否达到要求：
是

九、本次采购活动是否终止：
否

评审小组签字：



生成日期：2026年05月06日

采购项目名称：医疗设备一批(二次)
采购项目编号：NS116232026000015

采购项目符合审查表 (小组)

采购包号： 1

评审日期：2026年05月06日

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查		说明
		符合性审查	需要投标人进行承诺的实质性要求。	是	否	
1	成都检验工程科技有限公司	√	√	√		未通过说明
2	南充瑞辉贸易有限公司	√	√	√		
3	四川聚嘉通科技有限公司	√	√	√		
4	四川省博宇惠创生物科技有限公司	×	√		√	<p>理由：投标文件“空氧混合仪”未实质性响应招标文件技术要求，参数负偏离。： 谢丽华：空氧混合仪技术参数需求为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%，该公司氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±5%； 高崇：空氧混合仪第5项技术参数不符合要求。； 邓迎春：招标文件3.2技术要求：空氧混合仪氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%。该供应商响应和佐证资料为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：≤±5%。该条款为带星号的实质性条款，根据招标文件评审标准，为无效投标。； 邓天翼：产品技术参数表★1空氧混合仪5.氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%，负偏离。</p>
5	普川医疗科技有限公司(成都)	√	√	√		

评审意见：无
评委签章：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

制表时间：2026年05月06日18时49分

采购项目名称：医用设备一批(二次)
采购项目编号：N5116232026000015

采购项目符合审查表(个人)

谢丽华

采购包号：1

评审日期：2026年05月06日

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查		未通过说明
		符合性审查	需要投标人进行承诺的实质性要求。	是	否	
1	成都瀚渝工程科技有限公司	√	√	√		
2	南充瑞辉贸易有限公司	√	√	√		
3	四川悦嘉通科技有限公司	√	√	√		
4	四川省淳宇惠创生物科技有限公司	×	√		√	空氧混合仪技术参数需求为氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±3%，该公司氧浓度调节范围：21%~100%，误差：<±5%。
5	誉川医疗科技(成都)有限公司	√	√	√		

评审意见：无

评委签章：

制表时间：2026年05月06日18时46分