

# 采购需求

采购包 1:

标的名称: 岳池县人民医院眼科手术刀、体表导管固定敷贴等耗材配送服务采购项目

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标																				
1		产品名称、数量及技术服务、商务及其他要求	<p><b>一、产品名称、数量及技术服务要求:</b></p> <p>1. 采购预算(人民币)总金额: 50.00 万元(1 年);</p> <p>2. 最高限价(人民币)总金额: 47.50 万元(1 年);</p> <p>3、采购方式: 竞争性磋商; 综合评分。</p> <p>4、采购数量: 按采购人实际需求实时配送, 配送总金额不超过最高限价金额;</p> <p>5、配送服务期限: 1 年【服务期未满 1 年实际配送产品总金额达到合同总金额(最高限价金额:47.50 万元)则合同终止; 服务期满 1 年实际配送产品总金额未达到合同总金额(最高限价金额: 47.50 万元)合同也终止; 二者之一以先到达为合同终止标准】。</p> <p>6、产品采购清单及技术要求</p> <p><b>(一) 挂网产品清单及要求</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 15%;">产品名称</th> <th style="width: 15%;">规格型号</th> <th style="width: 5%;">单位</th> <th style="width: 35%;">技术参数要求</th> <th style="width: 20%;">最高限价(单价: 元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>尼龙缝合线</td> <td>各型</td> <td style="text-align: center;">根</td> <td>尼龙缝合线的原料为尼龙 66, 针由不锈钢制成。有硅涂层, 涂层成分: 100% 硅。用于手术缝合(眼科、齿科领域使用)。</td> <td>药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>一次性使用无菌眼科手术刀</td> <td>各型</td> <td style="text-align: center;">把</td> <td>一次性使用无菌眼科手术刀由刀头和柄组成。刀头采用 GB/T1220-2007 中规定的 40Cr13 不锈钢材料制成, 柄采用无毒 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)制成。按刀头外形可分角形隧道刀、月形隧道刀、扩口</td> <td>药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格</td> </tr> </tbody> </table>			序号	产品名称	规格型号	单位	技术参数要求	最高限价(单价: 元)	1	尼龙缝合线	各型	根	尼龙缝合线的原料为尼龙 66, 针由不锈钢制成。有硅涂层, 涂层成分: 100% 硅。用于手术缝合(眼科、齿科领域使用)。	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格	2	一次性使用无菌眼科手术刀	各型	把	一次性使用无菌眼科手术刀由刀头和柄组成。刀头采用 GB/T1220-2007 中规定的 40Cr13 不锈钢材料制成, 柄采用无毒 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)制成。按刀头外形可分角形隧道刀、月形隧道刀、扩口	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格
序号	产品名称	规格型号	单位	技术参数要求	最高限价(单价: 元)																		
1	尼龙缝合线	各型	根	尼龙缝合线的原料为尼龙 66, 针由不锈钢制成。有硅涂层, 涂层成分: 100% 硅。用于手术缝合(眼科、齿科领域使用)。	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格																		
2	一次性使用无菌眼科手术刀	各型	把	一次性使用无菌眼科手术刀由刀头和柄组成。刀头采用 GB/T1220-2007 中规定的 40Cr13 不锈钢材料制成, 柄采用无毒 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)制成。按刀头外形可分角形隧道刀、月形隧道刀、扩口	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格																		

					刀、角巩膜穿刺刀、矛形穿刺刀共五种型式，产品一次性使用，产品经辐照灭菌后应无菌。供眼科手术时切割或穿刺软组织用。			
			3	体表导管固定敷贴	各型	张	产品由敷贴和带粘胶的固定贴组成。敷贴由涂以丙烯酸酯压敏胶的无纺布、聚氨酯膜、隔离纸组成。固定贴由带钩面和圈面的尼龙制成。产品供留置针导管的体表固定用。	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格
			4	一次性使用无菌敷贴	各型	片	A型产品为医用透明敷贴，在医用聚氨酯薄膜上涂覆医用粘合剂制成，两面有离型纸保护；B型产品为透明伤口敷贴，是在A型产品的基础上覆上吸水垫，吸水垫材料为人造纤维；C型产品为自粘伤口敷贴，是将B型产品的基材换成无纺布，吸水垫为人造纤维；D型产品为医用手术贴膜，在医用聚氨酯薄膜上涂覆医用粘合剂制成，单面有离型纸保护。A型医用透明敷贴供手术、外伤创面或留置静脉导管贴敷用；B型透明伤口敷贴供手术、外伤创面或留置针、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格

					脐带创面保护; C型自粘伤口敷贴供手术、外伤创面或留置针、静脉导管贴敷用; 也可用于婴儿脐带创面保护; D型医用手术贴膜可在手术中贴于手术部位, 供手术、外伤创面或留置静脉导管贴敷用。	
5	一次性医用无菌小针刀	各型	支	一次性医用无菌小针刀由刀体和刀柄两部分组成。小针刀的刀体采用3Cr13 不锈钢丝制造, 刀柄采用 ABS 塑料或铜丝缠绕而成。供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格	
6	高流量呼吸湿化治疗仪-加热呼吸管路	各型	套	产品由电源线、主机、加湿水罐、加热呼吸管路、滤筒过滤器、锂电池(选配)、台车(选配)、氧气连接管(选配)、鼻氧管(选配)组成。其中主机由主控板、涡轮、液晶屏、设置调整旋钮、喇叭、外壳、比例阀、加热板、电源适配器组成。高流量呼吸湿化治疗仪适用于体重大于10公斤且有自主呼吸的患者, 通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格	

					气管插管和气管切开的患者。			
			7	高流量呼吸湿化治疗仪-加湿热罐	各型	套	<p>产品由电源线、主机、加湿水罐、加热呼吸管路、滤筒过滤器、锂电池(选配)、台车(选配)、氧气连接管(选配)、鼻氧管(选配)组成。其中主机由主控板、涡轮、液晶屏、设置调整旋钮、喇叭、外壳、比例阀、加热板、电源适配器组成。</p> <p>高流量呼吸湿化治疗仪适用于体重大于10公斤且有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。</p>	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格
			8	呼吸面罩	各型	个	<p>呼吸面罩按结构不同可分为可分为 LuAir 口鼻过滤排气型和 LuAir 口鼻排气型两种。其中 LuAir 口鼻过滤排气型由头带、面罩主体、过滤器组件、防窒息阀弯管组件、采样口胶塞、额头垫、眉撑、旋钮、软垫和卡扣组成。LuAir 口鼻排气型由头带、面罩主体、防窒息阀弯管组件、采样口胶塞、额头垫、眉撑、旋钮、软垫和</p>	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格

						卡扣组成。该产品以非无菌状态提供。与呼吸机配套使用，用作气体进入患者体内的通道。适用于体重≥30kg 的成年患者。	
9	一次性使用冲洗管	各型	根	一次性使用冲洗管按其型式分为 I 型直接冲洗型和 II 型接头连接型二种。I 型由护套、瓶塞穿刺器(A 型:无滴斗, B 型:有滴斗)、上导管、夹子或流量控制器、接头、连接管和出水管组成; II 型由护套、瓶塞穿刺器 (A 型:无滴斗, B 型:有滴斗)、上导管、夹子或流量控制器、接头、连接管、下导管、二通接头或三通接头、护塞、冲水管组成, 冲水管分单管型、双管型, 由连接接头、接管(双管型)、扁三通(双管型)和出水管组成。冲洗管可选配 S 形导管固定夹、T 型导管固定夹、U 形导管固定夹。其中上、下导管、接管、冲水管、扁三通、S 形导管固定夹、T 型导管固定夹、U 形导管固定夹采用符合 GB/T 15593—2020 的聚氯乙烯塑料制成。连接管采用符合 YY/T 0031-2008《输	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格		

					液、输血用硅橡胶管路及弹性件》的医用硅胶管制成。瓶塞穿刺器、护套、护塞、夹子、流量调节器、连接接头、二通接头、三通接头采用符合 GB/T 12672-2009 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 树脂的 (ABS) 树脂制成。按出水管管径不同分为 2.0mm (F6)、2.7mm (F8)、3.3mm (F10)、4.0mm (F12)、4.7mm (F14)、5.3mm (F16)、6.0mm (F18)、6.7mm (F20) 八种规格。该产品以无菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌。一次性使用。供临床手术中冲洗创面、创口用。	
10	可过活检孔道肠道支架套装	各型	套	该产品是由肠道支架和支架置入器组成, 支架与置入器配合使用。肠道支架由镍钛形状记忆合金丝材编织而成, 支架上附有钽标记, 支架两端有回收线环 (超高分子量聚乙烯线和聚丙烯线)。置入器由软头、内管、中管组件、外管、手柄及显影件等组成。产品经环氧乙烷灭菌, 一次性使用, 货架有效期 2	药品和医用耗材招采管理系统平台实时挂网价格	



					18457-2024 标准的 06Cr19Ni10 奥体氏 不锈钢。该产品以 无菌状态提供，经 环氧乙烷灭菌，一 次性使用。用于穴 位的穿刺埋线。	
13	一次 性使 用埋 线辅 助包	各型	个	一次性使用埋线辅 助包基本配置为： 托盘、镊子、纱布 叠片；选用配置为： 一次性使用医用橡 胶检查手套、剪刀、 薄膜手套、棉球、 棉签、碘伏棉球、 创口贴、包布。该 产品以无菌状态提 供，经环氧乙烷灭 菌。一次性使用。 供穴位埋线时辅助 使用。	药品和 医用耗 材招采 管理系 统平台 实时挂 网价格	

(二) 非挂网产品清单及要求

序 号	产 品 名 称	参 考 规 格 型 号	单 位	技 术 参 数 要 求	最 高 限 价 (单 价: 元)
1	一 次 性 使 用 眼 科 手 术 包	140X330 mm (HK- III-D 型)	片	产品由无纺布 洞巾、集液袋、 支撑条、医用薄 膜、隔离纸、辅 巾(可选配)组 成。 本产品经 C060 灭菌，一次性使 用。用于临床手 术中对患者眼 部周围的防护。	8.5
2	外 周 插 管 中 心 静 脉 导 管	各型	个	本产品包括导 管(单腔、双腔、 三腔)、T型连 接件、微插管 鞘、导丝、刀片、 带穿刺针的导	32

					引套管、穿刺针、护帽和 Statlock 导管固定器。产品各组件原材料详见产品技术要求。本产品用于短期或长期使用，经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行静脉注射疗法、造影剂的高压注射，同时还允许中心静脉压监测，在血液取样，静脉输注或治疗中使用 4Fr 或更大的导管。	
3	压舌板	各型	个	本产品由木质或竹质材料制成。非无菌提供，一次性使用。细菌菌落总数 (cfu/g) 应 ≤200，真菌菌落总数 (cfu/g) 应 ≤100，大肠菌群和致病性化脓菌（金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌）不得检出。用于检查时压低舌部。	0.3	
4	医用固定带	手部固定带均码	个	由钢板或铝板、针织布或弹力布、帆布、人造革或皮革、松紧带、尼龙带、海绵、海绵绒、铆钉、固定环、化纤线、混编氨纶	24	

					丝加工制成；非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。用于骨折或软组织等损伤的外固定。	
5	洁芙柔抗菌洗手液	500ml/瓶	瓶	主要成分：三氯轻基二苯醚、表面活性剂、尿囊素、橄榄油等；性能特点：采用中性配方，性质温和泡沫细腻，全面清洁肌肤；适用范围：手部皮肤的清洁、去污和杀菌；杀灭微生物类别：对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用	15	
6	一次性使用心电电极	各型	片	该产品由电极片和连接夹组成。该产品为一次性使用、非无菌包装。该产品可用于采集心电信号。	2	
7	产后聚血器	II 型	个	产品采用医用高分子材料-聚丙烯制造。产品用于产后聚血，观察产后出血量。	12.8	
8	医用体位垫	20cm*9cm*5cm	个	产品由聚氨酯发泡体、高分子凝胶或硅胶外面包裹高强度聚氨酯薄膜(TPU)制成。用于手术中对患者的头、颈、肩、上肢、胸、腰、	1000	

					腹、骨盆、下肢、脚踝、足跟等部位进行支撑和固定。	
9	医用体位垫#1	63cm*46cm*16cm	个	产品由聚氨酯发泡体、高分子凝胶或硅胶外面包裹高强度聚氨酯薄膜(TPU)制成。用于手术中对患者的头、颈、肩、上肢、胸、腰、腹、骨盆、下肢、脚踝、足跟等部位进行支撑和固定。	5000	
10	隔离透声膜	A-1 型	张	产品由隔离透声膜组成,非无菌产品。与超声类治疗仪配套,安装于治疗头透声窗上,用于防止患者间交叉感染。	6	
11	医用输液贴	70mm*35mm 200片/盒	盒	产品由基材层(无纺布)、医用热熔压敏胶层、吸水垫、离型纸组成。适用于临床输液、输血时保护输液输血针孔,辅助固定输液针、输血针。	9	
12	鼻氧管	各型	根	鼻氧管 A 型由进氧接口、氧气软管、调节环和鼻塞组成。鼻氧管 B 型由进氧接口、氧气软管和通气接头组成。用于吸氧时氧源与吸氧者之	102	

				间的氧气直接输送或湿化后输送。	
13	人工呼吸急救复苏球套组	1.8m	根	人工呼吸急救复苏球套组配件氧气管，用于对呼吸障碍者进行人工呼吸用。	7.2
14	医用PU垫	JMT-03	个	上层采用医用抗菌PU、下层采用牛津布料制成，耐磨、耐撕拉，用于急救床过床使用。	580
15	制片夹	D型	个	由制片夹+细胞过滤网+吸水纸+粘附载玻片组成。	5.6

#### 特别说明：

★1、本次采购配送的产品（耗材）名称是根据采购人单位初步调研了解而设定，不同厂家生产的同效用产品（耗材）名称有与本项目磋商文件中产品（耗材）名称可能有区别，如果仅因产品（耗材）名称不全部相同，但其产品（耗材）效用、性能、功效与磋商文件要求的一致能满足采购人临床使用也予以认可（供应商在响应文件中须提供相关证明资料：如注册证、厂家白皮书等）。

★2、因本次配送涉及品种较多，采购清单如涉及品牌或型号的，仅表示不可低于该品牌或型号（参考）的功能作用且均可替代，供应商可提供质量、性能相等或优于参考品牌或型号的产品（耗材），能采购人临床使用即可（供应商在响应文件中须提供相关证明资料：如注册证、厂家白皮书等）。

★3.上述表格技术参数要求中涉及的标准，若有最新标准，按最新标准执行。

## 二、商务服务要求

### ★1、配送方式及地点

1.1 配送方式：根据采购人提出的实际需求计划量按时供货。

1.2 配送地点：岳池县人民医院指定地点。

★2、合同期限（服务期限）：1年【服务期未满1年实际配送产品（耗材）总金额达到合同总金额（最

高限价金额：47.50 万元）则合同终止；服务期满 1 年实际配送产品（耗材）总金额未达到合同总金额（最高限价金额：47.50 万元）合同也终止；二者之一以先到达为合同终止标准】。

（注：因一体化系统录入格式原因，合同期限与磋商文件其他地方条款不一致时，以此处为准）

### ★3、报价及付款方式

#### 3.1 报价方式（人民币）：

3.1.1 因采购一体化系统设置原因和项目需要，供应商在本项目系统中报价表的“响应报价”填写本项目最高限价即：47.50 万元），此报价作为合同金额。本项目采用单价报价，供应商在响应报价时按照单价报价表和单价分项报价明细表格式填写。单价报价表和单价分项报价明细表的报价作为供应商报价得分价格的评审依据。其单价报价作为合同执行单价。

3.1.2 非挂网产品（耗材），报单价，报价包括产品价格、包装、运输、配送服务、售后服务、税收等完成本项目的费用。（注：单价报价不能超过单价最高限价，单价之和作为评审价）

3.1.3 挂网产品（耗材），按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）实时挂网价（单价）下浮比例（xx%）进行报价（每个产品下浮比例一致，报价包括产品价格、包装、配送服务、运输、售后服务、税收等完成本项目的费用）。

3.1.4 供应商所投挂网产品（耗材）价格不能高于采购人现用该产品（试剂、耗材）挂网价格或同类产品（耗材）挂网价（四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统全网查询）最低价倒数第三。（提供承诺函，并加盖供应商公章）

#### 3.2 结算方式：

3.2.1 非挂网产品（耗材）：①供货价格（单价）=中标单价报价。②结算金额=供货价格（单价）×实际配送验收合格数量。注：保留小数点后两位。

3.2.2 挂网产品（耗材）：①供货价格（单价）=四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）实时挂网价（单价）×[1-下浮比例（xx%）]。②结算金额=供货价格（单价）×实际配送验收合格数量。注：保留小数点后两位。

3.3 付款方式：成交供应商所提供的产品（耗材）验收合格、使用正常、无质量问题，按入库的实际数量满三个月后滚动付款，不计利息。结算总额不超过本项目最高限价金额。（因系统录入固定格式原因，

			<p>付款方式（支付方式、付款进度）与磋商文件其他地方条款不一致时，以此处为准）</p> <p>★4、技术资料</p> <p>4.1 成交供应商在产品（耗材）配送时需提供中文产品（耗材）使用说明书、产品（耗材）检验报告（若有）、产品（耗材）医疗器械注册证或备案凭证（仅限医疗器械）等相关资料。</p> <p>5、技术、培训与售后服务</p> <p>5.1 成交供应商负责派合格技术人员到用户现场指导试剂的使用。</p> <p>5.2 人员培训：对于一些需要培训的产品（耗材），供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供应商负责。</p> <p>5.3 售后服务：当采购人提出售后服务时，成交供应商在 2 小时内响应，并满足采购人相关要求。</p> <p>注：带“★”号的为实质性要求，若有负偏离，按无效响应处理。</p>
--	--	--	--