

采购需求

采购包 1:

标的名称: 岳池县人民医院无纺布等一批医用耗材配送服务采购项目

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标																								
1		产品名称、数量及技术服务、商务及其他要求	<p>一、产品名称、数量及技术服务要求:</p> <p>1. 采购预算(人民币)总金额: 80.00 万元(1 年);</p> <p>2. 最高限价(人民币)总金额: 76.00 万元(1 年);</p> <p>3、采购方式: 竞争性磋商; 综合评分。</p> <p>4、采购数量: 按采购人实际需求实时配送, 配送总金额不超过最高限价金额;</p> <p>5、配送服务期限: 1 年【服务期未满 1 年实际配送产品总金额达到合同总金额(最高限价金额: 76.00 万元)则合同终止; 服务期满 1 年实际配送产品总金额未达到合同总金额(最高限价金额: 76.00 万元)合同也终止; 二者之一以先到达为合同终止标准】。</p> <p>6、产品技术要求:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 15%;">产品名称</th> <th style="width: 20%;">规格</th> <th style="width: 15%;">最高单价限价(单位: 元)</th> <th style="width: 5%;">单位</th> <th style="width: 5%;">是否挂网</th> <th style="width: 40%;">产品技术参考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">60 克无纺布(1)</td> <td style="text-align: center;">50cm×50cm</td> <td style="text-align: center;">2.1</td> <td style="text-align: center;">张</td> <td style="text-align: center;">否</td> <td>1.所配送的产品适用各类医疗器械(手术器械)包装, 包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷(E0)、低温甲醛以及过氧化氢等离子的灭菌; 灭菌效果达到国家相关标准, 服务于临床各类手术, 保障手术质量安全。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">60 克无纺布(2)</td> <td style="text-align: center;">60cm×60cm</td> <td style="text-align: center;">2.38</td> <td style="text-align: center;">张</td> <td style="text-align: center;">否</td> <td>1.所配送的产品适用各类医疗器械(手术器械)包装, 包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧</td> </tr> </tbody> </table>				序号	产品名称	规格	最高单价限价(单位: 元)	单位	是否挂网	产品技术参考	1	60 克无纺布(1)	50cm×50cm	2.1	张	否	1.所配送的产品适用各类医疗器械(手术器械)包装, 包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷(E0)、低温甲醛以及过氧化氢等离子的灭菌; 灭菌效果达到国家相关标准, 服务于临床各类手术, 保障手术质量安全。	2	60 克无纺布(2)	60cm×60cm	2.38	张	否	1.所配送的产品适用各类医疗器械(手术器械)包装, 包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧
序号	产品名称	规格	最高单价限价(单位: 元)	单位	是否挂网	产品技术参考																					
1	60 克无纺布(1)	50cm×50cm	2.1	张	否	1.所配送的产品适用各类医疗器械(手术器械)包装, 包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷(E0)、低温甲醛以及过氧化氢等离子的灭菌; 灭菌效果达到国家相关标准, 服务于临床各类手术, 保障手术质量安全。																					
2	60 克无纺布(2)	60cm×60cm	2.38	张	否	1.所配送的产品适用各类医疗器械(手术器械)包装, 包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧																					

							乙烷（EO）、低温甲醛以及过氧化氢等离子的灭菌；灭菌效果达到国家相关标准，服务于临床各类手术，保障手术质量安全。		
			3	60克无纺布（3）	70cm×70cm	3.1	张	否	1.所配送的产品适用各类医疗器械（手术器械）包装，包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷（EO）、低温甲醛以及过氧化氢等离子的灭菌；灭菌效果达到国家相关标准，服务于临床各类手术，保障手术质量安全。
			4	60克无纺布（4）	75cm×75cm	3.1	张	否	1.所配送的产品适用各类医疗器械（手术器械）包装，包裹后用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷（EO）、低温甲醛以及过氧化氢等离子的灭菌；灭菌效果达到国家相关标准，服务于临床各类手术，保障手术质量安全。
			5	高温封口测试卡	各型	5.2	片	否	1.用于监测医用包装袋封口机在塑封纸塑包装袋、过氧化氢等离子包装袋时的封口质量，可直观显示封口效果和封口质量，显示封口机的封口缺陷问题。
			6	低温	各型	6.2	片	否	1.用于监测医用

			封口测试卡				包装袋封口机在塑封纸塑包装袋、过氧化氢等离子包装袋时的封口质量,可直观显示封口效果和封口质量,显示封口机的封口缺陷问题。	
			7 粘附载玻片	50片/盒	75	盒	否	1. 超白玻璃材质,单头单面白色涂装,抛光边,45°角。 2. 用于牢固固定生物样本,防止在后续染色、冲洗、抗原修复等操作中发生组织或细胞脱落
			8 标准级载玻片	50片/盒	11.3	盒	否	1. 超白玻璃材质,单头单面蒙砂,抛光边,45°角。 2. 用于承载生物组织切片、细胞样本、液体或粉末等实验材料,以便在显微镜下进行观察和分析。
			9 病理专用磨砂载玻片	50片/盒	11.3	盒	否	1.用于承载组织切片、细胞样本等病理学检测材料,在显微镜下进行疾病诊断、科研分析和教学观察。
			10 载玻片晾片板	20片装	38.6	片	否	1. 产品材质:PS材质(白色、粉色、蓝色) 2. 用途:无盖带隔断,适用标准尺寸(25.0 75.0mm/1'3)的载玻片。用于病理载玻片的存放
			11 一次	60cm×80cm(洞	1.81	张	否	1.以薄型粘合法

			性使用手术单	巾)				非织造布为主要原材料，经裁剪、缝制制成。产品经环氧乙烷灭菌后达到无菌要求，用于医疗机构临床使用。
		12	一次性使用棉纱垫(1)	30cm×40cm×3层(5块/包)	3	块	否	1.用于临床护创、吸湿用。
		13	一次性使用棉纱垫(2)	30cm×30cm×3层(2块/包)	3	块	否	1.用于临床护创、吸湿用。
		14	一次性使用棉纱垫(3)	30cm×30cm×3层(5块/包)	2.8	块	否	1.供临床护创、吸湿用。
		15	一次性使用产包	各型	26	包	否	1.用于医疗机构妇产科接生手术使用。
		16	过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋和卷	300mmx100m	3104	卷	否	1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程中医疗器械的包装。
		17	鼻腔护理器	30ml	25	瓶	否	1.用于鼻腔冲洗，使鼻腔保持清洁、湿润，可用于急性、慢性、过敏性鼻炎的辅助治疗。
		18	免洗外科手消	1000ml/瓶	65	瓶	否	1.用于外科手卫生消毒。

			毒液					
			19	免洗手消毒液	500ml/瓶	13.5	瓶 否	1.用于手卫生消毒。
			20	医疗器械润滑剂（强效型）	5L/桶	760	桶 否	1.用于手工、超声清洗、自动喷淋及长龙清洗消毒器。
			21	标准级盖玻片（1）	24*24mm（200片/盒）	17	盒 否	1.超白玻璃材质，特殊防霉处理，具有持久的高透光性能；特殊防粘片工艺，单独铝箔包装；0.03-0.16mm厚度。
			22	标准级盖玻片（2）	24*32mm（100片/盒）	13.5	盒 否	1.超白玻璃材质，特殊防霉处理，具有持久的高透光性能；特殊防粘片工艺，单独铝箔包装；0.03-0.16mm厚度。
			23	标准级盖玻片（3）	24*50mm（100片/盒）	16	盒 否	1.超白玻璃材质，特殊防霉处理，具有持久的高透光性能；特殊防粘片工艺，单独铝箔包装；0.03-0.16mm厚度。
			24	一次性等离子射频消融电极刀头	各型	2800	支 否	1. 由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆（选配）、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌。 2. 在非内窥镜外科手术中，与等离子射频手术主机配合使用，用于术

							中软组织切割、消融和凝固止血。
25	压力蒸汽灭菌化学指示标签	78mm×50m (500片/卷)	184	卷	否		1.适用于压力蒸汽灭菌物品的包外化学监测辨识包裹是否经过灭菌处理。
26	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签	78mm×50mm (300片/卷)。	220	卷	否		1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌物品的包外化学监测辨识包裹是否经过灭菌处理；
27	扫床刷	22cm*13cm	22	个	否		1.搭配刷套用于临床病房消毒清扫头发碎屑等污渍，防止交叉感染
28	器械刷	各型	24	把	否		1.用于医院消毒供应中心、手术室等场景，清洗复用医疗器械。
29	管腔刷	各型	19	把	否		1.用于清洗医疗器械中细长、复杂的管腔内部。
30	内镜清洗刷	各型	14	把	否		1.用于医院消毒供应中心、手术室及内镜中心等场景，用于清除内窥镜、穿刺针、吸引管等器械内部的血渍、组织残留和生物膜，确保清洗彻底，防止交叉感染。
31	打印腕带	各型	1.4	个	否		1.材质类型：热转印硅胶复合型材质。 2.材质特性：具有抗菌性能，环保无毒。

							<p>3.打印方式：热敏打印。</p> <p>4.打印区域：成人：280*30mm±1mm，腕带净长度：≥270mm，打印区域≥85×20mm；儿童：220×30mm±1mm，腕带净长度≥205mm，打印区域≥68×20mm；新生儿：158×30mm±1mm，腕带净长度≥145mm，打印区域≥60×15mm。</p> <p>5.打印内容：文字、一维码、二维码。</p> <p>6.排孔：成人腕带前段≥2个纽扣孔，尾端≥11个纽扣孔；儿童腕带前段≥2个纽扣孔，尾端≥11个纽扣孔；新生儿腕带前段≥1个纽扣孔，尾端≥7个纽扣孔。</p> <p>7.腕带孔要求：腕带孔须为圆孔，无废料粘连，孔边缘光滑无过重粗糙感。</p> <p>8.佩戴方式：锁扣型，一次性使用，不可拆卸。</p> <p>9.腕带颜色：正蓝色/天蓝色/粉红色/明黄/绿色... (打印区域白色，采购人选择样式)。</p> <p>10.纽扣颜色：红/蓝/粉/白/橙等。</p>
32	金属	各型		10.5	支	否	1.供骨科四肢骨

			骨针				折手术时作内固定用、牵引或导引用。	
		33	双翼阴道手术扩张器	105mm*34mm	188.6	把	否	1. 由上叶、下叶和手柄组成，可带光纤式光源。由金属材料制成。可重复使用。 2. 用于露出阴道内部供检查或手术。
		34	丁字式开口器	130mm	226.4	把	否	1. 具有迫使和/或保持下颌张开的支持结构。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。 2. 用于口腔手术中保持口腔开启。
		35	舌钳	170mm，直	221.4	把	否	1. 由钳喙、关节和钳柄组成。钳喙可根据用途制成不同形状，采用不锈钢等材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。 2. 用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。
		36	双极电凝钳	5mm*330mm	3600	套	否	1. 规格尺寸：直径5mm，长度330mm。 2. 用途：用于内窥镜手术中对组织进行汽化切割、凝血。

			37	组织剪	各型	86	把	否	<p>1. 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。</p> <p>2. 用于剪切组织。</p>
			38	扁桃体剪	18cm	95	把	否	<p>1. 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。</p> <p>2. 用于剪切组织。</p>
			39	持针钳(1)	各型	92	把	否	<p>1. 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。</p> <p>2. 用于夹持缝合针、金属夹等器械。</p>
			40	组织钳	各型	86	把	否	<p>1. 由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定。可重复使用。</p> <p>2. 用于手术中夹持皮肤、筋膜等组</p>

							织。
41	医用镊	各型	16	把	否	1. 由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。通常采用不锈钢材料制成。 2. 用于夹持人体组织。	
42	组织镊	各型	48	把	否	1. 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。 2. 用于夹持组织。	
43	显微眼用镊	各型	674	把	否	1. 由一对尾部叠合的叶片组成，头部有直形，弯形，角弯，圆弯等型式。可有齿、钩或平台。 2. 用于眼科手术中夹持眼部组织等操作。	
44	不锈钢换药碗	各型	26	个	否	1. 用于盛放消毒纱布、棉球、碘伏、酒精等药液或敷料，便于进行伤口处理、换药操作。	
45	不锈钢方盘	50cm*35cm*4.8cm	64	个	否	1. 为医疗环境设计的器械承载与收纳工具，具有耐腐蚀、易清洁、耐高温、抗菌性强。	
46	耳钳	各型	1820	把	否	1. 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。	

							不在内窥镜下使用。用于钳夹组织。
47	聚氨酯泡沫敷料	各型	32	片	否		1.用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。
48	弯分离钳	5mm*330mm	1150	把	否		1. 规格尺寸：直径5mm，长度330mm。 2. 用途：用于内窥镜手术中对组织进行汽化切割、凝血。
49	持针钳(2)	5mm*330mm	2250	把	否		1. 规格尺寸：直径5mm，长度330mm。 2. 用途：产品与腹腔镜配套，在临床上供腹腔镜手术用。
50	冲洗管	5mm*330mm	1150	把	否		1. 规格尺寸：直径5mm，长度330mm。 2.用途：产品与腹腔镜配套，在临床上供腹腔镜手术用。
51	塑料夹钳	5mm*330mm	1750	把	否		1. 规格尺寸：直径5mm，长度330mm。 2.用途：产品与腹腔镜配套，在临床上供腹腔镜手术用。
52	椎板牵开器	各型	960	把	否		1. 为各种形式(如钝型、锐型、开窗型、深型)的钩状结构，手动操作、自锁式手术器械。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。 不在内窥镜下使

							用。 2. 用于骨科手术中显露手术视野。
53	甲状腺拉钩	各型	110	把	否	1. 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。 2. 用于钩拉组织或皮肤。	
54	椎板咬骨钳	各型	3480	把	否	1. 由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角(前)弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角(前)弯型和棘突型。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。不在内窥镜下使用。 2. 用于咬取死骨或修整骨残端。	
55	眼科镊	各型	48	把	否	1. 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。 2. 用于夹持眼组织、眼内异物或器械。	

			56	晶体定位钩	各型	860	把	否	1. 由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2. 用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。
			57	显微眼用钩具	各型	610	把	否	1. 由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。 2. 用于钩拉眼组织。
			58	结膜剪	各型	610	把	否	1. 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。 2. 用于剪切眼组织。
			59	膜状内障剪	各型	610.00	把	否	1. 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒和灭菌。 2. 用于剪切眼组织。
			60	注吸器手柄	各型	1980	把	否	1. 带有可与配套注吸器相连的接头，可重复使用。 2. 与冲洗器或注吸器配套用。
			61	医用手术巾	各型	1.4	张	否	1. 供外科手术时用。

62	单板弯剪刀	各型	1150	把	否	1.直径 ≥5mm, 长度 ≥330mm。 2.用途:用于内窥镜手术中对组织进行汽化切割、凝血。
63	电钩	各型	750	把	否	1.规格尺寸:直径 ≥5mm, 长度 ≥330mm。 “ 2.用途:用于内窥镜手术中对组织进行汽化切割、凝血。
64	电棒	各型	750	把	否	1.规格尺寸:直径 ≥5mm, 长度 ≥330mm。
65	腹腔镜手术器械配件(器械手柄)	各型	230	个	否	1.腹腔镜手术器械配件。
66	腹腔镜手术器械配件(器械套管)	各型	145	个	否	1.直径 ≥5mm, 长度 ≥330mm。 腹腔镜手术器械配件。
合计			33373.59			

★特别说明:

1、本次采购配送的产品(耗材)名称是根据采购人初步调研了解而设定,不同厂家生产的同效用产品名称有与本项目磋商文件中产品名称可能有区别,如果仅因产品名称不全部相同,但其产品效用、性能、功效与磋商文件要求的一致能适配采购人现有设备使用也予以认可(供应商在投标响应文件中须提供相关证明材料:如注册证、厂家白皮书等)。

2、因本次配送涉及品种较多,采购清单如涉及品牌或型号的,仅表示不可低于该品牌或型号(参考)的功能作用且均可替代,供应商可提供质量、性能相等或优于参考品牌或型号的产品(供应商

在投标响应文件中须提供相关证明资料：如注册证、厂家白皮书等），但必须满足采购人现有设备使用。

3.上述表格技术参数要求中涉及的标准，若有最新标准，按最新标准执行。

二、其他商务服务要求

★1、配送方式

配送方式：根据采购人提出的实际需求计划量按时供货。

★2、合同期限（服务期限）：1年【服务期未满1年实际配送产品（耗材）总金额达到合同总金额（最高限价金额：76.00万元）则合同终止；服务期满1年实际配送产品（耗材）总金额未达到合同总金额（最高限价金额：76.00万元）合同也终止；二者之一以先到达为合同终止标准】。

（注：因一体化系统录入格式原因，合同期限与磋商文件其他地方条款不一致时，以此处为准）

★3、报价及付款方式

3.1 报价方式（人民币）：

3.1.1 因采购一体化系统设置原因和项目需要，本项目系统中报价表的“响应报价”填写本项目最高限价金额（76.00万元），此价格作为合同（成交）总金额。本项目采用单价报价，供应商按照磋商文件中单价报价表和单价分项报价明细表的格式填写。单价报价表和单价分项报价明细表的报价作为供应商磋商报价得分的评审依据，其单价报价作为合同单价。

3.1.2 非挂网产品（耗材），报单价，报价包括产品价格、包装、运输、配送服务、售后服务、税收等完成本项目的费用。

（注：单价报价不能超过单价最高限价，单价之和作为评审价）

3.2 结算方式：

3.2.1 非挂网产品（耗材）：①供货价格（单价）=中标单价报价。②结算金额=供货价格（单价）×实际配送验收合格数量。

注：保留小数点后两位。

3.2.2 付款方式：成交供应商所提供的产品（耗材）验收合格、使用正常、无质量问题，按入库的实际数量满三个月后滚动付款，不计利息。结算总额不超过本项目最高限价金额。（注：因系统录入固定格式原因，付款方式（支付方式、付款进度、验收）与磋商文件其他地方条款不一致时，以此处为准）

★4、技术资料

4.1 成交供应商在产品（耗材）配送时需提供中文产品（耗材）使用说明书、产品（耗材）检验报告（若有）、产品（耗材）医疗器械注册证或备案凭证（仅限医疗器械）等相关资料。

5、技术、培训与售后服务

5.1 成交供应商负责派合格技术人员到用户现场指导试剂的使用。

5.2 人员培训：对于一些需要培训的产品（耗材），供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供应商负责。

	<p>5.3 售后服务：当采购人提出售后服务时，成交供应商在 2 小时内响应，并满足采购人相关要求。</p> <p>★6、履约验收</p> <p>6.1 按照相关法律法规的要求和相关技术要求及《政府采购需求管理办法》财库【2021】22 号、《岳池县政府采购项目履约验收工作规程》岳财采【2021】82 号及《岳池县人民医院履约验收管理办法（第二版）》岳医字【2023】328 号的要求进行验收，验收标准以合同、磋商文件及响应文件的约定及要求、相关法律法规的规定和国家（行业）相关标准为准进行验收。</p> <p>6.2 如成交供应商提供的产品（耗材）不能满足采购人现有设备使用、临床需要，参数与磋商文件、投标响应文件不符，采购人有权退货、拒绝付款、终止合同，并追究由此造成的经济损失及相关法律责任。</p> <p>注：带“★”号的为实质性要求，若有负偏离，按无效响应处理。</p>
--	---